



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 314  
факс: (+359 2) 9301 451

[mail@mh.government.bg](mailto:mail@mh.government.bg)  
[www.mh.government.bg](http://www.mh.government.bg)

Изх. № 26-03-3/19-01 2015 год.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** *Разяснения по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получени въпроси по обществена поръчка с предмет : „Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система” с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие – 2007 – 2013г.”*

**Въпрос № 1:** Допустимо ли е да се оферират по обособени позиции № 1 и 2 еднакво „големи“ анализатори, т.е. 10 апарата да бъдат еднакви? Това ще бъде ли фактор за отстраняване на кандидата?

**Отговор на въпрос № 1:** Възложителят ще приеме оферирането и на „големи“ лабораторни системи вместо „малки“ лабораторни системи, при условие, че същите покриват минималните изисквания на техническата спецификация.

**Въпрос № 2:** Липсата на един или няколко параметъра от исканото тест-меню ще бъдат ли фактор за отстраняването на кандидата?

**Отговор на въпрос № 2:** Да липсата на един или няколко параметъра от заложените в техническата спецификация е основание за отстраняване.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

министър на здравеопазването

