



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 152  
факс: (+359 2) 981 1833

[mail@mh.government.bg](mailto:mail@mh.government.bg)  
[www.mh.government.bg](http://www.mh.government.bg)

Рег. № 26-03-27...../27-04.. 2015 г.

**ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

**Относно:** Искане за разяснение на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП по открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2015 г.”, включваща 48 самостоятелно обособени позиции”

**Въпрос № 1:**

В Глава II, 1. Техническа спецификация изисквания към предлаганите медицински изделия, в т. 1.11 сте посочили: „Участниците следва да представят декларация, че предоставената за своя сметка апаратура, ще е с технически параметри не по-ниски от тези на съществуващата, в която ще се работи с неговите тестове.” В т. 3 „Налична апаратура, на която ще се извършват изследванията по метода ЕЛИЗА на диагностикуми за СПИН, хепатити В и С и сифилис, закупени по националната програма за превенция и контрола на ХИВ/СПИН и СПИ” е вписана следната забележка: Апаратурата, на която се изработват диагностикумите по обособени позиции 5; 9; 32; 34; 37; 42; 45 и 47 трябва да бъде предоставена от фирмата доставчик на диагностикумите.

В тази връзка, моля да уточните каква е наличната към момента апаратура (модел и производство) за работа с посочените от Вас диагностикуми за всяка позиция, за да стане ясно какви са необходимите технически параметри?

**Отговор на въпрос № 1:**

Долуцитираната апаратура е предоставена на съответната лаборатория за временно ползване от фирмата, която е доставчик на тестовете, за времето докато се работи с нейните тестове, апаратурата е следната:

**Обособена позиция № 5**

COBAS AmliPrep  
COBAS TAG MAN 48

**Обособена позиция № 9**

COBAS AmliPrep  
COBAS TAG MAN 48

**Обособена позиция № 32**

Real-time PCR отворена система

**Обособена позиция № 34**

COBAS AmpiPrep  
COBAS TAG MAN 48

и

Abbott m2000sp  
Abbott m2000rt

**Обособена позиция № 37**

INNOGENIC LIA TEC – WB blot

**Обособена позиция № 42**

Applied Biosystems 3130xl Genetic Analyzer

**Обособена позиция № 45**

ABI PRISM 3130x Genetic Analyser, Applied Biosystems, Hitachi

**Обособена позиция № 47**

ABI PRISM 3130x Genetic Analyser,  
Applied Biosystems, Hitachi

Във връзка с гореизложеното, моля да имате предвид, че участникът, който ще бъде определен за изпълнител за доставка на тестове по позиции 5; 9; 32; 34; 37; 42; 45 и 47, трябва да гарантира, че едновременно с доставката на диагностичните тестове ще предостави, монтира и пусне в експлоатация апаратура, на която тестовете да се изработват.

**Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ**

**МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

