



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. „Св. Неделя № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 152
факс: (+359 2) 981 1833

www.mh.government.bg

Рег. № 26-03-24/20.05 2014 г.

**ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Разяснение по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получен въпрос по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване и следгаранционно обслужване за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, част от СРИП на МЗ”

Въпрос 1:

След като закупихме и се запознахме подробно с тръжната документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосоченият предмет и съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП имаме следните въпроси:

На стр. 125 от документацията е написано „... (по-малко от 240 /двеста и четиридесет/ часа годишно). В случай, че максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването ... бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените от нас часове оборудването не е работило”.

Молим Ви да уточните дали не е допусната техническа грешка и горният текст да се разбира „... да бъдат удължени с толкова часа ...“, вместо дни.

Отговор на въпрос 1:

Текстът е коректен и не е допусната техническа грешка.

Въпрос 2:

След като закупихме и се запознахме подробно с тръжната документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване и следгаранционно обслужване за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, част от СРИП на МЗ” и съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП имаме следните въпроси:

Относно обособена позиция № 6 „Дигитална мамографска система за диагностика и скрининг”.

2.1. В т. 2 от техническата спецификация е посочено изискване за „Двуфокусна рентгенова тръба с би-метален анод” - ще допуснете ли до участие рентгенова тръба, при която материалът на анода е Волфрам (W), който материал е доказал изключителната си ефективност в дигиталната мамография?

В потвърждение на нашите думи прилагаме заключение от проучване на Университета Ферара, Италия върху използването на волфрамов анод в рентгеновите тръби при дигитални мамографи. (При необходимост сме готови да предоставим заключението на български език)

2.1. В т. 8 от техническата спецификация е посочено изискване за „Изоцентрично гентри с моторизирана ротация $\pm 180^{\circ}$ ” - ще допуснете ли моторизирано движение на гентрито, различно от посочените градуси?

Основание за нашето питане ни дава същността и механизма на мамографското изследване, когато при изоцентрично гентри, което се върти на 180° в едната посока, се покриват 100% от изследванията на гърдата, независимо дали то се завърта на 180° в другата посока?

Отговор на въпрос 2:

Във връзка с постъпила жалба пред Комисията за защита на конкуренцията по обособени позиции № 1, 6 и 8 за постановяване на временна мярка „спиране на процедурата“, процедурата за възлагане на обществена поръчка е спряна по тези позиции до влизане в сила на:

1. Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
2. Решението по жалбата, ако е наложена временна мярка.

В тази връзка разяснение на тези въпроси ще бъде дадено, в случай че процедурата се възобнови.

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



За министър:.....
Заместник-министър: *д-р В. Пенков*
Заповед за заместване №РД-15-302/16.05.14