



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. „Св. Неделя № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 152
факс:(+359 2) 981 1833

www.mh.government.bg

Рег. № 26-03-22 21.05. 2014 г.

**ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Разяснение по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получен въпрос по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване и следгаранционно обслужване за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД, част от СРИП на МЗ”

Въпрос 1:

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка за: „Доставка на медицинско оборудване и след гаранционно обслужване за УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, част от СРИП на МЗ, Ви моля, като Възложител за допълнителни разяснения по следното: В обявлението и одобрената документация, която сме закупили, липсват данни за Позиция № 10, „Автоматизирана система за генетичен анализ“. Какви генетични анализи ще се извършват с тази система (научно изследователски или ин-витро диагностични)?

Отговор на въпрос 1:

С апарата ще се извършват ин-витро диагностични анализи за онкологични заболявания в човека.

Въпрос 2:

По-точно какви проби ще се анализират ДНК, РНК или други, и от какъв биологичен произход ще бъдат пробите (човешки, вирусен или друг) ?

Отговор на въпрос 2:

Ще се анализират ДНК проби и ще бъдат от човешки произход.

Въпрос 3:

Какво означава термина „радиочестотна идентификация“ (маркиране с изотопи или по друг начин), което е записано за поз. №10 на стр. 52 „Вградена система за радиочестотна идентификация и проследимост на реактивите и консумативите“. Какво по-точно трябва да се проследява на реактивите и за кои консумативи се отнася това изискване (капилярните, плаките или други консумативи) ?

Отговор на въпрос 3:

Информация, която системата е в състояние да извлече безконтактно с използване на радиочестотно излъчване и приемане на данни от опаковката на консумативите с цел да осигури проследяване на параметри като: лот номер, сериен номер, срок на годност, използван ресурс и т.н.

Отнася се за консумативи като - капиляри, полимер и буфер за електрофореза.

Въпрос 4:

На стр. 53 от техническите параметри е записано „Компютър за контрол на системата със специализирани софтуери за: - управление на системата и събиране на данни;“. Какви точно данни ще се събират в системата за управление (от анализите или нещо друго) ?

Отговор на въпрос 4:

Ще бъдат събирани данни от анализите.

Въпрос 5:

След като закупихме и се запознахме подробно с тържната документация за участие в откритата порцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: и съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗОП имаме следните въпроси:

Относно обособена позиция №2 „Цифров ехограф от най-висок клас, предназначен за онкологична ултразвукова диагностика в неврологията“:

В III. Трансдюсери, т. 2 от техническата спецификация е посочено изискване за „широколотов трансдюсер с честотен обхват от около 5 до минимум 15 MHz“, така поставеното изискване е многозначно. Моля да поставите точни изисквания към обхвата на честотния диапазон на линейните трансдюсери.

Отговор на въпрос 5:

Участниците, следва да се придържат към изискванията на възложителя.

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

За министър:.....
Заместник-министър: *д-р Б. Пенков*
Заповед за заместване №РД-15...*302/16.05.14*