



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 152
факс: (+359 2) 981 1833

www.mh.government.bg

Reg. 26-00-350 / 10.3.14 г.

**ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

Относно: Разяснения по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2014 г.“, включваща 42 самостоятелно обособени позиции“

Въпрос № 1:

В Глава I, Раздел III в следните подточки сте посочили като изискване:

- 2.4.1. Да представи декларация, че ако за изработване на някои тестове няма налична апаратура, доставчикът ще предостави и ще поддържа такава за времето, в което ще се изработват неговите тестове.
- 2.4.2. Да представи декларация, че ще поддържа за своя сметка наличната извънгаранционна апаратура на която ще се изработват неговите тестове;
- 2.4.3. Да представи декларация, че предоставената за своя сметка апаратура, ще е с технически параметри не по-ниски от тези на съществуващата, в която ще се работи с неговите тестове.
- 2.4.4. Ако за тестовете за вирусен товар се изисква екстракция на вирусна РНК да представи декларация, че ще предостави апарат за автоматична екстракция на РНК.
- 2.4.5. Да представи декларация, че ще осигури програмирането на наличната апаратура за изработването и синхронизирането на доставените тестове.
- 2.4.6. Да представи декларация, че ще осигури обучение на персонала за работа с договорените тестове.

Моля да уточните каква е наличната апаратура модел и производство за работа със следните тестове от техническата спецификация, част от документацията за участие, отделно за всяка позиция, за да стане ясно, тестовете за конкретна позиция на кой апарат се работят- позиции 5,8,14,32,33.

Отговор на въпрос №1

За изпълнение на тестовете по позиции 5, 8, 32 и 33 се използват следната апаратура:

1. COBAS Ampli Prep;
2. COBAS TaqMan 48;
3. Операционна система за компютърна обработка COBAS AMPLILINK3 software.

Наличната апаратура **не е собственост на НРЛ** по ХИВ и е предоставена за **временно** ползване, т.е. за времето през което МАРВЕНА е доставчик на тестовете за определяне на вирусен товар (HIV1 viral copy/ml plasma).

За тестовете по позиция 14 се работи с апарат за амплификация. Апаратурата е собственост на МБАЛ „Александровска“, където се извършват тези изследвания.

Въпрос 2:

В Глава I, Раздел III. в следните подточки сте посочили следните изисквания: т.2.3.17. Тестовете по позиция 30 и 31, 32 и 33, 35 и 36, 37 и 38 да се оферират комплексно. Моля да уточните комплексното оферирание към какво се отнася – за позициите по двойки, т.е. 30 и 31 комплексно; 32 и 33 комплексно; 35 и 36 комплексно; 37 и 38 комплексно или 30,31 ,32, 33 ,35 , 36 ,37, 38 всички заедно комплексно?

Отговор на въпрос №2.

В документацията Възложителят е поставил изискване тестовете да се оферират комплексно по двойки, както следва 30 и 31, 32 и 33, 35 и 36, 37 и 38.

Въпрос № 3:

Искаме разяснение за обособена позиция №31 „Консумативи за работа по обособена позиция № 30“. Бихте ли уточнили какво трябва да включва тази позиция?

Отговор на въпрос №3:

Възложителят е поставил изисквания по обособена позиция 31 да се включат всички необходими консумативи, които не са включени в кита и да са достатъчни за изработване на 72 теста.

Въпрос № 4: Моля за разяснение по приложената по-долу таблица по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Тестове за първична диагностика на СПИН ЕЛИЗА / HIV-1 + HIV-2 - Аг/Ат;

Обособена позиция № 3 - Тестове за първична диагностика на хепатит С - ЕЛИЗА Ат;

Обособена позиция № 6 - Тестове за първична диагностика на хепатит В /HBsAg / - ЕЛИЗА;

Обособена позиция № 7 - Тестове за потвърдителна диагностика на HBsAg;

Обособена позиция № 13 - Тестове за диагностика на Сифилис ЕЛИЗА IgM / IgG.

Моля да посочите техническо лице за всяка болница, което работи с апаратите и е запознато с техническите параметри и състоянието на машините, с което можем да осъществим контакт и получим допълнителна информация.

Отговор на въпрос № 4: В документацията в Раздел II. „Пълно описание на предмета на поръчката“, т. 2.4. са посочени **Крайните получатели по позиции от 18 до 29, а именно: имунологичните лаборатории на:**

- - Национален център по заразни и паразитни болести, гр. София;
- - УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив;
- - УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна;
- - УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен;
- - МБАЛ „Проф.д-р С. Киркович“ - Стара Загора.

В тази връзка Ви уведомяваме, че апаратурата в горепосочените лечебни заведения се използва при изработване на тестовете по позиции от 18 до 29,

и Ви предоставяме следната информация относно същата:

| Болница | Апарат | Модел | Марка | Год. Производство | Брой | Лице за контакт |
|------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------|------|--|
| НЦЗПБ София | флоуцитометър | FACSCanto II | BD Biosciences | 2008 | 1 | Проф. д-р Мария Николова, зав. НРЛ по имунология, 02 943 56 36, 0884 993 155 |
| УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив | флоуцитометър | FACSCanto II | BD Biosciences | 2008 | 1 | Проф. д-р Марияна Мурджева, зав. Лаб. по микробиология, вирусология и клин. имунология; тел. 0887098944 Оператор: д-р Татяна Попова 032-602-275 |
| УМБАЛ „Св. Марина“, Варна | флоуцитометър | FACSort | BD Biosciences | 1995 | 1 | Доц. Св. Балева, зав. Лаб. Клинична имунология, тел. 0888850805 |
| УМБАЛ „Г. Странски“, Плевен | флоуцитометър | FACSort | BD Biosciences | 1992 | 1 | Доц. Цв. Луканов, зав. МДЛ по имунология, 064886778 Оператор Д-р С. Гечева 0889727469 |
| УМБАЛ „Ст. Киркович“, Стара Загора | флоуцитометър | FACScalibur | BD Biosciences | 2009 | 1 | Зав. Клинична лаборатория, Д-р Красимира Нанчева 884099529 |

Въпрос 5: Моля за уточнение на вида на тестовете по обособена позиция 3?

Отговор на въпрос № 5. В Раздел II „Пълно описание на предмета на поръчката документацията“, Възложителят е определил вида на тестовете по обособена позиция № 3, а именно: „Тестове за първична диагностика на хепатит С - ЕЛИЗА Ат“.

Д-Р ТАНИЯ АНДРЕЕВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО