



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 152
факс: (+359 2) 981 1833

www.mh.government.bg

Рег. 26-00-435, 31.3.14 г.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

Относно: Разяснения по открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008-2015 г. за нуждите на страната през 2014 г.“, включваща 42 самостоятелно обособени позиции“

Въпрос № 1: Позиция № 14 – „Тестове за определяне на ДНК при гонококови и хламидийни полово предавани инфекции“ с какъв точно апарат за амплификация се работи в Александровска болница (модел и име на производителя).

Отговор на въпрос №1 В Александровска болница се работи с апарат за амплификация – PCR system, GeneAmp, Pernik Elmer 9600.

Въпрос 2: Позиция № 13 „Тестове за диагностика на Сифилис ЕЛИЗА IgM/IgG“ моля да бъдат посочени телефоните и лицата за контакт работещи и запознати със състоянието на апаратурата във всички болници, за които са предназначени тези тестове?

Отговор на въпрос №2. Предоставяме Ви информация за лабораторната апаратура по обособена Позиция № 13 „Тестове за диагностика на Сифилис ЕЛИЗА IgM/IgG“, съгласно Приложение № 1, която е разположена във всички РЗИ в страната. Тази апаратура се поддържа по съответните договори за поддръжка към РЗИ.

Въпрос 3: За позиции от 18 до 29 включително моля да уточните модела и фирма производител на апаратурата за автоматично флоуцитометрично определяне, а така също телефоните и лицата за контакт работещи и запознати със състоянието на апаратурата във всички болници, за които са предназначени тези тестове и консумативи за съответната апаратура.

Отговор на въпрос №3 В документацията в Раздел II. Пълно описание на предмета на поръчката, т. 2.4. Крайни получатели по позиции от 18 до 29 са имунологичните лаборатории на, Възложителят е определил:

- - Национален център по заразни и паразитни болести, гр. София;
- - УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив;
- - УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна;
- - УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – Плевен;
- - МБАЛ „Проф. д-р С. Киркович“ - Стара Загора.

В тази връзка Ви уведомяваме, че апаратурата в горепосочените лечебни заведения се използва при изработване на тестовете по позиции от 18 до 29 и Ви предоставяме следната информация относно същата:

Болница	Апарат	Модел	Марка	Год. Производство	Брой	Лице за контакт
НЦЗПБ София	флоуцитометър	FACSCanto II	BD Biosciences	2008	1	Проф. д-р Мария Николова, зав. НРЛ по имунология, 02 943 56 36, 0884 993 155
УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив	флоуцитометър	FACSCanto II	BD Biosciences	2008	1	Проф. д-р Марияна Мурджева, зав. Лаб. по микробиология, вирусология и клин. имунология; тел. 0887098944 Оператор: д-р Татяна Попова 032-602-275
УМБАЛ „Св. Марина“, Варна	флоуцитометър	FACSort	BD Biosciences	1995	1	Доц. Св. Балева, зав. Лаб. Клинична имунология, тел. 0888850805
УМБАЛ „Г. Странски“, Плевен	флоуцитометър	FACSort	BD Biosciences	1992	1	Доц. Цв. Луканов, зав. МДЛ по имунология, 064886778 Оператор Д-р С. Гечева 0889727469
УМБАЛ „Ст. Киркович“, Стара Загора	флоуцитометър	FACScalibur	BD Biosciences	2009	1	Зав. Клинична лаборатория, Д-р Красимира Нанчева 884099529

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО



Справка за наличната апаратура за диагностика на СПИН, хепатити В и С, и сифилис

Приложение № 1

РЗИ		Списък на наличните апарати за изработка на диагностикуми за СПИН, вирусни хепатити и сифилис
1	Благоевград	1.-Ридер Sunrise -Миално устройство Sunrise,получени на 02.08.2004г.
1	Благоевград	2.-Ридер BIO-ТЕК - Миално устройство; -Принтер,получени на 20.05.2005г.
1	Благоевград	3.-Ридер LKB -Миално устройство Authos Fluido; -Термошейкър LKB Получени на 11.06.2007г.
2	Бургас	1. Спектофотометър – 1бр. PR 2100 На Sanofi D Pasteur
2	Бургас	2.Инкубатор Organon Техника модел MC 500
2	Бургас	3. Промивно устройство модел PW 40 на Sanofi D Pasteur
2	Бургас	4. Спектофотометър –PR 3100 - „BIO-RAD”- Франция
2	Бургас	5. Инкубатор-„BIO-RAD”- Франция -модел,SF2200
2	Бургас	6. Промивно устройство модел PW 40 на -„BIO-RAD”- Франция -
2	Бургас	7. Спектофотометър –STAT-FAX-2100-AWARENESS TECHNLOGY
2	Бургас	8. Инкубатор- STAT-FAX-2200-AWARENESS TECHNLOGY
2	Бургас	9. Промивно устройство модел- STAT-FAX-2600-AWARENESS TECHNLOGY
2	Бургас	10. Stand alon Microplate Reader в Паразитологична лаборатория инсталиран 30.07.07
2	Бургас	11. Washer- в паразитологична лаборатория инсталиран 30.07.07
2	Бургас	12. Incubator- в паразитологична лаборатория инсталиран 30.07.07
3	Варна	1.Microplate Reader- LKB 5060-006
3	Варна	2.Thermo Shaker PST-60 HL plus
3	Варна	3.Washer Fluido- Anthos – 24 100
3	Варна	4.Washer fluido – PW 40 – Bio Rad
3	Варна	5.Microwell system – Organon
3	Варна	6. Elisa reader – PR 2100 Sanofi Pasteur
4	В.Търново	1. Sanofi Pasteur PR 1100
4	В.Търново	2. Epson LX-300
4	В.Търново	3. Organon Teknika Microwell system Washer - 200
4	В.Търново	4. Organon Teknika Heating Block 202-020
5	Видин	1.Mikroplate Reader / LKB GmbH
5	Видин	2.Washer / LKB GmbH
5	Видин	3.Incubator / LKB GmbH
6	Враца	1. Sanofi- Pasteur rcx B2140
6	Враца	2. Epson cx- 300
7	Габрово	1.“Organon”
8	Добрич	1. Принтер – “Органон”, Model PZORA – EPSON LX – 800 Ser.№ t 0167984
8	Добрич	2. Миешо устройство – Washer 200, ser.№ 89/040
8	Добрич	3. Ридер – “Пастьор” 1100 ser.№ 2СХВ2131, instrument 87364 , с филтри 450, 620, 492 nm
8	Добрич	4. Принтер – “Пастьор” – Epson LX 300, model P850A, ser № 1YZY 004603
8	Добрич	5. Washer Fluido S/N 321481

Справка за наличната апаратура за диагностика на СПИН, хепатити В и С, и сифилис

8	Добрич	6. Thermo Shaker S/N 440702011
8	Добрич	7. Plate Reader S/N F 60494
9	Кърджали	1. Санофи Диагностик "Pasteur"-Отчиташо устройство PR 1100 -Принтер Epson Lx-300
9	Кърджали	2."Органон"-Ридер 210-отчиташо устройство -Принтер Epson Lx-800-Миешо устройство -Washer 200 -Инкубатор 500 –който не работи
9	Кърджали	3. LKB -Micro Plate Reader 5060-006 -Thermo Shaker PST-60 HL plus - Миешо устройство Anthos Fluido
10	Кюстендил	1. Шейкър инкубатор DTS - 2
10	Кюстендил	2. Промивна машина Washer 200 на ф-ма Organon teknika
10	Кюстендил	3. Отчиташо устройство PR 1100
10	Кюстендил	4. Принтер Epson LX - 800
11	Ловеч	1. Унискан – 1бр.
11	Ловеч	2. Аутоуош – 1бр.
11	Ловеч	3. Инкубатор – 1бр.
11	Ловеч	4. Устройство за отчитане –PR 1100 – 1бр.
11	Ловеч	5. Принтер EPSON LX – 300 – 1бр.
12	Монтана	1. Инкубатор /термостат - Organon
12	Монтана	2. Промивно устройство Columbus Pro Washer Tecan
12	Монтана	3. Отчиташо устройство Sunrise Absorbance Reader+ Option Touchscreen Color- Tecan
12	Монтана	4. Принтер HP Deskjet 5940
13	Пазарджик	1. ПР 2100 / 1100 Sanofi Pasteur
13	Пазарджик	2. ЕЛТА , 90 – Biotek
13	Пазарджик	3. LKB – 5060 - 006
13	Пазарджик	4. Organon Teknika
14	Перник	1. Инкубатор 500 – Microwell system – Holland.
14	Перник	2. Промивно устройство - Washer 200, Turnhout - Belgium
14	Перник	3. Printer Seiko Epson LX – 800, Japan
14	Перник	4. Спектрофотометър 405-492 nm, Reader 210 – Organon teknika. Belgium
14	Перник	5. Хладилник "Мраз"150
10	Плевен	1. Спектрофотомери: PR2100 и StatFax2100
11	Плевен	2. Принтер EPSON LX – 300 – 1бр.
12	Плевен	3. Термостат StatFax2200
13	Плевен	4. Промивни устройства PW40 StatFax 2600
16	Пловдив	1. Комплект апаратура STAT FAX 2100, STAT FAX 2600, STAT FAX 2200 Фирма производител: AWARENESS TECHNOLOGY
16	Пловдив	2. Комплект апаратура ANTHOS/LKB GmbH; Reader Cat.No: 5060-006; Washer Cat. No: A241,0001; Incubator Cat.No 6142-0001
17	Разград	1. Reader 1100 – на Pasteur
17	Разград	2. Промивно устройство-на Organon
17	Разград	3. Инкубатор на Organon

Справка за наличната апаратура за диагностика на СПИН, хепатити В и С, и сифилис

18	Русе	1.ЛАБОРАТОРНА ЦЕНТРОФУГА „ЕВА”21
18	Русе	2. ЕЛИЗА – RIDER, TECAN
18	Русе	3.ЕЛИЗА – WASHER, COLUMBUS
18	Русе	4.ЕЛИЗА – RIDER, BIOTEC
18	Русе	ЕЛИЗА – WASHER, BIOTEC
18	Русе	ТЕРМОСТАТ MEMMERT
19	Силистра	Organon – Microwell system – Получена м.октомври 1989г.
19	Силистра	1.WASHER - 200
19	Силистра	2.REDER = 210
19	Силистра	3.INCUBATOR - 500
20	Сливен	1. Incubator 500 Microwell System, Organon Teknika
20	Сливен	2. Washer 200 Microwell System, Organon Teknika
20	Сливен	3. Microplate Reader PR 1100, Sanofi Diagnostics Pasteur
21	Смолян	1. Инкубатори: статичен – Organon; модел Heating Block динамичен – Labsystems, Finland ; модел IEMS Incubator Shaker
21	Смолян	2. Промивно устройство Labsystems, Finland ; модел Labsystems Autowash II
21	Смолян	3.Спектрофотометър със сменяем филтър Labsystems, Finland ; модел Uniskan II
22	София	ТЕРМОСТАТИ:
22	София	1. Organon teknika Heating Block Microelisa system-2 броя от 1987 г.
22	София	2. Stat Fax 2200 фирма - производител: Awareness techno-logy с. №3922; Гаранция 18 месеца от инсталацията. Дата на инсталацията:08.11.2004 г. Фирма-доставчик:ОМНИМЕД
22	София	3. Incubator 500, модел 3007/001, сериен номер 1988/020 и Satellite Incubator 500, модел 300011/1, сериен номер 1988/0045, производство на Organon teknika 1987-г.
22	София	ПРОМИВНИ УСТРОЙСТВА:
22	София	1.MINILAB WASHER PW 40 фирма-производител: Sanofi Diagnostics Pasteur 1996 г.
22	София	2.Stat Fax 2600 "Awareness technology inc." 08.11.2004г.
22	София	ОТЧИТАЩИ УСТРОЙСТВА:
22	София	1.Отчитащо устройство PR 2100 на фирмата Sanofi Diagnostics Pasteur, сериен № 2СХА1695 1996 г.
22	София	2.Stat Fax 2100 Awareness technology 08.11.2004 г.
22	София	3.Organon teknika Microwell system за една дължина на вълната / 405, 450 или 492 / 1987 г.
23	София	ПРИНТЕРИ:
22	София	1.EPSON IX 800 – 2 броя. 1987 г.
22	София	2. Oki Microline 321 turbo 9 Pin Printer-1 брой
22	София	КОМПЮТЪР
22	София	1.Fujitsu computers Siemens с монитор Samsung 08.11.2004 г.
22	София	2. Brother HL-5040-принтер към компютъра. 08.11.2004 г.
23	София-област	1.Инкубатори/термостати-2 броя
23	София-област	2.Промивно устройство-1 брой

Справка за наличната апаратура за диагностика на СПИН, хепатити В и С, и сифилис

23	София-област	3.Спектрофо-тометър-1 брой
23	София-област	4.Принтер 'Epson' LX300-1 брой
24	Ст. Загора	1.ELISA ридер - TEKANSUNRISE
24	Ст. Загора	2. ELISA уошър - Columbus and 96 PW
24	Ст. Загора	3. Washer PW- 40BIORAD
24	Ст. Загора	4. READER PR 2100 BIORAD
24	Ст. Загора	5. LC- 90 Star принтер
25	Търговище	1. MicroELISA /ORGANON TECHNICA
25	Търговище	В.т.ч.
25	Търговище	- Washer 200
25	Търговище	- Reader 210
25	Търговище	- Incubator 500/в неизправност от 2001 година/
26	Хасково	1. ELISA Reader-Sunrise- RC Tecan 2004г.
26	Хасково	2. Columbus Washer Tecan 2004г.
26	Хасково	3. Washer200 Organon technica 1992г.
27	Шумен	1. Инкубатор 500 Organon
27	Шумен	2. Reader 210 Organon
27	Шумен	3. Washer 200 Organon
27	Шумен	4. PR Reader 1100 Pasteur
28	Ямбол	1. Organon Reader-ser№ 33/163
28	Ямбол	2. Organon Washer200-ser№ 89 / 012
28	Ямбол	3. Organon Incubator500-ser№ 1988/0231
28	Ямбол	4. PrinterEPSON LX300-ser№IYZY004597
28	Ямбол	5. Pasteur Reader 1100-ser№2CXB2128