



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. „Св. Неделя № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 152
факс: (+359 2) 981 1833

www.mh.government.bg

Рег. № 26-03-8 / 12.5 2014 г.

**ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Разяснение по чл. 29 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с получен въпрос по обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване и следгаранционно обслужване за УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, част от СРИП на МЗ”

Въпрос 1:

Във връзка с получено разяснение с Ваш изходящ номер 26-03-10/07.05.2014 г. и даден отговор, че участниците следва да предложат апаратура, отговаряща на минималните изисквания заложили в техническата спецификация по обособена позиция № 5: „Доставка на конфокална ендоскопска апаратура за ранна онкологична диагностика на гастроинтестиналния тракт”, отправям следните въпроси:

1.1. Да приемаме ли, че ще бъдем допуснати до отваряне на ценова оферта (в случай на изпълнение и на всички други законови изисквания) единствено при фотографското припокриване на Вашите минимални технически изисквания от техническите параметри на предлаганата от нас апаратура?

1.2. Да считаме ли, че няма да бъдем допуснати до по-нататъшно участие, ако предложим еквивалентни технически характеристики, но различни от буквално преповтарящите каталога на PENTAX параметри, заложили от Вас като минимални изисквания? Моля да съобразите Вашия отговор доколкото предлаганата от нас апаратура, макар и чрез различна технология достига до еквивалентни технически съответствия, а от там и до еднакъв и дори по-добър медицински резултат .

Отговор на въпрос 1:

1.1. До отваряне на ценовите предложения ще бъдат допуснати всички оферти, които отговарят на изискванията на Възложителя, в т.ч. и на всички параметри на техническите спецификации.

1.2. Оферти на участници, които не отговарят на минималните изисквания, заложили в техническите спецификации, ще бъдат отстранени.

Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

