



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София – 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5

26-00-1543/27.08.
Изх. №... / 2012 г.

Тел: 93 01 255

Факс: 981 89 93

ДО

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръка за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България“ и Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза“ през 2012 година, включваща 10 самостоятелно обособени позиции“.

Въпрос 1:

„Какви съдови и какви интервенционални радиологични процедури ще се извършват с предлаганите апарати, и в частност – трябва ли да имат възможност за дигитална субтракционна ангиография (DSA)? Следва ли участниците да предложат апарати с 12-инчови ЕОП, или следва да се придържат към техническата спецификация за мин. 21 см ЕОП“

Отговор:

Ще се извършват емболизации на бронхиалните артерии при масивни кръвохрачения. Не е необходима възможност за дигитална субтракционна ангиография (DSA). Участниците следва да придържат към техническата спецификация и да оферират ЕОП мин. 21 см.

Д-Р МИНЧО ВИЧЕВ
ЗАМ. МИНИСТЪР,
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СЪГЛАСНО
ЗАПОВЕД № РД-15 – 369/04.04.2012г.
МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО