



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-1889/04.10.2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ

Отговор на поставени въпроси относно: Обществена поръчка с предмет "Доставка на системи за централна стерилизация по проекти, част от СРИП на МЗ", открита с Решение № РД-17-515/19.09.2012 г.

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам следните отговори на постъпили въпроси:

Въпрос 1: След като изисканите медико-технологични проекти не следва да са разработени от оторизирано архитектурно бюро (отговор на въпрос 7), изисква ли се да бъдат разработени по отделни специалности (електрозахранване, ВиК, вентилация и климатизация) и подписани и подпечатани от правоспособни проектанți по съответните специалности или е достатъчно медико-технологична скица за разположението на апаратурата и връзките към електрозахранващи, Вик и вентилационни системи?

Отговор на въпрос 1: Участникът следва да представи медико-технологичен проект (скица) за разположението на апаратурата и връзките към електрозахранващи, ВиК и вентилационни системи, съобразен с всички части на инвестиционните проекти за всяко от лечебните заведения.

Въпрос 2: Относно Раздел III Изисквания към участниците, т. 2 Общи и специфични изисквания към участниците, подточка 2.2.3.1. Участникът следва да осигури минимум 5 (пет) сервизни инженера, притежаващи сертификати за инсталиране, сервиз, обслужване (гаранционно и следгаранционно) на и обучение за работа с комплексното оборудване, издадени от производителя на предлаганата апаратура.

В случай, че участникът е обединение/консорциум, следва ли всяка фирма в обединението да осигури по 5 (пет) сервизни инженера или следва обединението/консорциума да осигури общо 5 (пет) сервизни инженера?

Отговор на въпрос 2: Съгласно предвиденото в Раздел III Изисквания към участниците, т. 1 Общи изисквания към участниците, подточка 1.1 В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации"

в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. В този смисъл, когато участникът е обединение/консорциум, същият следва да осигури общо 5 (пет) сервизни инженера.

Въпрос 3: Относно Раздел III Изисквания към участниците, т. 2 Общи и специфични изисквания към участниците, подточка 2.2.4.1 със следното съдържание: „Декларация, съдържаща списък на сервизните инженери, които участникът ще осигури за инсталирането, сервиза, обслужването (гаранционно и следгаранционно) на и обучението на болничния персонал за работа с комплексното оборудване, придружена от автобиографии на сервизните инженери, копия на сертификати за преминал курс на обучение за инсталиране, сервиз и обслужване (гаранционно и следгаранционно) на комплексното оборудване, издадени от производителите на съответния тип апаратура и декларация за ангажираност на инженерите”. Следва ли да се представя декларации за ангажираност на инженерите след като в т. 3.1 „Необходими документ”, подточка 3.1.1. „Съдържание на плик 1 с надпис „Документи за подбор” липсва изискване за представяне на такъв документ, а освен това липсва и приложен образец на такъв документ в документацията?

Отговор на въпрос 3: Участникът следва да представи декларации за ангажираност на всеки от инженерите, за да отговори на изискванията на Възложителя, посочени в Раздел III Изисквания към участниците, т. 2 Общи и специфични изисквания към участниците, подточка 2.2.4.1 от документацията и в Раздел 3, точка 2.3, подточка 5 от обявлението на поръчката. Участникът следва да подготви декларацията в свободен стил.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-15-902/14.09.2012 г./

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Health of the Republic of Bulgaria. The text around the perimeter of the stamp reads "МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВНОТО" at the top and "РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ" at the bottom. In the center of the stamp, the text "МИНИСТЪРСТВО НА ЗДРАВНОТО" is repeated. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.