



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № ОПРР-С.В. .... / 12.7. ... 2012 г.

### ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ”ДОСТАВКА, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ГАРАНЦИОННО И СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧНА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛО” ЕАД – ГР. СОФИЯ И МБАЛ „СВ. МАРИНА” – ГР. ВАРНА”

**Отговор на поставени въпроси относно:** Обществена поръчка с предмет "Доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на лъчетерапевтична апаратура за нуждите на „СБАЛО” ЕАД – гр. София и МБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна” по проект „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в клиника по лъчелечение на „СБАЛО”” и проект „Изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна”, открита с Решение № РД-17-110/24.02.2012 г., номер на обявлението в АОП: 00080-2012-0021

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:

#### **Въпрос № 1:**

*„Относно изискваните документи, които следва да бъдат представени от участниците за доказване на техническите им възможности и/или квалификация:*

*В Обявлението за обществена поръчка, публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз”, в раздел III.2.3) Технически възможности е посочено: „...За доказване на техническите си възможности и/или квалификация, участниците следва да представят: ... 7. Декларация, съдържаща списък на договора/ите за доставки, изпълнени от участника през последните 3 (три) счетоводно приключени години (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), от който е видно, че участникът е изпълнил поне един договор за доставка на подобна апаратура през последните три години, придружен със заверени от участника копия на договори и препоръки за добро изпълнение ....”*

*Въпрос № 1. Молим да потвърдите, че когато Възложителите на договорите са различни от крайните получатели на доставените и инсталирани апарати, както е и в настоящата процедура, то за доказване на техническите си възможности и/или Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”*

квалификация, участникът трябва да представи заверени от него копия на договори и препоръки за добро изпълнение на договора/ите за доставени и инсталирани апарати, издадени от крайните получатели, т. е. ползвателите на доставените и инсталирани апарати?”

**Отговор на въпрос 1.**

За доказване на техническите си възможности и/или квалификация, участникът трябва да представи копия на препоръки за добро изпълнение на договора/ите за доставени и инсталирани апарати, заверени от Възложителя, а не от крайните получатели (ползвателите) на доставените и инсталирани апарати.

**Въпрос № 2:**

„Относно проекта на договор – Образец № 13

В чл. 15, ал. 3 и ал. 4 е посочено:

Ал. 3: Изпълнителят се задължава по време на гаранционния срок и срока на пълно следгаранционно обслужване максималната продължителност на прекратяване работата на доставеното оборудване поради повреди или профилактика да не надвишава ... .. (240 /двеста и четиридесет/) часа годишно.

Ал. 4: При надвишаване на часовете по предходната алинея, се задейства клаузата на чл. 2, ал. 11 от настоящия договор”.

В чл. 2, ал. 11, е посочено: Сроковете по ал. 7, 8 и 9 се удължават с толкова дни колкото часа над посочената в чл. 15, ал. 4 от настоящия договор оборудването не е работило поради повреда или профилактика”.

Съгласно Ваше писмо с Изх. № 26-00-548/02.04.2012 г. и Отговор на въпрос № 4, че при формиране на поставеното изискване в чл. 2, ал. 11 не е допуснато техническа грешка, правилно ли е разбирането ни, че ако например оборудването не е работило поради повреда или профилактика 300 часа над посоченото в чл. 15, ал. 4, то съответно с 300 дни, т. е. с 10 месеца трябва да се удължат сроковете за гаранционно и пълноследгаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване, което следва да се калкулира в цената?”

**Отговор на въпрос 2.**

Съгласно т. 4.2.1.16 и т. 4.2.2.15 от Техническите условия и изисквания за изпълнение, участникът трябва да представи декларация, че по време на гаранционния срок, както и по време на пълното следгаранционно сервизно обслужване, максималната продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или профилактика ще бъде по-малко от 240 (двеста и четиридесет) часа годишно. В случай, че това време надвиши 240 (двеста и четиридесет) часа годишно, участникът, респективно изпълнителят се съгласява гаранционният срок, съответно срокът на пълно следгаранционно сервизно обслужване да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените 240 (двеста и четиридесет) часа оборудването не е работило.

**ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА**  
**ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР**

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-  
31/22.06.2011 г./

