




ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-307 / 01.03
2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ

Отговор на поставени въпроси относно: Обществена поръка с предмет „Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП на МЗ, публикувана с решение № РД-17-109 от 24.02.2012 г.

Във връзка с горецитираната обществена поръчка даваме отговори на следните поставени въпроси:

1., В раздел III.2.2. Икономически и финансови възможности, изисквано минимално ниво - се изисква участникът да има цитираните в посочената точка обороти от доставки, сходни с предмета на обособената позиция, общо за предходните 3 счетоводно приключени години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай че участникът участва по повече от една обособена позиция изискуемите обороти се сумират. Следователно - ако потенциален участник би искал да оферира по всички позиции, имащи отношение към образната диагностика, общият изискуем оборот по тази точка следва да бъде 35 166 000 лв."

ВЪПРОС:

Моля да уточните дали изискването за този оборот се удовлетворява при сумиране на оборотите от участник и неговите подизпълнители.

ОТГОВОР:

Не, изискването за оборот е за участника отделно от оборота на подизпълнителя който трябва да отговаря на изискванията на възложителя посочени в т. III.2.2 от обявленето за провеждане на обществената поръчка.

ВЪПРОС:

Съгласно т. II.1.6. основен обект на поръчката е 33 100 000, който съгласно Общият терминологичен речник на Официалния вестник на Европейският съюз означава Медицинско

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/I.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации"

оборудване. Следвали да се приеме, че изискуемият оборот включва оборот от доставки на всякакъв вид медицинско оборудване съгласно обявленето за такава ОП?

ОТГОВОР:

Не, изискането на Възложителя за оборот на участника ще бъде изпълнено в случай, че представените от участниците договори включва оборот от доставки на медицинско оборудване сходно с предмета на обособената позиция по горецитираната процедура съгласно т. III.2.2.1. от обявленето за ОП.

ВЪПРОС:

Съгласно т.VI- съдържание на офертата от тръжната документация / стр.53/- цената на придобиване следва да отговаря на редица условия, между които - да включва необходимите консумативи и резервни части. Следва ли да бъде направен извода, че в изискуемият оборот могат да бъдат включени реализирани обороти за последните 3 години от доставки на консумативи, реактиви и резервни части, свързани с доставки, сходни на обекта на поръчката?

ОТГОВОР:

Не Възложителят няма да приеме договори за доставка на консумативи, реактиви и резервни части като договори със сходен предмет на настоящата поръчка и доказващи изискуемия оборот.

2. "В изискане т.16 и т.17 от Техническата спецификация на Позиция №1 - Апаратура за

магнитно-резонансна образна диагностика са описани еднакви софтуерни приложения, и по-конкретно - „специализиран софтуер за сливане и сравнение на мултимодални образи с цел проследяване на онкологични пациенти".

Моля да поясните дали е необходимо един и същ софтуер да бъде предложен както на конзолата на апарат, така и на допълнителната работна станция за постобработка, като се има предвид, че този софтуер не е свързан с рутинния процес на изследване на пациентите, а напротив - свързан е с последващите обработки и архивиране на образите, което се извършва да допълнителната работна станция, дори и при изключен магнитен резонанс."

ОТГОВОР:

В съответствие на т. 16 и т.17 от Техническата спецификация на Позиция №1 - Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, следва да притежава „специализиран софтуер за сливане и сравнение на мултимодални образи с цел проследяване на онкологични пациенти".

3. „В т. 25 от Техническата спецификация на Позиция №1 - Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика има изискане за товароносимост на пациентната маса - не по-малка от 160 кг.”

ОТГОВОР:

Допустимата товароносимост е заложена, и задължително трябва да отговаря на т.25 от Техническата спецификация на Позиция №1 - Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./