



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26.00.700/13.03 2012 г.

### ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ

**Отговор на поставени въпроси относно:** *Обществена поръчка с предмет "Доставка на системи за централна стерилизация по проекти, част от СРИП на МЗ", открита с Решение № РД-17-113/24.02.2012 г.*

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам следните отговори, по отношение на Технически спецификации част от поръчката, Позиция 2. контейнери за стерилизация, стр. 18 от документацията:

**Въпрос № 1:** *Моля да определите по-конкретно „с постоянен филтър или винтил”. Изискването „с постоянен филтър или винтил” означава ли, че трябва да бъдат предложени контейнери за стерилизация, чието техническо решение за филтърната система, не изисква подмяна на филтри/винтили (консуматив) в процеса на експлоатация?*

**Отговор 1** Да, изискването "с посоянен филтър или винтил" означава, че трябва да се предложат контейнери, които не изискват подмяна на филтри/винтили в експлоатационния си живот.

**Въпрос № 2:** *Възложителят ще приеме ли техническо предложение, което изисква подмяна на филтрите на определен брой стерилизационни цикли, например на всеки 1000 цикъла?*

**Отговор 2** Следва да се спазват стриктно изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация, обособена позиция №2 „Апаратура за Централна стерилизационна и операционни зали“, стр.18 от документацията, а именно „Контейнери за стерилизация с постоянен филтър или винтил, неизискващи консумативс възможност за цветно кодиране и поставяне на етикети ”.

**Въпрос № 3:** *Моля да определите по-конкретно понятията „разделени по височина”, „разделени по дължина” и „разделени по дължина и височина”.*

**Отговор 3** Понятията "разделени по височина", "разделени по дължина" и "разделени по дължина и височина" са за указване по какъв начин изискваните контейнери са кратни на контейнер 1 стерилна единица със стандартни размери (Ширина x Дължина x Височина) - 30x60x30см.

*Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации"*

**Въпрос № 4:** Ако Възложителя изисква вътрешни разделители, в предвид горния въпрос, то тогава няма техническа възможност да се използват кошниците за инструменти, предвидени в същата спецификация. Какво точно има предвид Възложителя - контейнерите да бъдат окомплектовани с вътрешни разделители или с кошници за инструменти?

**Отговор 4** Възложителят не изисква вътрешни разделители, а кошници за инструменти описани в спецификацията.

**Въпрос № 5:** Вторите контейнери от спецификацията са описани с обем 1/2 стерилна единица, но посочения размер 30/60/15 е за контейнери с размер 1 стерилна единица и с височина 15 см. Не следва ли в заданието тези контейнери да са с размер 1 стерилна единица, вместо 1/2? Моля за Вашето уточнение.

**Отговор 5** Както е известно, контейнер 1 стерилна единица има стандартните размери (Ширина x Дължина x Височина) - 30x60x30см. В случая ясно е посочено, че Възложителят изисква контейнер 1/2 стерилна единица, който има приблизителни размери (Ширина x Дължина x Височина) - 30x60x15см.

**Въпрос № 6:** Четвъртите контейнери от спецификацията са описани с обем 1/4 стерилна единица, но посочения размер 30/30/15 е за контейнер с размер 1/2 стерилна единица и с височина 15 см. Не следва ли в заданието тези контейнери да са с размер 1/2 стерилна единица, вместо 1/4? Моля за Вашето уточнение.

**Отговор 6** Както е известно, контейнер 1 стерилна единица има стандартните размери (Ширина x Дължина x Височина) - 30x60x30см. В случая ясно е посочено, че Възложителят изисква контейнер 1/4 стерилна единица, който има приблизителни размери (Ширина x Дължина x Височина) - 30x30x15см.

**Въпрос № 7:** В заданието е поставено изискването „възможност за цветно кодиране и поставяне на етикети“. Каква допълнителна окомплектовка следва да предвидят участниците в цената си - един или два постоянни етикета за всеки контейнер; етикетите да бъдат ли с фабричен надпис или без надпис?

**Отговор 7** Изискването " възможност за цветно кодиране и поставяне на етикети" означава, че предлаганите контейнери трябва фабрично да са произведени с вградени места за поставяне на цветни табели и етикети, с които в следствие крайните получатели могат да доокомплектоват контейнерите съобразно техните нужди. Т.е. Възложителят не изисква окомплектоване с постоянни цветни табели и етикети.

**Въпрос № 8:** В заданието, в частта контейнери за стерилизация, е написано „неизискващи консуматив?“. Посоченото общо количество на контейнерите е 250 броя, а гаранционния срок -- мин. 30 месеца и 12 месеца следгаранционното сервизно обслужване, като цената трябва да включва и стойността на „консумативите" съгласно точка 4.2.6. на стр. 21 от документацията. По отношение на индикаторите за стерилност на съдържанието/пломбите - при един стерилизационен цикъл на ден за всеки контейнер, по два индикатора/пломби за всеки контейнер, средно 210 работни дни в годината и мин. 30 месеца гаранционен срок, плюс още 12 месеца следгаранционно сервизно обслужване, общо 3,5 години, се получава, че участниците трябва да предвидят за всичките 250 броя контейнери точно 367 500 броя индикатори за стерилност на съдържанието/пломбите. Моля да посочите какво количество индикатори за стерилност на съдържанието/пломбите, за 250 броя контейнери предмет на доставка по процедурата, трябва да предвидят участниците за времето на гаранционния срок и първите 12 месеца следгаранционното сервизно обслужване?

**Отговор 8** В т. 4.2.6. на стр. 21 от Документацията Възложителят ясно е посочил, че се касае за консумативи за гаранционно обслужване на апаратурата, респ. контейнерите за стерилизация. Такива напр. биха могли да бъдат уплътненията на капачите на контейнерите, които след определен брой цикли в зависимост от препоръките на производителя подлежат на подмяна. Индикаторите или пломбите, които цитирате в писмото си, са консумативи за ежедневната работа и контролиране на стерилността на опаковките, но не са част от гаранционната поддръжка на контейнерите.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА  
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./

