



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-346/17.03. 2012 г.

**ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА, ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ГАРАНЦИОННО И
СЛЕДГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
НА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧНА АПАРАТУРА
ЗА НУЖДИТЕ НА „СБАЛ ПО
ОНКОЛОГИЯ” ЕАД – ГР. СОФИЯ И
УМБАЛ „СВ. МАРИНА” ЕАД –
ГР. ВАРНА“**

Отговор на поставени въпроси относно: Обществена поръчка с предмет „Доставка, въвеждане в експлоатация, гаранционно и следгаранционно обслужване на лъчетерапевтична апаратура за нуждите на „СБАЛ по Онкология” ЕАД – гр. София и УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна“

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните поставени въпроси:

Въпрос №1 „В раздел III.23 Технически възможности от Обявлението за поръчка, в т. 5 се изисква от участниците да представят: “ Заверено от участника копие на разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях - за дозиметричното оборудване ?“

Съгласно разпоредбите на МЗ и АЯР разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях се издава за всеки конкретен случай на предстоящ внос на източник, когато е на лице разписан договор за доставка и агенцията може да провери изрядността и лицензиите, както на крайния получател на източника така и на вносителя. Агенцията за ядрено регулиране не издава по принцип разрешение за внос и износ на източници на йонизиращи лъчения или на части от тях, които разрешения да могат участниците да представят на етап кандидатстване в открита процедура за доставка.

Моля да коригирате / поясните горесцитираното изискване за доказване на технически възможности на кандидатите. “

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

Отговор: Разрешение за внос от страните - членки на Европейския съюз не се изисква. Съгласно § 1в. в случаите на внос в Република България или на износ от Република България съответно от или в държава - членка на Европейския съюз, не се изисква издаване на разрешение по чл. 15, ал. 4, т. 13 и 15.

В случай на внос на радиоактивни ИЙЛ, вносителят трябва да осигури транспорта на българска територия от фирма, притежаваща лицензия по чл. 15, ал. 3 т. 5 от ЗБИЯЕ за превоз на радиоактивни вещества или да получи разрешение по чл. 15, ал. 4 т. 12. от ЗБИЯЕ за еднократен превоз на радиоактивни вещества.

Въпрос №2 „Във връзка с техническата спецификация на обособена позиция 1: „Доставка на **мултимодални линейни** ускорители с **многолистен колиматор** за нуждите на СБАЛО ЕАД – гр. София и УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна, моля да направите пояснение към т. 1.3.1 която гласи:

1.3.1. Ширина на всеки лист в изоцентъра ≤ 5 mm.

Въпросът ни е :

За какъв размер на полето ширина ва всеки лист в изоцентъра трябва да е < 5 mm;“

Отговор : Размерът на полето не е от значение при спазване изискванията на Възложителя, заложиени в т.1.3.1 от техническата спецификация.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./

