



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



ОПРР

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-УОЗ.13.03.2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ”ДОСТАВКА НА СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ”

Отговор на поставени въпроси относно: *Обществена поръчка с предмет ”Доставка на системи за централна стерилизация по проект, част от СРИП на МЗ”, открита с Решение № РД-17-113/24.01.2012 г., номер на обявлението в АОП: 00080-2012-0023*

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:

Въпрос № 1:

„В Решението за откриване на процедура и Обявлението за обществена поръчка в документацията на горесцитираната обществена поръчка е посочена следната прогнозна стойност:

„Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка (включваща двете обособени позиции) възлиза в размер до 4 500 000 лв, от които до 3 000 000 лв. е стойността на доставката по двете обособени позиции, пълното следгаранционно обслужване за срок от 1 година е до 10 % от цената на доставката или сума в размер до 300 000 лв., а опцията за удължаване срока на пълното гаранционно обслужване с още до 4 години включително е до 10 % от цената за всяка от 4-те години или сума в размер до 1 200 000 лв.

В Пълното описание на предмета на поръчката (чл. 28, ал. 1, т. 3 от ЗОП) (на стр. 29 от Документацията на обществената поръчка) е цитирана следната прогнозна стойност:

„Във връзка с опцията за удължаване на срока на пълното гаранционно обслужване прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка възлиза в размер до 4 787 501 лв., от които до 3 191 667 лв. е стойността на доставката по двете обособени позиции, пълното следгаранционно обслужване за срок от 1 година е до 10 % от цената на доставката или сума в размер до 319 167 лв., а опцията за

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

удължаване срока на пълното гаранционно обслужване с още до 4 години включително е до 10 % от цената за всяка от 4-те години или сума в размер до 1 276 667 лв.

Моля да определите кои от посочените прогнозни стойности са верни – тези в Решението и Обявлението или тези в Пълното описание на поръчката (чл. 28, ал. 1, т. 3 от ЗОП) (на стр. 29 от Документацията на обществената поръчка?)”

Отговор на въпрос 1.

В обявлението е допусната техническа грешка. Следва да се считат за коректни стойностите, посочени в раздел 3 „Пълно описание на предмета на поръчката”, т. 3.3 от документацията на обществената поръчка

Въпрос № 2:

„В Общите изисквания към офертите на участниците (стр. 56) е посочено, че „Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в обявлението и документацията за участие и да бъде оформена по приложени образците на документацията на електронен носител, а образците, които са налични на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, са в pdf-формат.

Това ще затрудни точното спазване на образците при изготвяне на офертата, тъй като няма как да бъде възпроизведено логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. не фигурира на всяка страница от изготвената оферта, това ще бъде ли основание да се приеме, че офертата не е изготвена съгласно изискванията и приложените образци?

Отговор на въпрос 2:

Офертата следва да отговаря на изискванията на Възложителя за визуализация. Участниците могат да използват приложените от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” материали за визуализация на адрес: www.bgregio.eu → изпълнение на договори → насоки за информация и публичност или на адрес: <http://www.bgregio.eu/izpalnenie-na-dogovori/nasoki-za-informatsiya-i-publichnost.aspx>

Въпрос № 3:

„В образец № 14 от документацията за участие е посочено, че участникът трябва да приложи „Попълнена таблица за съответствие с техническите параметри, с приложен доказателствен материал за всяка отделна позиция от таблицата (технически спецификации, брошури)

В Документацията липсва образец на таблицата за съответствие с техническите параметри.

Ще бъде ли предоставен такъв образец или всеки участник трябва да изготви самостоятелно таблицата за техническо съответствие, без да се спазва определен образец?

Отговор на въпрос 3:

Всеки участник следва да изготви таблица за техническо съответствие.

Въпрос № 4 :

В т. 7 на Ш.2.3. Технически възможности от Обявлението за поръчка /стр. 20/ е посочено, че трябва да се представи „ Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставка и монтаж на стерилизатори с обем над 4 стерилни единици за последните три години”.

Допустимо ли е освен стерилизатори в декларацията да бъде включено и друг тип оборудване за централна стерилизация, което също е предмет на обществената поръчка?

Отговор на въпрос № 4:

Тъй като по същество основното оборудване в една Централна стерилизация са стерилизаторите с обем над 4 стерилни единици, Участникът трябва задължително да докаже своя опит при доставката на такава апаратура чрез списък с договори за доставка и монтаж. Включването в Декларацията на друг тип оборудване за централна стерилизация, предмет на настоящата обществена поръчка е допустимо, но не е достатъчно за покриване на изискванията на Възложителя в случай, че в

Декларацията не фигурират данни за доставени и монтирани стерилизатори над 4 стерилни единици за последните три години.

Въпрос № 5:

„В Пълното описание на поръчката (чл. 28, ал. 1, т. 3 от ЗОП) (на стр. 47 от Документацията на обществената поръчка) е посочено: „В ценовотом предложение са включени медико-технологични проекти:

- Разполагаре на апаратурата;
- Адаптация на помещенията към електрозахранване вентилация и климатизаци, В и К, инсталация на медицински газове, по съществуващите проекти.

В чл. 13 на Образец № 15 „Проект на договор е посочено, че Изпълнителят се задължава „да предостави технологичен проект за помещенията за монтиране на апаратурата, съобразен с работния инвестиционен проект, за който има издадено разрешение за строеж в срок от 2 седмици след сключването на договор.

Бихте ли предоставили информация къде и кога могат да бъдат видяни горещитиранитет съществуващи проекти и работен инвестиционен проект за всяка от болниците – краен потребител по съответната обособена позиция, с оглед изготвянето на медико-технологичен проект?

Отговор на въпрос 5:

Участниците могат да се запознаят със съществуващите проекти и работен инвестиционен проект в сградата на Министерство на здравеопазването – бул. Ал. Стамболийски 39, партерен етаж, ст. 3, след предварително записване на тел. 93-01-266. Участниците могат да се запознаят на място в болниците – краен потребител по съответната обособена позиция, в периода от 26.03.2012 до 20.04.2012 г. всеки работен ден между 11:00 и 14:00 часа.

Въпрос № 6:

„На стр. 65 от Пълното описание на поръчката (чл.28, ал. 1, т. 4 от ЗОП) е посочено, че „За всяка обособена позиция, за койтот участва участникът следва да представи отделно техническо предложение (образец № 12), придружено от всички изискуеми документи“. Посоченият образец № 12, приложен към документацията представлява декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

Бихте ли пояснили кой точно образец трябва да се представи от участника. ”

Отговор на въпрос 6:

Участникът следва да представи техническо предложение – образец № 14 от документацията за участие.

Въпрос № 7:

„На стр. 66 от Пълното описание на поръчката (чл. 28, ал. 1, т.3 от ЗОП) е казано, че „За всяка обособена позиция, за която участва, участникът следва да представи отделна предлагана цена (образец № 13), придружена от всички изискуеми документи“. Посоченият образец № 13, приложен към документацията, представлява Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в поръчката.

Бихте ли пояснили кой точно образец трябва да се представи от участника.

Отговор на въпрос 7:

Участникът следва да представи предлагана цена образец № 16.

Въпрос № 8:

В Приложение Б - Информация относно обособените позиции в Обявлението за обществена поръчка в Документацията на горещитираната обществена поръчка е посочено следното количество или обем за Обособена позиция № 1 „Доставка на системи за централна стерилизация в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД - гр. Монтана“: „1 бр. парно-вакуумен стерилизатор, 1 бр. автоматична миялна машина, 1 бр. плазмен стерилизатор, 1 бр. автоматична залеваща машина, 1 бр. апарат за съхранение на ендоскопи и 1 бр. автоматична миялно-дезинфекционна и изсушаваща машина за гъвкави ендоскопи“. В т. 4 Технически спецификации за изпълнение на поръчката (чл. 28, ал. 1, т. 4 от ЗОП) от Документацията са посочени съответно следните количества: 2 бр. парно-вакуумен стерилизатор, 2 бр. автоматична миялна машина, 1 бр. плазмен стерилизатор, 2 бр. ротационна

машина за опаковане на инструменти, 1 бр. апарат за съхранение на ендоскопи и 1 бр. автоматична миялно-дезинфекционна и изсушаваща машина за гъвкави ендоскопи. Освен това разминаване между количествата, посочени в обявлението и тези в техническите спецификации, в обявлението въобще липсват описани определени подпозиции от Обособена позиция № 1 като Система за водоподготовка с обратна осмоза. Ултразвукова вана с подгряване за ръчно почистване и дезинфекция на сложни и канюлирани инструменти. Информационна компютърна система за контрол и управление на поток на инструментите, Транспортни тролей за стерилни материали. Автоматичен дизелов агрегат.

Бихте ли посочили точните количества, които трябва да бъдат доставени от всеки тип оборудване по Обособена позиция № 1. подробно описано в техническата спецификация, както и точното количество на окомплектовката към всеки брой от оборудването, а именно количествата за:

А) Плазмен стерилизатор

- Кошници с капацитет $\frac{1}{2}$ DIN

Б) Парно-вакуумен стерилизатор

- стерилизационни кошници

- касети за зареждане

- транспортно-зареждащи тролей за ръчно зареждане

В) Автоматична миялна, дезинфекционна и изсушаваща машина

- Касети за инструментариум с капацитет не по-малко от 12 DIN кошници

- Касета за анестезиологични материали

- Касета за ригидни ендоскопи

- Кошници за инструменти с приблизителни размери 240 x 480 x 50 мм

- Зареждащи колички за ръчно зареждане

Г) Система за цялостна обработка и съхранение на гъвкави ендоскопи

- Апарат за цялостна обработка и стерилизация

- Апарат за поддържане в готовност на стерилизирани

ендоскопи Д) Ротационна машина за опаковане на

инструменти

- Спомагателен ролков конвейер за бърза работа

- Поставка за опаковъчно фолио с режеш

механизъм Е) Система за водоподготовка с

обратна осмоза

Ж) Ултразвукова вана с подгряване за ръчно почистване и дезинфекция на сложни и

канюлирани инструменти

З) Информационна компютърна система за контрол и управление потока на инструментите

- Сървър с конфигурация, отговаряща на изискванията на информационната система

- Локална станция

- Лазарен принтер формат А4

- Принтер за отпечатване на бар-код етикети

- Бар-код сканиращи устройства

UPS устройство с мощност, отговаряща на компютъра-сървър

И) Транспортни тролей за стерилни материали

К) Автоматичен дизелов агрегат за осигуряване на аварийно захранване

Отговор на въпрос 8:

Точните количества, които трябва да бъдат доставени от всеки тип оборудване по Обособена позиция № 1, както и точните количества на окомплектовката към всеки брой от оборудването са описани подробно в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката- Доставка на системи за централна стерилизация в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД-гр. Монтана. При изготвяне на Вашата оферта следва да имате предвид посочените от Възложителя количества в техническата спецификация.

Въпрос № 9:

В Приложение Б - Информация относено обособените позиции в Обявлението за обществена поръчка в Документацията на горецитираната обществена поръчка е посочено следното количество или обем за Обособена позиция № 2 „Доставка на системи за централна стерилизация в МБАЛ „Русе“ АД - гр. Русе“. ..1 бр. автоматична миялна машина. 1 бр. парно-вакуумен стерилизатор. 1 бр. комбиниран стерилизатор на пара и формалин. 1 бр. автоматична залеваща машина и 1 бр. контейнери за стерилизация“. В т. 4 Технически спецификации за изпълнение на поръчката (чл. 28, ал. 1. т. 4 от ЗОП) от Документацията са посочени съответно следните количества: 2 бр. миячно-дезинфекционна машина, 3 бр. парен стерилизатор. 1 бр. комбиниран стерилизатор на пара и формалин, 2 бр. залеваща машина с принтер и общо 250 контейнера за стерилизация с различни размери. Освен това разминаване между количествата, посочени в обявлението и тези в документацията, в обявлението въобще липсват описани определени подпозиции от Обособена позиция № 2 като Компресор за сгъстен въздух. Резачка за опаковки за минимум 5 ролки, Струен пистолет с аксесоари за миене с вода и продухване с въздух, Базова транспортна количка, комплект с необходимите полици, подходяща за транспорт на контейнери и барабани и кошници с меки опаковки, Покривало за базова количка, Транспортна количка за 2 бр. базови колички. Количка за кошници, комплект с дръжка. Стерилизационна модулна кошница, плетка, Стерилизационна модулна кошница, дълбока. Работни маси от неръждаема стомана 2700 мм дължина, Стелажки - дължина 1830 мм. Контролна увеличителна лампа. Маса с осветление за инспекция, сгъване и подготовка на текстил. размер на прозрачната осветена част 1000x600 мм, размери 2000x1400x900 мм, Маса за контрол и пакетиране с малък горен рафт с две работни места, работна повърхност 2000x1400 мм височина 900 мм +/- 25 мм. долен рафт 1870x700 мм. Стенен рафт 2400 x 300 две лавици неръждаема стомана AISI 304, Работен неръждаем плот 1600x650x900, с долен рафт, неръждаема стомана. Работен стол - висок. Бюро ръководител отделение. Работен стол нормален, Мивка обикновена, Полици над мивката, комплект два плота неръждаема стомана - 2800 мм. Мултифункционална количка 9 STU. 3 нива. отваряне на вратите 270 градуса, гумени предпазители (буфери). Мултифункционална количка 9 STU, 3 нива, отваряне на вратите 270 градуса, гумени предпазители (буфери), Стойка за лепенки за опаковане (за две ролки). Пистолет за миене на колички. Бактерицидни лампи. Ултразвукова вана, цифров контрол на температурата, минимум 30 л, Ултразвукова вана. цифров контрол и микропроцесорно управление, с иригационни джетове за тръбни инструменти, Проходно гише за предаване на касети за миячно-дезинфекционните машини и други материали. Система за водоподготовка, осигуряваща работата на инсталираните машини. Контейнер за стерилизация с обем 1 стерилна единица (прибл. размери 30/60/30 см). Контейнер за стерилизация с обем 1/2 стерилна единица - разделена по височина (прибл. размери 30/60/15 см). Кошница за стерилизация, подходяща за горните контейнери (прибл. размери 30/60/15 см), Контейнер за стерилизация с обем 1/2 стерилна единица - разделена по дължина (прибл. размери 30/30/30 см). Контейнер за стерилизация с обем 1/4 стерилна единица -разделена по височина и дължина (прибл. размери 30/30/15 см). Кошница за стерилизация, подходяща за горните контейнери (прибл. размери 30/30/15 см). Машина за миене и дезинфекция на п>вкافي ендоскопи.

Бихте ли посочили точните количества, които трябва да бъдат доставени от всеки тип оборудване по Обособена позиция № 2. подробно описано в техническата спецификация, както и точното количество на окомплектовката към всеки брой от оборудването, а именно количествата за:

А) Миячно-дезинфекционна машина

- Касета за инструменти 5 нива;
- Касета за миене на DIN контейнери;
- Касета за микроинвазивни инструменти;
- Касета за тръбовидни инструменти на 5 нива;
- Касета за анестезиологични инструменти;

- Стойка за 8 маски;
- Транспортна количка за зареждане и разтоварване с дренаж
- Б) Парен стерилизатор
 - Касета за камерата с тежък товар с колела
 - Количка за зареждане
- В) Комбиниран стерилизатор на пара и формалин
 - Касета за тежък товар на камерата с колела;
 - Количка за зареждане
- Г) Допълнително оборудване и обзавеждане
 - Компресор за сгъстен въздух;
 - Резачка за опаковки за минимум 5 ролки;
 - Залепваща машина с вграден принтер;
 - Струен пистолет с аксесоари за миене с вода и продухване с въздух;
 - Базова транспортна количка, комплект с необходимите полици, подходяща за транспорт на контейнери и барабани и кошници с меки опаковки;
 - Покривало за базова количка;
 - Транспортна количка за 2 бр. базови колички;
 - Количка за кошници, комплект с дръжка;
 - Стерилизационна модулна кошница, плътка;
 - Стерилизационна модулна кошница, дълбока.
 - Работни маси от неръждаема стомана 2700 мм дължина;
 - Стелажки - дължина 1830 мм;
 - Контролна увеличителна лампа;
 - Маса с осветление за инспекция, сгъване и подготовка на текстил. размер на прозрачната осветена част 1000x600 мм. размери 2000x1400x900 мм;
 - Маса за контрол и пакетиране с малък горен рафт с две работни места, работна повърхност 2000x1400 мм височина 900 мм +/- 25 мм, долен рафт 1870x700 мм;
 - Стенен рафт 2400 x 300 две лавици неръждаема стомана AISI 304;
 - Работен неръждаем плот 1600x650x900, с долен рафт, неръждаема стомана;
 - Работен стол - висок;
 - Бюро ръководител отделение;
 - Работен стол нормален;
 - Мивка обикновена;
 - Полици над мивката, комплект два плота неръждаема стомана - 2800 мм;
 - Мултифункционална количка 9 STU, 3 нива. отваряне на вратите 270 градуса, гумени предпазители (буфери);
 - Транспортна количка за хартия;
 - Стойка за лепенки за опаковане (за две ролки);
 - Пистолет за миене на колички;
 - Бактерицидни лампи;
 - Ултразвукова вана, цифров контрол на температурата, минимум 30 л;
 - Ултразвукова вана. цифров контрол и микропроцесорно управление, с иригационни джетове за тръбни инструменти;
 - Проходно гише за предаване на касети за миячно-дезинфекционните машини и други материали;
 - Система за водоподготовка. осигуряваща работата на инсталираните машини;
 - Контейнер за стерилизация с обем 1 стерилна единица (прибл. размери 30/60/30 см);
 - Контейнер за стерилизация с обем: 1/2 стерилна единица - разделена по височина (прибл.размери 30/60/15 см);
 - Кошница за стерилизация, подходяща за горните контейнери (прибл. размери 30/60/15 см);
 - Контейнер за стерилизация с обем 1/2 стерилна единица - разделена по дължина (прибл. размери 30/30/30 см);
 - Контейнер за стерилизация с обем 1/4 стерилна единица - разделена по височина и дължина (прибл. размери 30/30/15 см);

- Кошница за стерилизация, подходяща за горните контейнери (прибл. размери 30/30/15 см);

Машина за миене и дезинфекция на гъвкави ендоскопи

Отговор на въпрос 9:

Точните количества, които трябва да бъдат доставени от всеки тип оборудване по Обособена позиция № 2, както и точните количества на окомплектовката към всеки брой от оборудването са описани подробно в **Техническата спецификация за изпълнение на поръчката**-Доставка на системи за централна стерилизация в МБАЛ „Русе“ АД-гр. Русе. При изготвяне на Вашата оферта следва да имате предвид посочените от Възложителя количества в Техническата спецификация.

Въпрос № 10:

Образец № 16 Предлагана цена от Документацията на обществената поръчка е посочено, че единичната крайна цена по всяка отделна позиция следва да включва „ ... и пускане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи,...”

Бихте ли обяснили на каква база да се изчислят количествата на необходимите консумативи за предложения период на гаранционна поддръжка и да бъдат заложили в предлаганата цена, при положение, че не е известно годишното потребление на всяка една от болниците - краен получател по отделните обособени позиции?

Отговор на въпрос 10:

Участникът следва да включи в офертата си всички принадлежности към оборудването, необходими при пускането му в експлоатация.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./

