



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-380/09.03. 2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ

Отговор на поставени въпроси относно: *Обществена поръчка с предмет "Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП на МЗ", открита с Решение № РД-17-109/24.01.2012 г., номер на обявлението в АОП: 0080-2012-0019*

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:

Въпрос № 1:

1. Указаните в документацията изисквания към техническите характеристики на обособена позиция 7:

Въпрос „1.1 Съгласно ред. 17 в комплектацията трябва да са включени 2 бр. конвексни трансдюсери за абдоминални изследвания с диапазон 1.5 - 5.0 MHz. Двата трансдюсера с напълно еднакви характеристики ли да бъдат ?”

Отговор на въпрос 1.1

Да, като се спазват изискванията на Възложителя за конвексите трансдюсери посочени в точка 17 от Приложение 1 от документацията.

Въпрос „1.2 В ред 7 броят на активните портове се изисква да е „съобразно изискванията на ЛЗ". Такива изисквания няма приложени към документацията. Молим да поясните с какъв брой активни портове трябва да е всяка от ехографските системи.”

Отговор на въпрос 1.2

Системата следва да съдържа портове съответни на предлаганите трансдюсери.

Въпрос: „1.3.В ред 4 под „контраст/тъкан режим на ехографи” режим на ехография с помощта на контрастни агенти ли следва да се разбира?”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации"

Отговор на въпрос 1.3

Да.

Въпрос „1.4 Какъв брой и за работа с кои трансдюзери следва да бъдат включените в окомплектовката биопсични приспособления (приставки)?”

Отговор на въпрос 1.4 Приспособления за биопсия за предлаганите видове трансдюзери.

Въпрос „1.5. Предвид на това, че ехографите са предназначени за онкологичната практика, където режимът на ехография с контрастни агенти има особено висока диагностична стойност и вече се нарежда сред диагностичните методи на избор, изисква ли Възложителят режимът на ехография с контрастни агенти да бъде включен в първоначалния комплект на доставка и съответно в офертираната цена?”

Отговор на въпрос 1.5

Съответно на т.4 от позиция 7 режимът контраст/тъкан е опционален и предлаганата апаратура следва да го поддържа.

Въпрос № 2:

„На стр. 37 от документацията е посочено, че в цената на пълното следгаранционно обслужване за първата година след изтичането на гаранционния срок трябва да са включени всички разходи, включително и резервните части.

В сервизната практика цената на пълно следгаранционно обслужване за определен срок (абонамент) включва труда и транспортните разходи по доставяне на резервните части, но не и цената на самите резервни части, тъй като стойността на резервните части е значително перо, а трудно може да се определи кои точно части ще претърпят повреда.

Молим, Възложителят да разясни дали по време на срока на пълно следгаранционно обслужване 1 година след изтичане на гаранционния срок, стойността на вложените за отстраняване на настъпила повреда резервни части ще се заплаща от Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на двустранен констативен протокол фактура за извършените работи/вложени резервни части, съгласно чл. 4 (1) на проекта на договор”

Отговор на въпрос 2: Видно от методиката за оценка, показателят „П1.2. сго - Цена за пълно следгаранционно обслужване за период от 1 година след изтичане на гаранционния срок” оценява ценовата оферта на участника, касаеща следгаранционното обслужване на апаратурата. По този подпоказател, участникът следва да посочи цена за 1-вата година след изтичането на гаранционния срок, която **включва** поддръжка на оборудването, **резервните части**, труд, транспорт на техники, вакуумни елементи и всички други разходи, свързани с оборудването. Посочената цена следва да е съобразена и с всички възможни външни променливи като инфлация, валутни колебания и др.

Уточнение в този смисъл се съдържа в чл. 3, ал. 2, т. 2 от проекта на договора и в указание към т. 2 от Образец № 15 «Предлагана цена, където е посочено, че в цената на пълното следгаранционно обслужване участникът следва да включи поддръжка на оборудването, доставка и замяна на резервните части, труд, транспорт на техники, доставка и замяна на вакуумни елементи и всички други разходи, свързани с оборудването, като в чл. 35, ал. 2 от проекта на договора възложителят е изрично е указал, че пълното следгаранционно обслужване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** включва поддръжка на оборудването, резервните части, труд, транспорт на техники, вакуумни елементи и всички други, свързани с оборудването, които ще бъдат извършвани от квалифицирани специалисти на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Въпрос № 3:

„Съгласно методиката за оценка по позиции 1, 6, 7, 9, 10 ценовото предложение се състои от два компонента, които се оценяват отделно с различна тежест - цена на апаратурата и цена на пълно следгаранционно обслужване за период от 1 година след изтичане на гаранционния срок. Ще бъде ли изисквана обосновка за цената, в случай, че ценово предложение на даден участник е с 30% по-ниско от средната цена на другите участници по

един от отделните компоненти на цената, а като сбор сумарната цена на участника по обособената позиция не е с 30% по-ниска от тази на другите участници?

Отговор на въпрос 3: Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП (в сила към момента на обявяването на настоящата процедура), когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 е с 30 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. В този смисъл е и издаденото от Агенцията по обществени поръчки методическото указание (http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/Methodichesko_09062011_2.pdf).

Въпрос № 4:

„В т. VI – 3 от обявлението се казва, че сроковете за подаване на оферти се намаляват с 12 дни. Срокът за получаване на офертите / исканията за участие 23.04.2012 г, ли е или 15.04.2012 година?”

Отговор на въпрос 4: Възложителят се е отказал от правото му, произтичащо от нормата на чл. 64, ал. 3 от ЗОП и е определил срок за получаване на офертите, съобразно сложността и обема на възлаганата обществена поръчка, а именно: 23.04.2012 г. така, както е посочено в раздел IV.3.4 „Срок за получаване на оферти или на искания за участие” от обявлението за поръчка.

Въпрос № 5:

Въпрос относно вида на доставките, които формират изискваните в т. III 2.2. обороти: Какво следва да се разбира под "апаратура, с която могат да бъдат постигнати същите резултати, както с апаратурата, предмет на съответната обособена позиция":

- апаратура от същия вид (напр. по позиция 4 - само графично-скопични рентгенови апарати); или
- апаратура от същия тип (напр. по позиция 4 - рентгенови апарати за диагностика); или
- апаратура, с която могат да се визуализират същите необходими за поставяне на диагнозата структури/органи;

Отговор на въпрос 5:

Под апаратура, с която могат да бъдат постигнати същите резултати, както с апаратурата, предмет на съответната обособена позиция и ще се признаят като формиращи изискваните обороти за всички обособени позиции, с изключение на обособена позиция 9 и обособена позиция 10, следва да се разбират доставки на апаратура за образна диагностика, посочена в Наредба 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика" буква В, т. II-1, III-1 и IV – 1. За обособени позиции 9 и 10, следва да се разбират апаратите посочените в Наредба 25 от 29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по Гастроентерология, буква Е, т. I, 1.1.

Въпрос № 6:

“Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице (или обединение), изискваните в III 2.2 обороти от доставки, сходни с предмета на обособената позиция в левова равностойност по **централен** курс на БНБ или съответната валута трябва да се посочат ?

Отговор на въпрос 6: В образец № 4 „Декларация, съдържаща информация за оборота от доставки, сходни с предмета на обособената позиция” възложителят е указал, че оборота от доставките, сходни с предмет на обществената поръчка следва да бъде посочен в лева.

Въпрос № 7:

„В изискванията за икономически и финансови възможности (обявление, стр. 9) е посочено, че ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, необходимите документи се представят от всяко едно от лицата, участващи в обединението. Моля да уточните дали обединението като цяло или поотделно всяко лице, включено в него, трябва да има необходимите обороти, лицензи и сертификати.

Във втория случай изискването би било в противоречие със ЗОП, според който Участник в процедура е обединението като цяло, а не всяко отделно лице (пар. 1, т. 33 от ДР на ЗОП), а Възложителят може да иска документи за доказване на икономически и финансови възможности от участник- т. е, от обединението, а не от неговите членове.

Прилагането на изискванията към всеки член от обединение би обезсмислило възможността на участие на обединения и би било в противоречие с чл. 25, ал. 5 ЗОП, необосновано ограничавайки участието в процедурата."

Отговор на въпрос 7: Съгласно раздел III.2.2 „Икономически и финансови възможности“; дясна колона и указания към т. 8 „Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника“ към раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указания за подготовка на оферта и условия за участие в открита процедура (чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП), изискванията за оборот от доставки, сходни с предмета на обособената позиция, когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася до обединението като цяло, а документи, доказващи съответствието с изискванията за икономическо и финансово състояние се представят за всяко едно от лицата, участващи в състава на обединението.

Що се отнася до техническите възможности и/или квалификация на участника, то в раздел III.2.3 „Технически възможности“ и указанията към т. 9 към раздел VI „Съдържание на офертата“ от Указания за подготовка на оферта и условия за участие в открита процедура (чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП), когато участникът е обединение/консорциум, изискванията за технически възможности и/или квалификация се отнасят до участниците в обединението, съобразно вътрешното разпределение на изпълнението на поръчката между участниците в обединението, а документите, с които се доказва изпълнението на поставените изисквания, съгласно чл. 56, ал. 3 от ЗОП се представят от всяко физическо и юридическо лице, включено в обединението.

Въпрос № 8:

„По позиция 6 посоченият брой на системите е 10 бр. на стр. 2 II 2.1 и 9бр. на стр. 22 от обявлението. Моля, уточнете броя на PACS системите.“

Отговор на въпрос 8: Съгласно раздел II.2.1 „Съвкупно количество или обем“ и т. 3.2. и т. 3.3. „Пълно описание на предметат на поръчката“ от документацията за участие в обществената поръчка, възлагана чрез открита процедура PACS системите по обособена позиция № 6 са 10 бр.

Въпрос № 9:

Въпрос: 9.1 Какво следва да се разбира под „плаващи лицензи“?

Въпрос: 9.2 В спецификациите се изискват първо поне 50 лиценза за достъп, а по - долу – плаващи лицензи за 10 работни станции. Броят на клиентите { работните станции) на потребителя зависи от това колко лиценза са закупени. Колко лицензи за достъп следва да бъдат включени в офериранията цена? 10 лиценза за 10 работни станции и възможност за допълнително закупуване на още поне 50 лиценза или 50 лиценза за потребители извън болницата + 10 лиценза за отделенията вътре в болницата?

Отговор на въпрос 9.1

Под „плаващ лиценз“ следва да се разбира разрешение за определен достъп от различни точки за достъп.

Отговор на въпрос 9.2

Следва да бъдат осигурени общо поне 50 лиценза, 10 от които плаващи, осигуряващи едновременен достъп до системата.

Въпрос 9.3 Какво следва да се разбира под комбайн за архивиране на CD/DVD

Отговор на въпрос 9.3 Под комбайн за архивиране на CD/DVD следва да се разбира мрежово устройство за автоматично за архивиране на CD/DVD.

Въпрос № 10:

„Оферираните по позиция 6 PACS системи ще трябва ли да се интегрират към вече съществуващи в лечебните заведения RIS/HIS системи? Ако е така, какъв вид са наличните към момента системи“

Отговор на въпрос 10. Оферираните системи трябва да имат възможност за интегриране с най-широк кръг от RIS/HIS системи.

Въпрос № 11:

„Съгласно методиката за оценка по позиции 1, 6, 7, 9, 10 ценовото предложение се състои от два компонента, които се оценяват отделно с различна тежест - цена на апаратурата и цена на пълно следгаранционно обслужване за период от 1 година след изтичане на гаранционния срок. Ще бъде ли изисквана обосновка за цената в случай, че ценово предложение на даден участник е с 30% по-ниско от средната цена на другите участници по един от отделните компоненти на цената, а като сбор сумарната цена на участника по обособената позиция не е с 30 % по-ниска от тази на другите участници?“

Отговор: Предвид правилото, заложено в методиката за оценка, че ценовото предложение се състои от два отделни компонента, които са с различна тежест и се оценяват поотделно, невъзможно е да се стигне на практика до представената от Вас ситуация. По отношение на всеки един от компонентите, ще се прилага чл. 70, ал. 1 от ЗОП (в сила към момента на обявяването на настоящата процедура).

Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП (в сила към момента на обявяването на настоящата процедура), когато офертата на участник съдържа предложение, което в зависимост от избрания критерий по чл. 37, ал. 1 е с 30 % по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Въпрос № 12:

По позиция 5 „Стационарен дигитален графичен рентгенов апарат“ колко броя плоски дигитални следва да се включат в цената: 2 броя единия от които 40 x 40 а другия 35 x 43см или 1 брой с размер 40 x 40 см или 35 x 43 см?

Отговор на въпрос 12: Следва да се спазва стриктно изискването на Възложителя, посочено в точка 4 от техническата спецификация: 2 бр. с размер на плоския панел или 40 x 40 см или 35 x 43 см.

Въпрос 13:

По позиция 5: за какво се отнася изискването за в „конзола за дигитална постобработка на образите мин- 65 % “?

Отговор на въпрос 13: Допуснатата печатна грешка –да се разбира конзола за дигитална постобработка на образите.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./

