




ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-382/09.03 2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ

Отговор на поставени въпроси относно: *Обществена поръка с предмет "Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП на МЗ", открита с Решение № РД-17-109/24.01.2012 г., номер на обявлението в АОП: 0080-2012-0019*

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните отговори:

Позиция №1 - Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика

Въпрос № 1: Съгласно Указания за подготовка на оферта и условия за участие в открита процедура, XII. Други условия Т.6 - при противоречие в отделните текстове на документите се прилагат документите с по-висок приоритет.

Установяваме противоречие между т. 4 Технически спецификации и по-специално техническата спецификация по Позиция №1 - Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика, където в т.3 се изисква „Максимална амплитуда на градиентите - мин. 33 mT/m" и Приложение №1 Таблица за съответствие с техническите параметри, където този показател е мин. 30 mT/m.

Моля потвърдете, че съгласно тръжната документация текстът, заложен в т. 4 Технически спецификации има приоритет пред текста на Приложение №1 Таблица за съответствие с техническите параметри и изискването на т.3 следва да се разбира като „Максимална амплитуда на градиентите - мин. 33 mT/m"

Отговор: Да, следва да се разбира, както е записано в т. 3 - мин 33 mT/m.

Въпрос 2: В т. 21 Допълнителна окомплектовка се изисква доставка на „Фарадеева клетка, включително интериорни стени". Същевременно в позиция 1.1. се изисква доставка на „Радиочестотна клетка за MRI 1.5T - пълна окомплектовка според новозакупената апаратура" само за МБАЛ Благоевград - болница, включена в списъка за доставка на магнитно-резонансна система, съгласно спецификацията на Позиция 1.

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации"

Моля да поясните, дали следва да се разбира, че в МБАЛ Благоевград ще бъдат доставени две Фарадееви клетки или изискването на т.1.1 дублира т. 21 и следва да се игнорира?

Отговор: За МБАЛ Благоевград, в раздел 4.5 „Място на доставка и монтаж” е посочено, че радиочестотната клетка за МРИ, трябва да бъде доставена в МБАЛ Благоевград на посочения адрес. Точка 21 „Допълнителна окомплектовка” от Техническата спецификация посочва какво следва да бъде доставено по обособена позиция 1. В тази връзка трябва да бъде доставена 1 бр. фарадеева клетка на посочения в документацията адрес.

Въпрос 3: Моля да поясните дали чилърът, посочен в изискване т. 21 е външното тяло, което охлажда всички компоненти на магнита в техническото помещение?

Отговор: Да, чилърът е външното тяло.

Въпрос 4: Моля да поясните - кои помещения следва да се климатизират. Освен охлаждането, изисква ли се да бъдат отоплявани? Колко метра въздуховоди следва да бъдат доставени и изисква ли се да бъде офертиран монтаж?

Отговор: Помещенията, в които е монтиран апаратът. Същите трябва да бъдат охлаждани и отоплявани. В зависимост от обема на помещенията и отделяната топлина от апарата. Участникът трябва да офертира цялостната доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация. За запознаване с конкретните условия и помещения, в които ще бъде монтиран апаратът, участниците имат възможност да извършат посещения на място в периода 07.03.2012 г. – 24.03.2012 г., всеки работен ден от 11:00 до 14:00 часа.

Въпрос 5: Моля да имате предвид, че дейностите свързани с ОВК са обект на специално проектиране, одобрение и изпълнение и не следва да бъдат обект на настоящата процедура за доставка на медицинско оборудване. По тази причина молим да изключите изискване 1.2.

Отговор: Офертата на участника следва да отговаря на изискванията на документацията за участие.

Позиция №5. Стационарен дигитален графичен рентгенов апарат

Въпрос 6: Моля уточнете броя дигитални детектори, които се изисква да бъдат офертирани с всеки един от трите апарата?

Отговор: Детекторите трябва да отговаря на записаното в обособена позиция 5.

Въпрос 7: Моля уточнете за какво се отнася процентът, показан в изискването „Конзола за дигитална матрица на образите - мин.65%”. Нашето предположение е, че става въпрос за изискване, повтарящо се с „DQE на детектора - мин. 60%”. Ако това е така, моля уточнете коя от двете стойности е задължителна.

Отговор: Изискването да се разбира „Конзола за дигитална постобработка на образите”.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
/Възложител, съгласно
Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./

