



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № *ОПРР-70.12.4*.....2012 г.

### ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ”ДОСТАВКА НА СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ”

**Отговор на поставени въпроси относно:** *Обществена поръчка с предмет ”Доставка на системи за централна стерилизация по проект, част от СРИП на МЗ”, открита с Решение № РД-17-113/24.01.2012 г., номер на обявлението в АОП: 00080-2012-0023*

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:

#### **Въпрос № 1:**

*„В техническите изисквания за качество по обособена позиция № 1 „Доставка на система за централна стерилизация в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” – гр. Монтана по т. 4.1.1.3. „Плазмен стерилизатор” се изисква апаратът да отговаря на изискванията на EN61010-2-042. Посоченият стандарт е отменен и заменен с EN61010-2-040. Молим да бъде направена корекция в изискването?”*

#### **Отговор на въпрос 1.**

При изписване на стандарта в т. 4.1.1.3. е допусната техническа грешка и същият следва да се чете: EN61010-2-040 или еквивалент.

#### **Въпрос № 2:**

*„В горесцитираната точка от изискванията за плазмен стерилизатор е включено изискване за съответствие със стандарт EN60601-1-2, който не е приложим за плазмена стерилизация, а се отнася за „електромедицински устройства, които имат физически или електрически контакт с пациента или предаващи енергия към и от него”. Неоснователно е за плазмени стерилизатори да се изисква съответствие с този стандарт?”*

#### **Отговор на въпрос 2:**

При изписване на стандарта в т. 4.1.1.3. е допусната техническа грешка и същият не следва да се вземе предвид от участниците.

*Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”*

**Въпрос № 3:**

*„В документацията е посочено, оторизационно писмо за предоставяне на сервиз на предлаганото оборудване на територията на Република България трябва да е с валидност не по-рано от 31.12.2012 г. Тъй като прогнозният срок за сервизно обслужване е с опция до 4 години, какъв трябва да бъде срокът на валидност на оторизационното писмо за сервиз”.*

**Отговор на въпрос 3:**

Съгласно т. 4 от раздел III.2.3)Технически възможности от обявлението за поръчка, участникът, в случай че не е производител, трябва да бъде оторизиран от производителя или от негов представител за доставка на предлаганата от тях апаратура, както и да бъде оторизиран да извършва сервизното обслужване на територията на Р. България с валидност не по-рано от 31.12.2012 г.

**Въпрос № 4:**

*„В т. 4.2.б, стр. 44 Възложителят изисква гаранционният срок да включва труд, резервни части, консумативи, транспорт на специалистите, профилактика и всички разходи по гаранционното обслужване. Под консумативи следва ли да се разбират гориво-смазочни материали за резервни агрегати, специални масла за вакуум помпите, които периодически следва да се сменят и които зависят от цената на петролните продукти, интензивността на експлоатацията и т. н.”.*

**Отговор на въпрос 4:**

Да, но не се изчерпва само с изброените.

**ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА**  
**ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР**

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./

