



ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)



ОПРР

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. №26-00-491/20.03. 2012 г.

### ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ

**Отговор на поставени въпроси относно:** Обществена поръка с предмет "Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП на МЗ", открита с Решение № РД-17-109/24.01.2012 г., номер на обявленето в АОП: 0080-2012-0019

Във връзка с горецитираната обществена поръчка давам отговор на следните поставени въпроси:

#### Въпрос № 1:

„В обявленето за обществена поръчка, публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз“, в раздел III.2.) Технически възможности е посочено: „...За доказване на техническите си възможности и/или квалификация, участникът трябва да представи: ...2. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на ЗМИ, издадено на името на участника; ...“

Молим да потвърдите, че когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице за доказване на техническите си възможности и/или квалификация, участникът трябва да представи заверено от него копие на удостоверение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла на чл. 79, ал. 3, т. 1 от ЗМИ, издадено на името на участника от Изпълнителната агенция по лекарствата?“

#### Отговор на въпрос 1.

Съгласно чл. 77 от ЗМИ, търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да извършват физически или юридически Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 P0001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”

лица, които са регистрирани като търговци по националното законодателство на държава членка или държава от Европейското икономическо пространство и притежават разрешение за тази дейност, издадено от регуляторен орган на съответната държава.

Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, по смисъла на Закона за медицинските изделия (ЗМИ) представлява:

Удостоверение за търговия на едро с медицински изделия издадено от Изпълнителния директор на ИАЛ на лицата по чл. 78, ал. 3 от ЗМИ или Разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от Изпълнителния директор на ИАЛ на лицата различни от посочените в чл. 78, ал. 3, т. 1 от ЗМИ.

### **Въпрос № 2:**

*„В обявленето за обществена поръчка, публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз”, в раздел III.2.3) Технически възможности е посочено: „...За доказване на техническите си възможности и/или квалификация, участникът трябва да представи: ...8. Нотариално заверено копие на разрешение, издадено от АЯР – за извършване на дейности по чл. 15, ал. 4 от Закона за безопасно използване на ядрена енергия (приложимо за обособени позиции 20, 3, 4, 5 и 8)...”*

*В писмо на МЗ с изх. Номер 26-00-326/05.03.2012 г. в отговор на поставени въпроси от потенциални участници в ОП е уточнено, че „...участниците в процедурата следва да представят лицензия за работа с източници на ионизиращи лъчения, съгласно чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ”.*

*Молим да потвърдите, че с оглед спецификата на предмета на обществената поръчка на обособени позиции 2, 3, 4, 5 и 8, за доказване на техническите си възможности и/или квалификация, участникът трябва да представи нотариално заверено копие на лицензия за работа с източници на ионизиращи лъчения, съгласно чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ, издадена от АЯР на името на оторизирания от производителя сервиз за гаранционно и следгаранционно обслужване на апаратурата, намиращ се на територията на Република България?”*

### **Отговор на въпрос 2.**

С оглед спецификата на предмета на обществената поръчка (приложимо за обособени позиции 2, 3, 4, 5 и 8), следва да имате предвид, че участниците в процедурата следва да представи лицензия за работа с източници на ионизиращи лъчения, съгласно чл. 15, ал. 3, т. 4 от ЗБИЯЕ.

### **Въпрос № 3:**

*„В обявление за обществена поръчка, публикувано в „Официален вестник” на Европейския съюз”, в раздел III.2.3) Технически възможности е посочен: „...Изисквано/и минимално/и ниво/а: Участникът трябва да отговаря на следните изисквания: 6. Участникът да осигури екип от най-малко двама квалифицирани сервизни инженери, по всяка обособена позиция, по която представя предложение, преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура при производителя на предлаганата апаратура...”*

*Молим да потвърдите, че ако участникът представи предложение за повече от една обособена позиция, то посочените квалифицирани сервизни инженери могат да бъдат част от екипите на повече от една обособена позиция, в случай, че са преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура при производителя на предлаганата апаратура по съответната обособена позиция?”*

### **Отговор на въпрос 3.**

Участникът следва да предложи екип от най-малко двама квалифицирани сервизни инженери, по всяка обособена позиция, по която представя предложение,

преминали курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура при производителя на предлаганата апаратура.

#### **Въпрос № 4:**

„Съгласно т. VI „Съдържание на офертата от документацията за участие (стр. 52) „...Участникът следва да представи техническото си предложение на хартиен и магнитен носител...”

Молим да уточните следва ли да разбираме, че техническото предложение (по образец № 13) и попълнената таблица за съответствие с техническите параметри следва да бъдат представени на хартиен и магнитен носител, а изброените документи в Приложения: 2 – 9 (Образец № 13) следва да бъдат представени на хартиен носител?”

#### **Отговор на въпрос 4.**

Участникът следва да представи на хартиен и магнитен носител Техническото предложение – Образец № 13 и таблицата за съответствие с техническите параметри, а приложения 2 – 9 към Техническото предложение – следва да бъдат представени само на хартиен носител.

#### **Въпрос № 5:**

„Съгласно т. VI „Съдържание на офертата” от документацията за участие (стр. 52), участникът следва да представи „17. Проект на договор – Образец № 14. Договорът не може да съдържа цени.”

Молим да уточните следва ли да разбираме, че участникът следва да представи непопълnen проект на договор (образец № 14),paraфинан всяка страница от участника?”

#### **Отговор на въпрос 5.**

Съгласно т.17 от Указания за подготовка на оферта Участникът следва да представи приложения към документацията проект на договор непопълnen и без да съдържа цени, но подписан на всяка страница от участника.

#### **Въпрос № 6:**

*Относно техническите спецификации за изпълнение на поръчката - раздел 4:*

6. Обособена позиция №3: 16 срезов многодетекторен компютърен томограф

На няколко места в спецификацията има сложени звездички (стр.22), без да има обяснение какво е тяхното значение:

а „Минимално време за ротация на 360 градуса - макс 0,6 \*"

б „т. 10 .... софтуер за анализ и оценка на сърдечни образи, \*

виртуална колонография Молим да уточните какво е значението/обяснението на тези звездички?

В т.4 от спецификацията „5 MHU“ се отнася за реалния топлинен капацитет на тръбата или за еквивалентния?

■ В т.5 от спецификацията „мощност на генератора - мин. 50 KW“ се отнася за реалната мощност или за еквивалентната?

#### **Отговор на въпрос 6.**

- Звездичките в края на редовете са техническа грешка и не следва да се имат предвид
- Както е записано в т. 4 от обособена позиция №3 топлинния капацитет анода на тръбата рентгеновата тръба трябва да бъде  $\geq 5\text{MHU}$

- Както е записано в т. 5 от обособена позиция 3 мощността на генератора трябва да мин 50 kW
- Както е записано в т.6 от обособена позиция №3 многопотребителската операционна система следва да с 2 бр LCD/TFT монитора с размер мин 19"
- както е записано в т 15. UPS от обособена позиция №3 следва да бъде за цялата система.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА  
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./

