



ЕФРР – Европейски  
фонд за регионално  
развитие



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

[www.bgregio.eu](http://www.bgregio.eu)

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



## МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № ОПРР-50/193 .....2012 г.

### ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ”ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ

**Относно: постъпило запитване по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП на МЗ", открита с Решение № РД-17-109/24.01.2012 г., номер на обявлението в АОП: 0080-2012-0019.**

Във връзка с постъпило запитване по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за образна диагностика по проекти, част от СРИП на МЗ” и в срока по чл. 29, ал. 2 от ЗОП, даваме следните разяснения:

#### **Въпрос № 1:**

*По обособена позиция №4 „Дигитален скотично-графичен рентгенов апарат” в т. 7 е посочен топлинен капацитет – мин 1,5 МНУ, най-учтиво Ви молим да уточните дали посочения топлинен капацитет се отнася за анода или хаубето (housing)?”*

**Отговор на въпрос 1.** Както е записано в техническата спецификация в т. 7 посочения минимален топлинен капацитет се отнася за цялата рентгенова тръба.

**Въпрос № 2:** *по обособена позиция №5 „Стационарен дигитален графичен рентгенов апарат”, тъй като в спецификация се повтаря два пъти изискването „Конзола за дигитална постобработка на образа”, най-учтиво ви молим да уточните дали е допусната техническа грешка.*

**Отговор на въпрос 2.** Съгласно предвиденото в раздел 4 от техническите спецификации, обособена позиция №5 „Стационарен дигитален графичен рентгенов апарат”, следва да се има в предвид два броя „Конзола за дигитална постобработка на образа”. Допусната е техническа грешка по отношение на мерните еденици, а именно „мин. 65%“ и не по-малък от 19“. Първата мерна еденици следва да отпаднат, а не по малко от 19“ се отнася за LCD монитор, който е долния ред.

*Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”*

**Въпрос № 3:** по обособена позиция №5 „Стационарен дигитален графичен рентгенов апарат”, тъй като в спецификация се повтаря два пъти изискването „Детекторна образна матрица – мин 2048x2048x14 бита” най-учитиво ви молим да уточните дали е допусната техническа грешка; ако не е- моля да уточните какво е предназначението на втората детекторна образна матрица?

**Отговор на въпрос 3.** Съгласно предвиденото в раздел 4 от техническите спецификации, обособена позиция №5 „Стационарен дигитален графичен рентгенов апарат”, следва да се има в предвид два броя „Детекторна образна матрица – мин 2048x2048x14 бита”. Същата се отнася към двата броя „Плоски дигитални детектори“.

**Въпрос № 4:** по обособена позиция № 7 „Дигитална ехографска система” в т. 4 Възможности за изобразяване .... опционално B/TDI (Tissue Doppler Imaging) да разбирате ли, че апаратът следва да има, като опция, Тъканен Доплер?

**Отговор на въпрос 4.** Както е записано в обособена позиция 7, апаратът следва да има опционално B/TDI.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА  
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./