



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregion.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-625/10.4 2012 г.

**ДО УЧАСТНИЦИ В
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА
МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ
ЗА УМБАЛ
„АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД,
ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ”**

Отговор на поставен въпрос относно: *Обществена поръчка с предмет "Доставка на медицинско оборудване за УМБАЛ „Александровска” ЕАД, част от СРИП на МЗ”, открита с Решение № РД-17-111/24.01.2012 г., номер на обявлението в АОП: 00080-2012-0016*

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните въпроси:

Въпрос № 1:

„1. Моля по поясните съдържанието на последното изискване от техническата спецификация на Позиция 1 - Система за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегатост на полето 3 Т., а именно: „Всички други описани за функционирането на апаратурата не описани по-горе". В този смисъл моля да потвърдите кои от изброените допълнителни дейности следва да бъдат оферирани:

- Вътрешен дизайн на Фарадеевата клетка*
- Електроразпределително табло*
- Пълно система за охлаждане на всички компоненти на МР в машинното помещение*
- Охлаждане и вентилация на процедурното и командно помещения - включително въздуховоди*
- Захранващ кабел от главно ел. табло на отделението до машинно на МР*

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации"

За да може да преценираме офертата, ни е необходим достъп до проектната документация за обекта. Моля да посочите място и време, когато това ще бъде възможно.

Моля да потвърдите, че необходимите строителни дейности по адаптация на помещенията не са обект на настоящата процедура.

Отговор на въпрос 1.

Съгласно изискването „Всички други описани за функционирането на апаратурата не описани по-горе“ в раздел „Други“ в техническата спецификация за обособена позиция № 1 „Уредба за магнитно-резонансна образна диагностика с напрегнатост на полето 3Т (3 тесла)“, участникът следва да изброи всички други не описани параметри необходими за нормалното функциониране и работа на апаратурата.

Всеки Участник може да се запознае с работните инвестиционни проекти в срока за подаване на офертите от 13 ч. до 16ч. в сградата на Министерство на здравеопазването на бул.“Ал.Стамболийски“39, стая 3.

Строителни дейности не са предмет на възлаганата обществена поръчка.

Въпрос № 2:

„2.Тъй като не сме получили отговор на наше писмо от 28.02.2012 г. за втори път отправяме запитване по въпросите по-долу:

Позиция №3 - Многофункционален ехограф за ранна онкологична диагностика е гастроентерологията

Под двете подточки в т.4 „Специални ехографски сонди“ фигурират следните изисквания:

-Видеоендоскопска сонда, фиброоптика (5-10) MHz с ъгъл поне 120 градуса, работен канал поне 3,0 мм за ендосонография

-Ректална бипланарна електронна конвексно/линейна сонда (5-10) MHz с ротация 200 градуса

Тези изисквания посочват строго определен производител Hitachi (Aloka) монополист в разработката на ендосонография, и изключват всички останали водещи производители на ултразвукова апаратура.

Молим тези две изисквания да отпаднат, в в противен случай GE Healthcare, както и останалите водещи производители ще бъде изключени от участие в процедурата.

Отговор на въпрос 2.

От горесцитираното писмо не фигурира въпрос относно обособена позиция №3 „Многофункционален ехограф за ранна онкологична диагностика е гастроентерологията“, на който Възложителят, съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП да отговори и даде писмено разяснение.

Съгласно техническата спецификация, зададените стойности не ограничават конкуренцията и не дискриминират водещи производители на съответният вид апарати. В хода на процедурата при наличие на доказани обстоятелства Възложителят може да се възползва от чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП.

Въпрос № 3:

„Позиция № 5 Ултразвукова платформа за ранна онкологична диагностика в неврологията.

На седми и четирнадесет ред е посочено изискване за анатомичен М-режим с възможност за 1-2-3 симултонтни плана в реално време. В индустрията има само един производител, който разполага с изобразяване на анатомичен М-режим в три симултонтни плана в реално време Hitachi (Aloka). Всички останали производители

постигат същия клиничен резултат като използват анатомичен М-режим в произволно избран план.

Молим да приемете еквивалентно решение, при което се постига същия клиничен резултат!"

Отговор на въпрос 3.

Съгласно техническата спецификация, зададените стойности не ограничават конкуренцията и не дискриминират водещи производители на съответният вид апарати. В хода на процедурата при наличие на доказани обстоятелства Възложителят може да се възползва от чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП.

Възложителят ще приеме еквивалентно решение, съгласно нормата на чл.33, ал.1 от ЗОП, когато участникът докаже в своята оферта, че предложеното от него решение отговаря на изискванията, определени в техническата спецификация.

Въпрос № 4:

„Поз. 11 Остеодензитометър при лечение на онкологични заболявания вкл. метастазите се развива генерализирано или локална остеопороза, чието лечение и проследяване изискват оценка на костната плътност

В т. 6 е посочено изискване „Подвижна маса“, което силно ограничава участието на кандидатите. При повечето световни лидери в производство на остеодензитометри, включително GE Healthcare - Lunar, подвижен е детекторът, а не масата.

Моля да приемете еквивалентно техническо решение, при което функциите на апарата се изпълняват при движение на детектора, а не на масата!

Отговор на въпрос 4.

Съгласно техническата спецификация, зададените стойности не ограничават конкуренцията и не дискриминират водещи производители на съответният вид апарати. В хода на процедурата при наличие на доказани обстоятелства Възложителят може да се възползва от чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП.

Възложителят ще приеме еквивалентно решение, съгласно нормата на чл.33, ал.1 от ЗОП, когато участникът докаже в своята оферта, че предложеното от него решение отговаря на изискванията, определени в техническата спецификация.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./

