




ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-398/13-03 2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, ЧАСТ ОТ СРИП НА МЗ”

Отговор на поставени въпроси относно: *Обществена поръчка с предмет "Доставка на медицинско оборудване за УМБАЛ „Александровска” ЕАД, част от СРИП на МЗ”, открита с Решение № РД-17-111/24.01.2012 г., номер на обявлението в АОП: 00080-2012-0016*

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните отговори:

Въпрос № 1:

„В раздел Икономическите и финансови възможности е поставено изискването участника да има оборот от доставки, сходни с предмета на обособената позиция в определени размери за отделните обособени позиции. В приложение Б от обявлението, всички обособени позиции са обявени под СVP код 33100000 – медицинско оборудване.

От изложеното до тук, моля да потвърдите, че посочените обороти за всяка обособена позиция, следва да са от доставки на медицинско оборудване, съгласно СVP кодовете в приложение Б на обявлението?”

Отговор на въпрос 1.

Съгласно раздел III.2.2) Икономически и финансови възможности, дясна колона, т. 1 и т. 1.1. от раздел IV на Указания за подготовка на оферта и условия за участие в открита процедура, участникът трябва да има оборот от доставки, сходни с предмета на обособената позиция от възлаганата обществена поръчка. Под „доставка”, сходна с предмета на обособената позиция от възлаганата поръчка” се разбира договорите за доставка на медицински изделия, с които може да бъдат *Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”*

постигнати същите резултати, както с медицинското изделие, предмет на съответната обособена позиция от поръчката, за която участникът представя предложение.

Въпрос № 2:

„В раздел Икономическите и финансови възможности давате пояснението „с които могат да бъдат постигнати същите резултати”. Конкретно, относно обособена позиция 14 – Мамографска система – по своята същност е рентгенов графичен апарат.

За доказване на оборота си по тази позиция, следва ли участникът да включи и оборотите си от доставки на рентгенови графични апарати?”

Отговор на въпрос 2:

В обособена позиция №14 „Доставка на мобилен сет за горна и долна ендоскопия” не фигурира мамографска система .

По отношение на обособена позиция № 13: „Доставка на дигитална мамографска система за диагностика и скрининг”, където фигурира мамографска система, възложителят ще приеме оборота за доставки за сходни доставките на рентгенов графичен апарат, ако с него могат да бъдат постигнати същите резултати, както с мамографска система, заложена в обособена позиция №13 от документацията

Въпрос № 3:

„Обособена позиция 24 – Подвижно С-рамо и ендурологична маса, това са два абсолютно различни медицински апарати, работещи независимо един от друг, поради което няма медико-технологична или практическа причина, която да налага закупуването им едновременно в една обособена позиция. Обособяването на С-рамото и масата в една позиция е силно ограничаващо конкуренцията условие, защото няма, в световен мащаб, дори и една фирма производител и на двата апарата, тъй като С-рамото е рентгенов апарат за образна диагностика, а масата е вид оборудване за операционна зала. CPV кодовете на двата продукта са различни, за С-работо е 33 111 800 – 9, а за ендурологичната (операционна) маса е 33 192 230 – 3.

В предвид на гореизложеното, Възложителят допуска ли оферирането на двата апарата по отделно, или потвърждава дискриминиращото условие за комплексното офериране на двата апарата в една обособена позиция?”

Отговор на въпрос 3:

Възложителя няма поставено изискване двата вида медицинско оборудване – С-рамо и ендурологична (операционна) маса да бъдат произведени от един производител.

Двата продукта са включени в една обособена позиция. В т. 3 от Раздел III „Общи изисквания към офертите на участниците” от Указания за подготовка на оферта и условия за участие в открита процедура, възложителят е поставил следното изискване: **„Всеки участник може да представя оферта за една или повече обособени позиции. В този случай, всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на предмета на обособената позиция ще бъде отстранявана”**.

Въпрос № 4:

„Относно обособена позиция № 10 – „Многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и хирургия”. Поставеното изискване № 1,2 е за “touch screen” управление. Моля да потвърдите дали е правилно тълкуването ни на “touch screen” управление – посредством ръчни движения, допир, да се променят параметрите на екрана.

Отговор на въпрос 4:

Съгласно т.І. техническата спецификация на обособена позиция №10 „Доставка на многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и хирургия”, апаратурата следва да има управление с „touch screen” за всички функции. Под което управление с “touch screen” се разбира управление с ръчно движение - посредством допир се променят режимът, параметри, настройки и функции на апаратурата.

Въпрос № 5:

„Във връзка с горното изискване – Възложителят допуска ли друго техническо решение, водещо до същия резултат, съгласно чл. 33 от ЗОП?”

Отговор на въпрос 5:

Необходимо е участникът със своята оферта да докаже, че предложеното от него решение отговаря на изискванията, определени в техническата спецификация и дадени в отговор към въпрос № 4, съгласно чл.33 от ЗОП.

Въпрос № 6:

„Относно обособена позиция № 10 – Поставеното изискване № .10. с наличие на режим „демо” за демонстрации. Предвижда ли Възложителя апаратура финансирана със средства на Европейския съюз да бъде използвана не по предназначение, а за демонстрационни цели? Моля, изискването да отпадне.”

Отговор на въпрос 6:

Предлаганата апаратура по обособена позиция №10 „Доставка на многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и хирургия”, следва да притежава в съответствие на изискване №I.10 от техническата спецификация „Наличие на режим „демо” за демонстрации. Режимът „демо,, ще се използва само за учебни цели.

Въпрос № 7:

„Относно обособена позиция № 10 – Поставено изискване № 1.12. е за наличие на определени комуникационни портове за настройка и диагностика. В предвид условията на поръчката за гаранционния срок и следгаранционното пълно сервизно обслужване, което обвързва доставчика, и само той, да извършва настройки и диагностика, моля да премахнете изискванията за наличието на конкретни видове и количество комуникационни портове. Всеки производител самостоятелно определя през колко и какви комуникационни порта ще се извършва сервизното обслужване и диагностика на апаратите му. Поставеното изискване за наличие на конкретни видове комуникационни портове е ограничаващо конкуренцията условие”

Отговор на въпрос 7:

Поставеното изискване не ограничава конкуренцията, тъй като всеки участник може да участва като обединение или консорциум, като ползва услугите на подизпълнител и/или ресурсите на други физически или юридически лица, при условията на чл. 51а от ЗОП, за изпълнение предмета на поръчката.

Съгласно т.№I.12 от техническата спецификация на обособена позиция №10 "Многофункционална електрохирургична платформа за онкологична диагностика и хирургия", апаратурата следва да притежава „Портове за комуникация - USB, Ethernet, RS-232, настройка и диагностика.“

Въпрос № 8:

„Относно обособена позиция № 10 – Поставено изискване № 1.14. Моля да дефинирате понятието „пиктограми” и да обясните как те подпомагат потребителя в контекста на предмета на обособената позиция”

Отговор на въпрос 8:

Пиктограмите са изображения, които заместват текст.

Въпрос № 9:

„Относно обособена позиция № 10 – Изисквания № VI.6; VI.7; VI.8; определят конкретни рамери на описаните аксесоари. Различните производители изработват аксесоарите си с различни размери. Моля да приемете предложения с размери отклоняващи се в допуск +/- 10 %от посочените в спецификацията”

Отговор на въпрос 9:

Участниците следва да предложат апаратура отговаряща на минималните изисквания заложиени в техническите спецификации.

Въпрос № 10:

„Относно обособена позиция № 10 – Изисквания № VI.13; VI.14; цитират EDGE електрод, което е регистрина търговска марка за електродитет на производителя Valleylab/COVIDIEN, за доказателство:

[http://www.valleylab.com/product/es/accessories/edge over.html](http://www.valleylab.com/product/es/accessories/edge%20over.html)

Моля изисквания VI.13; VI.14 да отпадат от спецификацията, тъй като са в разрез с чл. 32, ал. 2 от ЗОП”

Отговор на въпрос 10:

Със „Забележка” в Техническата спецификация възложителят е направил следното уточнение: „Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-
31/22.06.2011 г./

