



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 152
факс: (+359 2) 981 1833

mail@mh.government.bg
www.mh.government.bg

Рег. № 26-03-36 / 17.06.2015 г.

**ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

Относно: Искане за разяснение на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП по открита обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване за лечебните заведения, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“

Въпрос № 1. Относно Глава II Техническа спецификация, Обособена позиция 1, Номенклатурна единица № 2 – Лапароскопска система за хирургическо отделение; Обособена позиция 2 – Ендоскопска система за урологично приложение и Обособена позиция 4 Лапароскопска апаратура за гинекологично приложение, във връзка с възможностите на Мултифункционалния електрохирургичен генератор: „Да разполага с възможност за работа с аргон-плазмена система и система за отвеждане на дима от същия производител“, въпросът ни е дали аргон-плазмената система и системата за отвеждане на дима трябва да се оферират и доставят заедно с електрохирургичния генератор?

Отговор на въпрос 1. Електрохирургичният генератор, следва да има възможност за работа с аргон-плазмената система и системата за отвеждане на дима, което обстоятелство, следва да се гарантира от участниците на етап подаване на оферти в процедурата, а не е предмет на офертиране и доставка в настоящата процедура.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

