



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

пл. "Св. Неделя № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 461  
факс: (+359 2) 9301 451

mail@mh.government.bg  
www.mh.government.bg

**РЕШЕНИЕ**  
№ РД-11-293/29.06.2015 г.

На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № РД-11-162/16.03.2015 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицинско оборудване и апаратура, по проекти част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013 г.“, и след като приех Протоколи № 1 и 2 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-11-240/15.05.2015 г. (допълнена със Заповед № РД-11-274/15.06.2015 г.) на възложителя, в които протоколи е предложено класиране на участниците в процедурата и са изложени мотиви за отстраняване на посочените в решението участници,

**РЕШИХ:**

**I. ОБЯВЯВАМ** класирането на участниците по обособени позиции в процедурата, както следва:

**По Обособена позиция № 1** „Доставка на апаратура за централна стерилизация”, включваща 4 /четири/ номенклатурни единици

Класиране	ИМЕ НА УЧАСТНИКА	Общо точки
Номенклатурна единица №1: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна		
1-во място	„ТЕХНОМЕДИКЪЛ“ ЕООД	100.00
Номенклатурна единица №2: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен		
1-во място	„ТЕХНОМЕДИКЪЛ“ ЕООД	100.00
Номенклатурна единица №3: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на СБАЛ по Онкология ЕАД		
1-во място	„ТЕХНОМЕДИКЪЛ“ ЕООД	100.00
Номенклатурна единица №4: „Доставка на апаратура за централна стерилизация” за нуждите на УМБАЛ Александровска ЕАД, София		
1-во място	„ТЕХНОМЕДИКЪЛ“ ЕООД	100.00

**По Обособена позиция № 2** „Доставка на уредба за интраоперативно лъчелечение/система за интраоперативно kV лечение”

Класиране	ИМЕ НА УЧАСТНИКА	Общо точки
1-во място	„МОЛЕКЮЛАР СОЛУШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	100.00

**По Обособена позиция № 3** „Доставка на интегрирана операционна система”

Класиране	ИМЕ НА УЧАСТНИКА	Общо точки
1-во място	„ГЛОБЪЛ МЕД“ ЕООД	100.00

**По Обособена позиция № 4 „Доставка на ядрено магнитен резонанс - 3 Тесла”**

Класиране	ИМЕ НА УЧАСТНИКА	Общо точки
1-во място	„МОЛЕКЮЛАР СОЛУШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД	100.00

**По Обособена позиция № 5 „Доставка на анестезиологични апарати”**

Класиране	ИМЕ НА УЧАСТНИКА	Общо точки
1-во място	„ГЛОБЪЛ МЕД“ ЕООД	100.00

**II. На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отстранявам участникът „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ЕООД за обособени позиции № 3 и 5, тъй като офертата му не отговаря на предварително обявените от възложителя условия по тези обособени позиции.**

Мотиви:

2.1. По обособена позиция №3

С Протокол № 1 от 11.06.2015 г., Комисията е изисквала от участника да представи следните документи:

2.1.1. Гаранция за участие под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, съгласно изискванията на възложителя.

2.1.2. Конкретна информация относно притежаваните от сервизни инженери сертификати за преминал курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата апаратура с посочване на конкретната апаратура и/или част от нея, конкретен производител;

2.1.3. Нови автобиографии на инж. Петър Димитров и инж. Емилиян Иванов със саморъчно поставен подпис и посочена дата;

2.1.4. Информация за минимум още 1 (един) сервизен инженер, придружена с автобиография и информация за сертификати/удостоверения за преминал курс на обучение за сервиз/поддръжка на предлаганата медицинска апаратура.

2.1.5. ЕС сертификати за оценка на съответствието, издадени от нотифицирани органи за медицинските изделия, производство на Макет САС и ЕнДиЕс сърджикал имиджинг ЛЛС.

Участникът е получил Протокол №1, съдържащ констатираните нередовности и липсващи документи на 11.06.2015 г. Срокът за представяне е изтекъл на 18.06.2015 г.

В указаният от Комисията срок, участникът **не е представил** изискуемите документи.

Мотиви:

2.2. По обособена позиция №5

С Протокол № 1 от 11.06.2015 г., Комисията е изисквала от участника да представи следните документи:

2.2.1. Гаранция за участие под формата на оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, съгласно изискванията на възложителя.

2.2.2. Конкретна информация относно притежаваните от сервизни инженери сертификати за преминал курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата апаратура с посочване на конкретната апаратура и/или част от нея, конкретен производител;

2.2.3. Нови автобиографии на инж. Петър Димитров и инж. Емилиян Иванов със саморъчно поставен подпис и посочена дата;

2.2.4. Информация за минимум още 1 (един) сервизен инженер, придружена с автобиография и информация за сертификати/удостоверения за преминал курс на обучение за сервиз/поддръжка на предлаганата медицинска апаратура.

Участникът е получил Протокол №1, съдържащ констатираните нередовности и липсващи документи на 11.06.2015 г. Срокът за представяне е изтекъл на 18.06.2015 г.

В указания от Комисията срок, участникът **не е представил** изискуемите документи.

**III.** На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отстранявам участникът **„ДАРИС-МС“ ЕООД** по обособена позиция №2, тъй като офертата му по тази обособена позиция не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

Мотиви:

3.1. Техническото предложение на участника **„ДАРИС-МС“ ЕООД** по обособена позиция №2, не съответства на изискванията на възложителя.

- Относно изискване на възложителя: т. 4. „Тегло на апарата и всички спомагателни системи към него - не повече от 250 кг.“. От приложената техническа документация е видно, че теглото на апарата и всички спомагателни системи към него са над 250 кг. Тегло на ненатоварена количка 105 кг. и апарат 275 кг., което не изпълнява изискванията на възложителя;

- Относно изискване на възложителя: т. 6.2. „Енергия на облъчване да бъде не по-малка от 45kV при минимум 200µA мощност“. От приложената техническа документация е видно, че при енергия на облъчване на уредбата от 40kV до 50kV, мощността достига до 40µA, а не до изискваните 200 µA, което не изпълнява изискванията на възложителя;

- Относно изискване на възложителя: т. 7.1. „Уредбата да използва стерилни сферични апликатори за еднократна употреба при реализиране на еднократна фракция с висока доза на облъчване“. От приложената техническа документация е видно, че уредбата използва стерилни сферични апликатори за многократна употреба (до 1000 пъти), изискващи стерилизация преди реализиране на последваща еднократна фракция с висока доза на облъчване, което не изпълнява изискванията на възложителя;

- Относно изискване на възложителя: т. 7.2. „Уредбата да позволява интраоперативно облъчване на гърда чрез различни по размер стерилни сферични апликатори за еднократна употреба с диаметър минимум от 4,0 см до 6,0 см“. От приложената техническа документация е видно, че уредбата не разполага с нужните разновидности на размерите от сферични апликатори, нито те са такива за еднократна употреба. В документацията е описан комплект от 8 стерилни сферични апликатори с размери до 5 см., и не разполага според изискванията на спецификацията със сферичен апликатор с диаметър 6,0 см. Единственият апликатор с размер 6 см. е плосък, което не изпълнява изискванията на възложителя;

**IV.** На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отстранявам участникът **„ЕС енд ТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** по обособена позиция №4, тъй като офертата му по тази обособена позиция не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

Мотиви:

4.1. Техническото предложение на участника **„ЕС енд ТИ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД** по обособена позиция №4, не съответства на изискванията на възложителя.

- Относно изискване на възложителя: т. 18. „Максимално зрително поле FOV mm - 450-530“. От приложената техническа документация е видно, че максималното зрително поле FOV mm е 550 мм., което не съответства на изискванията на възложителя.

**V.** На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отстранявам участникът **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД**, по обособена позиция №5, тъй като офертата му по тази обособена позиция не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

Мотиви:

5.1. Техническото предложение на участника **„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД**, по обособена позиция №5, не съответства на изискванията на възложителя.

- Относно изискване на възложителя: т. 8.5. Инспираторно налягане: минимум 0 - 70 cmH<sub>2</sub>O , предложението е от 5 до 60 cmH<sub>2</sub>O, което не изпълнява изискванията на възложителя;

- Относно изискване на възложителя: т. 8.7. I:E (VC, PC) - 1:10 - 4:1, предложението е I:E (VC, PC) - 1:8 - 2:1, което не изпълнява изискванията на възложителя;

- Относно изискване на възложителя: т. 8.8. PEER - минимум 0 - 40 cmH<sub>2</sub>O, предложението е PEER - минимум 0 - 30 cmH<sub>2</sub>O, което не изпълнява изискванията на възложителя;

- Относно изискване на възложителя: т. 9.3. Възможност за изобразяване на 6 вълнообразни криви и две примки (loops) едновременно, предложението е Възможност за изобразяване на 3 вълнообразни криви и 3 примки (loops) едновременно, което не изпълнява изискванията на възложителя;

- Относно изискване на възложителя: т. 10.2. Капацитет на анестетика - 300 ml, предложението е Капацитет на анестетика - 240 ml Desfluran, 220 ml Sevofluran, което не изпълнява изискванията на възложителя.

**VI.** На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отстранявам участникът „МЕДИМАГ-МС“ ООД, по обособена позиция №3, тъй като офертата му по тази обособена позиция не отговаря на предварително обявените от възложителя условия.

Мотиви:

6.1. Техническото предложение на участника „МЕДИМАГ-МС“ ООД, по обособена позиция №3, не съответства на изискванията на възложителя.

- Относно изискване на възложителя: т. II. МОБИЛНА ОПЕРАЦИОННА МАСА - система включваща колона, подвижен, сменяем плот и транспортер, 1. КОЛОНА НА ОПЕРАЦИОННА МАСА, т. Максимална товароносимост - 380 кг., предложението е Максимална товароносимост - 360 кг., което не изпълнява изискванията на възложителя;

- Относно изискване на възложителя: т. III. ОПЕРАЦИОННАТА ЛАМПА - ТАВАНЕН ТИП С ДВЕ ТЕЛА, т. Продължителност на живот на светодиодите -  $\geq$  60 000 ч. за всяко от телата, предложението е Продължителност на живот на светодиодите -  $\geq$  40 000 ч. за всяко от телата, което не изпълнява изискванията на възложителя.

**VII. ОПРЕДЕЛЯМ** за изпълнители на обществената поръчка, класираните на първо място участници по съответните обособени позиции.

**VIII.** Настоящото решение да бъде публикувано в профила на купувача, заедно с протокола от работата на комисията в деня на изпращането му на участниците. Участниците да бъдат уведомени писмено за настоящото решение в тридневен срок от издаването му.

**IX.** Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

**X.** Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок, считано от датата на съобщаването му на страните, пред Комисията за защита на конкуренцията.

**Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ**  
**МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

