



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000

тел.: (+359 2) 9301 152

факс: (+359 2) 981 1833

www.mh.government.bg

Рег. № 26-03-51/22.02..... 2015 г.

**ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на ангиографски апарати за лечебните заведения, включени в Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП), финасирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.“

Критериите за оценка на предложенията (**ГЛАВА III, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА**) съдържат компонентите **П2 „Функционални характеристики“** и **П3 „Технически предимства“**. От своя страна П2 „Функционални характеристики“ включват 7 точки от П2.1. до П2.7., а П3 „Технически предимства“ включват 7 критерия – от П3.1. до П3.7.

В ГЛАВА II - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ се съдържа информация единствено относно критериите:

- **П3.1.** Максимален топлинен капацитет на тръбата МНУ
- **П3.3.** Надлъжен ход на плота на масата

За всички останали критерии: от П2.1. до П2.7., П3.2. и от П3.4 до П3.7. такава информация в техническата информация не се изисква, нито има налична бланка за попълване и подаване на стойностите на оценяваните параметри.

Въпрос 1:

В тази връзка би ли могъл Възложителят да уточни дали данните за цитираните критерии за оценка от П2.1 до П2.7, П3.2 и от П3.4 до П3.7 следва да се подадат в свободна форма във вид на декларация, включена в състава на Плик 2 или е необходима друг тип форма?

Отговор на въпрос 1:

Данните за цитираните критерии за оценка от П2.1 до П2.7, П3.2 и от П3.4 до П3.7, следва да бъдат посочени от участниците в „Таблица за съответствие с техническите параметри“, неразделна част от „Техническо предложение“ за участие в открита процедура за възлагане на обществената поръчка. Същите следва да бъдат посочени и в Ръководството за употреба на производителя и/или в друг удостоверителен документ, издаден от производителя, от който да са видни техническите параметри, характеризиращи апаратурата, предлагана от участника /поставени в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“/.

Въпрос 2

Моля да потвърдите, че при оценка на Критерия „**П3.1.** Максимален топлинен капацитет на тръбата МНУ“ ще се взема предвид топлинния капацитет на анода на тръбата по т. 4.2 от **ГЛАВА II - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.**

Отговор на въпрос 2:

При оценка на Критерия „ПЗ.1. Максимален топлинен капацитет на тръбата МНУ“ ще се взема предвид топлинния капацитет на анода на тръбата по т. 4.2 от **ГЛАВА II - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.**

Въпрос 3

Моля да потвърдите, че при оценка на Критерия „ПЗ.2 Детектор с максимално DQE (%)“ максималната стойност, която се взема е тази, валидна за всички режими на работа, а не само за един от режимите на ангиографа.

Отговор на въпрос 3:

При оценка на Критерия „ПЗ.2 Детектор с максимално DQE (%)“ максималната стойност, ще се взема предвид тази, която е валидна за всички режими на работа, а не само за един от режимите на ангиографа.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

