



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 203  
факс: (+359 2) 9301 451

[mail@mh.government.bg](mailto:mail@mh.government.bg)  
[www.mh.government.bg](http://www.mh.government.bg)

Изх. № 26.03-50 / 28.02 2015 год.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП по открита обществена поръчка с предмет: *„Доставка на медицински изделия, лични предпазни средства и консумативи за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура, предоставям следните отговори на зададените въпроси:

**Въпрос № 1:** В техническата спецификация към документацията за позиция № 7 **Тестове за определяне на ДНК при гонококови и хламидийни полово предавани болести**, не са посочени методиката, по която ще се работи теста и апарата, на който ще се извършва изследването. Моля Ви да бъдат дадени допълнителни разяснения в тази насока и дали апаратурата за провеждане на теста е налична или трябва да се доставя от участниците.

**Отговор на въпрос № 1:** Методиката за позиция № 7: „Тестове за определяне на ДНК при гонококови и хламидийни полово предавани инфекции“ е „Real Time PCR“. Апаратът, на който ще се провеждат изследванията е ROCHE U80II, като същият е наличен и не е необходимо да бъде доставян. Изискване на Възложителя е участникът да осигури при необходимост програмирането на наличния апарат за изработването и синхронизирането на доставените от него тестове. В случай, че предлаганите тестове не са съвместими с наличния апарат, участникът следва да предостави безвъзмездно свой такъв за срока на действие на договора.

**Въпрос № 2:** Също за позиция № 2 **Тест за Сифилис ТРНА** е посочено изискване само за опаковката да не е повече от 200 теста. Липсват данни за метода на изследване „ЕЛАЙЗА“ или друг, вида на теста касета или ленти, а така също изисквания за чувствителност и специфичност. Моля Ви за допълнителни разяснения на горното и ако теста се извършва на апарат дали той е наличен, марката и модела на същия.

**Отговор на въпрос № 2** Принципът на метода ТПХА е пасивна хемаглутинация, при който не се използва апаратура. Изискване на възложителя е предлаганите изделия да бъдат последно поколение по отношение на показателите за чувствителност, специфичност, надеждност и възпроизводимост към датата на направеното предложение.

**Въпрос № 3:** Моля за уточнение на несъответствие в обявлението и документацията по посочената процедура:

За позиция № 29 в обявлението е посочено количество до 35 000 грама.

В документацията за същата позиция е посочено количество за „брой“ 35 000.

Очевидно се касае за техническа грешка, но моля да потвърдите, че количеството, което договаря Министерство на здравеопазването, както и предложената цена е за опаковка по 20 г.

**Отговор на въпрос № 3** Количеството, което договаря Министерството на здравеопазването по обособена позиция № 29 „Лубрикант - вагинален овлажнител в опаковка за многократна употреба, минимум 20 гр.“ е 35 000 броя.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ  
министър на здравеопазването

