



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. „Св. Неделя“ № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 152  
факс: (+359 2) 981 1833

[www.mh.government.bg](http://www.mh.government.bg)

Рег. №. 26-03-52 / 31-09 / ..... 2015 г.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** Разяснения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на допълнително медицинско оборудване и гаранционно обслужване за УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, част от СРИП на МЗ”

**Въпрос 1:**

В Техническата спецификация по Обособена позиция № 2, т. 1 зададеният параметър е свързан с моторизирана ротация около хоризонталната ос ( $\pm 30^\circ$ ). Тъй като хоризонталните оси са две, молим да бъде уточнено - кое движение се има предвид: ротация на рамото около пивота (около надлъжната ос) или орбиталното движение (около напречната ос)?

**Отговор на въпрос 1:**

Да се има предвид ротация около напречната (орбиталната) ос.

**Въпрос 2**

По точка 5 от спецификацията за показателя усилвател на образа сте посочили като оценяващи се параметри - трирежимен 21,5/16/12 см. (9/7/6 инча) или по-добър. Молим, да уточните ако оферираме параметри 9/6/4 инча, те за по-добри ли се биха приели?

**Отговор на въпрос 2:**

Участникът следва да предложи изисканите в спецификацията режими (9/7/6 инча) или по-добър. За по-добър би се считало наличие и на допълнителни режими.

**Въпрос 3**

Във връзка с показателите за комплексната оценка на предложенията по Обособена позиция 2 - ... „Офертата, която предлага функции за обработка на образа на рентгеновата тръба получава 40 точки“....

Рентгеновата тръба е източник на лъчение, а образа се формира върху ЕОП. Молим да уточните - обработка на образа от тръбата или ЕОП?

**Отговор на въпрос 3:**

Офертата следва да предлага функции за обработка на окончателния образ.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ  
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

