



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 203  
факс: (+359 2) 9301 451

[mail@mh.govtment.bg](mailto:mail@mh.govtment.bg)  
[www.mh.govtment.bg](http://www.mh.govtment.bg)

Изх. № 26-03-СО/...23.09... 2015 год.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП по открита обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура, предоставям следните отговори на зададените въпроси:

**Въпрос:** В Глава II, Техническа спецификация, Общи изисквания е посочено, “ЕЛАЙЗА ридера да бъде доставен с калибрационна плака”. Калибрационната плака е инструмент, който се използва за сверяване на работните резултати след основен ремонт и служи на сервизния инженер да настрои апаратата, съответно зададените изисквания. Това е скъп инструмент, с който може да борави единствено оторизиран и обучен персонал и може да се използва за всички инструменти от един модел/вид. В тази връзка бихме искали да разясняте следното:

Правилно ли е нашето разбиране, че калибрационна плака следва да се включи във всеки комплект от ЕЛАЙЗА ридер и миячно устройство или е допустимо да се осигури една калибрационна плака за нуждите на евентуален ремонт, проведен от оторизиран сервизен инженер?

**Отговор на въпрос:** Изискването на възложителя е всеки Elisa ридер да бъде оборудван с калибрационна плака.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ  
министр на здравеопазването

