



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000  
тел.: (+359 2) 9301 203  
факс: (+359 2) 9301 451

[mail@mh.gov.bg](mailto:mail@mh.gov.bg)  
[www.mh.gov.bg](http://www.mh.gov.bg)

Изх. № 26-03-61 / 30.09.2015 год.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП по открита обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура, предоставям следните отговори на зададените въпроси:

**Въпрос №1:** Във връзка с изискването за представяне на банкова гаранция за авансово плащане при сключване на договора за изпълнение и посочения срок на нейната валидност „60 календарни дни след датата на изпълнение на договора” бихте ли уточнили кой срок се счита за изпълнение – срокът за доставка и инсталация на апаратите и обучение на персонала /максимум 3 месеца от сключаване на договора/ или предложението от участника гаранционен срок /минимум от 12 месеца/? В същото време в документацията за участие е написано, че банковата гаранция за авансово плащане се освобождава след извършената доставка на апаратурата и представените изискуеми документи.

**Отговор на въпрос №1:** Банковата гаранция за **авансово плащане** трябва да бъде издадена със срок на валидност минимум 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане на срока за доставка, монтаж, инсталация, пускане в експлоатация и обучение за работа с медицинското оборудване.

**Въпрос №2:** Необходимо ли е изискваните документи IQ/PQ документация за изпитване и ръководство за експлоатация на оборудването да бъдат представени в офертата или се представят при доставката на апаратът? Необходимо ли е IQ/PQ документацията да бъде преведена на български език ?

**Отговор на въпрос №2:** IQ/PQ документацията за изпитване и ръководството за експлоатация на оборудването се представят при доставка на медицинското оборудване, преведени на български език.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ  
министър на здравеопазването

