

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

---

**РЕШЕНИЕ**

№ *РД-М-448/12-10*....2015 г.

На основание чл. 73, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение № РД-11-315/16.07.2015 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Доставка на допълнително медицинско оборудване и гаранционно обслужване за УМБАЛ „Александровска” ЕАД, част от СРИП на МЗ“, и след като приех Протоколи № 1 и № 2 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-11-367/27.08.2015 г., в които протоколи е предложено класиране на участниците в процедурата по отделните обособени позиции и са изложени подробни мотиви за отстраняването на посочените по-долу участници,

**РЕШИХ:**

**I.** Обявявам класирането на участниците, както следва:

По обособена позиция № 1:

**Първо място** – „Тримед“ ООД с **К<sub>о</sub> = 100 т.**

По обособена позиция № 2:

**Първо място** – „Лидекс-2000“ ООД с **К<sub>о</sub> = 100 т.;**

**Второ място** – „Илан Медицинска Апаратура“ ООД с **К<sub>о</sub> = 97.73 т.;**

**Трето място** – „Диагонал“ ООД с **К<sub>о</sub> = 95 т.;**

**Четвърто място** - „Медимаг“ ООД с **К<sub>о</sub> = 94.01 т.**

По обособена позиция № 3:

**Първо място** – „Тримед“ ООД с **К<sub>о</sub> = 100 т.**

**II. 1.** На основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата по обособена позиция № 1 участника „Лайтсистемс“ ЕООД, със следните мотиви:

Съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие в процедурата, мултифункционалният лазер за диагностика и лечение на туморни заболявания на простатната жлеза, пикочния мехур, уретерите и бъбрека, следва да има система за защита на лазерния светловод, която да намалява износването на върха на лазерната сонда при вапоризация на простатата.

Предлаганият от участника апарат не притежава система за защита на лазерния светловод, която намалява износването на върха на лазерната сонда при вапоризация на простатата.

**II.2.** На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата по обособена позиция № 2 участника „Тримед“ ООД, със следните мотиви:

В допълнително представените документи участникът не е представил изисканите от комисията с Протокол № 1:

Информация за наличието на сертификати/удостоверения за преминал курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, издадени от производителя на предлаганата апаратура;

Информация за притежаването на удостоверения за правоспособност за работа в среда с ИЙЛ в срок на валидност.

**III. ОПРЕДЕЛЯМ** за изпълнители на обществената поръчка, класираните на първо място участници по съответните обособени позиции.

**IV.** На основание чл. 73, ал. 3 от ЗОП всички участниците да бъдат уведомени за настоящото решение в тридневен срок от издаването му.

**V.** Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 (десет) дневен срок, считано от датата на съобщаването, пред Комисията за защита на конкуренцията.

**Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ**  
**МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

