

**ПРИЕМАМ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:
Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

Дата: 18.11. 2015 г.



ПРОТОКОЛ № 2

за разглеждане, оценка и класиране на офертите в обществена поръчка с предмет: **„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“**, констатациите на комисията за наличието и редовността на представените документи в Плик № 1, включително и допълнително представените документи, изискани с Протокол №1, документите в Плик № 2, както и отваряне на Плик № 3 с ценовите оферти на участниците, оценяване и класиране на офертите.

На проведено закрито заседание на 04.11.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № РД-11-475/20.10.2015 г. на възложителя, взеха участие следните лица:

I. Състав на комисията:

Председател: Антон Господинов, началник отдел „ОП“ в дирекция „НРОПЗ“;

Членове:

1. Константинос Янис, ст. асистент доставки към ПФГФ, експерт с професионална компетентност;
2. д-р Вяра Георгиева - главен експерт, отдел „СДП“ към дирекция „МДПП“, експерт с професионална компетентност;
3. Иво Янчев, главен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;
4. Ваня Миткова, главен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“.

Комисията разглежда, допълнително представените документите изискани с протокол № 1.

Комисията направи следните констатации по допълнително представените документи:

1. Участникът **„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД** с вх. № 26-01-245/02.11.2015 г. в срок е представил допълнително изисканите документи, а именно:

- декларация, с приложено извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат /Наредбата/, от което извлечение е видна продажната цена по смисъла на § 1, т. 29а от ЗМИ, във връзка с § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Наредбата.

- копие на официален документ, издаден от Изпълнителната агенция по лекарствата от който е видно, че за конкретното медицинско изделие за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партии от същото медицинско изделие през последните две години.

- заверено копие на оторизационно писмо за извършване на гаранционен сервиз, издадено от фирмата производител.

Комисията допуска участника **„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД** до по нататъшно участие в процедурата.

Участникът **“ДАНС ФАРМА” ЕООД** с вх. № 26-01-246/03.11.2015 г. в срок е представил допълнително изисканите документи, а именно:

- копие на официален документ, издаден от Изпълнителната агенция по лекарствата от който е видно, че за конкретното медицинско изделие за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години.

Комисията допуска участника **“ДАНС ФАРМА” ЕООД** до по нататъшно участие в процедурата.

3. Участникът **“ЕЛТА 90М” ООД** не е представил допълнително изисканите с Протокол №1 документи, а именно:

- Участникът не е представил копие на официален документ, издаден от Изпълнителната агенция по лекарствата от който да е видно, че за конкретното медицинско изделие за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди от същото медицинско изделие през последните две години.

- Участникът не е представил заверено копие на валиден сертификат БДС EN ISO 13485:2003 или еквивалентен сертификат, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват производство на предмета на обществената поръчка, издаден на името на производителя Avans Biotechnology Corp.

- Участникът не е представил следните декларации подписани от управителя Теодор Замфиров или от упълномощеното лице, като във втория случай в декларациите да е посочено, че същите се подписват от упълномощеното лице: декларация, с приложено извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат; декларация, че предлаганите медицински изделия притежават CE-mark; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора; декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Предвид изложеното по-горе, на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване **“ЕЛТА 90М” ООД** от по нататъшно участие в процедурата.

След приключване на работа по допълнително предоставените документи, изискани с Протокол №1, комисията пристъпи към разглеждане на документите представени в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” на допуснатите участници и констатира следното:

Комисията провери техническото предложение на участника **„ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД** и констатира, че направеното предложение за изпълнение на поръчката не е в съответствие с изискванията на възложителя, а именно:

- В техническото предложение на участника по отношение на ELISA reader е предложена оптичната система с 9-канално оптично влакно. Този параметър не се потвърждава от представения от участника официален каталог на производителя, в който е посочено, че оптичната система на ELISA reader е 8-канална. Така предложението на участника не отговаря на изискването на възложителя: оптичната система ELISA reader да е с 9-канално оптично влакно, включващо и един референтен канал.

- В техническото предложение на участника по отношение на ELISA reader е предложен диапазон: от 400-900 nm, което обстоятелство не се потвърждава от приложения официален каталог на производителя на продукта. Така предложението на участника не отговаря на изискването на възложителя диапазон: от 400-900 nm.

- В техническото предложение на участника по отношение на ELISA reader, за предложени инкубатор за 96 ямкови микро плаки липсва функция за разклащане с възможност за избор на мин. 3 скорости в диапазона от 8 Hz до 14 Hz. Така предложението на участника не отговаря на изискването на възложителя за вграден или външен инкубатор за 96 ямкови микротитърни плаки и функция за разклащане с възможност за избор на мин. 3 скорости в диапазона от 8 Hz до 14 Hz.

- В техническото предложение на участника по отношение на измиващото устройство (уошер), време на накисване от 0 до 3600 сек. не се потвърждава от приложения оригинален каталог на производителя на продукта, където възможността за накисване е от 0 до 999 сек. Така предложението на участника не отговаря на изискването на възложителя за време на накисване: от 0 до 3600 сек.

На основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП и изложеното по-горе, комисията предлага за отстраняване „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД от по нататъшно участие в процедурата, тъй като техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя.

Комисията провери техническото предложение на участника „ДАНС ФАРМА“ ЕООД и констатира, че то напълно отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП.

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП всички участници бяха уведомени на 04.11.2015 г., че отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници ще се проведе на 09.11.2015 г., от 15,00 ч. в сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5, гр. София. Съобщението за оповестяване на ценови оферти е публикувано на сайта на Министерство на здравеопазването, в „Профил на купувача“ на 04.11.2015 г.

Отварянето на *Плик № 3* с надпис „Предлагана цена“ на допуснатите участници бе извършено на 09.11.2015 г. от 15,00 ч. от комисия в състав:

Председател: Антон Господинов, началник отдел „ОП“ в дирекция „НРОПЗ“;

Членове:

1. Константинос Янис, ст. асистент доставки към ПФГФ, експерт с професионална компетентност;
2. д-р Вяра Георгиева - главен експерт, отдел „СДП“ към дирекция „МДПП“, експерт с професионална компетентност;
3. Иво Янчев, главен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;
4. Ваня Миткова, главен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“.

Комисията покани упълномощените представители на участниците, подали оферти, да присъстват при отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници .

На основание чл. 68, ал. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) при действията на комисията по чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, присъстваха следните представители на участниците:

1. Невена Гаврилова, упълномощен представител на „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД и
2. Георги Александров, упълномощен представител на „ДАНС ФАРМА“ ЕООД.

Комисията пристъпи към отварянето и оповестяването на ценовите предложения на допуснатите участниците, по реда на постъпване на офертите, а именно:

„ДАНС ФАРМА“ ЕООД с предложена единична цена за ЕЛИЗА система в размер на 11 777,86 лева без ДДС и обща стойност в размер на 329 780,08 лева без ДДС за 28 броя ЕЛИЗА системи.

Съгласно чл.69а, ал. 3 от ЗОП при отварянето и оповестяването на предлаганите цени, комисията предложи на представителя на „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД да подпише ценовата оферта на „ДАНС ФАРМА“ ЕООД.

Комисията закри заседанието и съгласно документацията, за всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията на документацията одобрена от възложителя, пристъпи към сверяване на обявените ценовите предложения с вписаните пределни стойности в Списъка по чл. 1, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ. Комисията констатира, че обявеното ценово предложение е със стойност под вписаната в Списъка пределна стойност и премина към оценка на офертите, въз основа на критерия „най-ниска цена“ /без ДДС/.

В резултат на работата си по разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Доставка, монтаж, инсталация и пускане в експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка на фабрично ново медицинско оборудване за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“*, комисията

ПРЕДЛАГА:

На основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП, да бъде отстранен „ЕЛТА 90М“ ООД от участие в процедурата, тъй като не е представил изброените по-долу документи, а именно: участникът не е представил копие на официален документ, издаден от Изпълнителната агенция по лекарствата от който да е видно, че за конкретното медицинско изделие за което се участва няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партии от същото медицинско изделие през последните две години. Участникът не е представил заверено копие на валиден сертификат БДС EN ISO 13485:2003 или еквивалентен сертификат, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват производство на предмета на обществената поръчка, издаден на името на производителя Avans Biotechnology Corp. Участникът не е представил следните декларации подписани от управителя Теодор Замфиров или от упълномощеното лице, като във втория случай в декларациите да е посочено, че същите се подписват от Христо Христов: декларация, с приложено извлечение от Списъка по чл. 1, т. 1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от ЗМИ и за определяне на стойността, до която те се заплащат; декларация, че предлаганите медицински изделия притежават CE-mark; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители; декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора; декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

- На основание чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване „ЕЛПАК-ЛИЗИНГ“ ЕООД от по нататъшно участие в процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, а именно:

- В техническото предложение на участника по отношение на ELISA reader е предложена оптичната система с 9-канално оптично влакно. Този параметър не се потвърждава от представения от участника официален каталог на производителя, в който е посочено, че оптичната система на ELISA reader е 8-канална. Така предложението на

участника не отговаря на изискването на възложителя: оптичната система ELISA reader да е с 9-канално оптично влакно, включващо и един референтен канал.

- В техническото предложение на участника по отношение на ELISA reader е предложен диапазон: от 400-900 nm, което обстоятелство не се потвърждава от приложения официален каталог на производителя на продукта. Така предложението на участника не отговаря на изискването на възложителя диапазон: от 400-900 nm.

- В техническото предложение на участника по отношение на ELISA reader, за предложени инкубатор за 96 ямкови микро плаки липсва функция за разклащане с възможност за избор на мин. 3 скорости в диапазона от 8 Hz до 14 Hz. Така предложението на участника не отговаря на изискването на възложителя за вграден или външен инкубатор за 96 ямкови микротитърни плаки и функция за разклащане с възможност за избор на мин. 3 скорости в диапазона от 8 Hz до 14 Hz.

- В техническото предложение на участника по отношение на измиващото устройство (уошер), време на наkisване от 0 до 3600 сек. не се потвърждава от приложения оригинален каталог на производителя на продукта, където възможността за наkisване е от 0 до 999 сек. Така предложението на участника не отговаря на изискването на възложителя за време на наkisване: от 0 до 3600 сек.

Комисията предлага следното класиране:

I място - "ДАНС ФАРМА" ЕООД с предложена единична цена в размер на 11 777,86 лева без ДДС и обща стойност в размер на 329 780,08 лева без ДДС за 28 броя ЕЛИЗА системи.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка да бъде обявен участникът, класиран на първо място.

Настоящият протокол се състави, подписа и представи на възложителя на 16.11.2015 г., заедно с цялата документация.

Заличено съгласно чл 2 от ЗЗЛД