



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на здравеопазването

Изх. № 26-03-17 / 08.03. 2016 год.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл.29, ал.1 от ЗОП по открита обществена поръчка с предмет: *„Доставка на реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“ по 337 обособени позиции*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура, предоставям отговори на следните зададени въпроси:

**Въпрос №1:**

По обособени позиции №№52, 53, 56 и 57 не ни е известно да има производител, който би могъл да представи Декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕС. В такъв случай нашето запитване е дали не е станала грешка при определяне на изискванията за тези позиции?

**Отговор на въпрос №1:**

Изделията по обособени позиции №№52, 53, 56 и 57 са за научно-изследователски цели, като за тях се прилагат изискванията на т. 2.3.9 и документите по т. 3.1.1.6.11. от документацията за участие.

**Относно спецификацията на обособена позиция № 53:**

**Въпрос №2.1:**

Изискването за съвместимост със софтуер „Bluefuse“ насочва към портфолиото на определена фирма. В такъв случай ще бъдат ли допуснати до участие и оценка оферти,

включващи друг безплатен софтуер за обработка и анализ на резултатите, алтернативен на „Bluefuse“?

**Отговор на въпрос №2.1:**

Да, ще бъдат допуснати до участие и оценка оферти, включващи безплатен софтуер за обработка и анализ на резултатите, алтернативен на Bluefuse, стига предлаганите чипове да са съвместими за анализ с посочения в спецификацията скенер Genepix 4100A.

**Въпрос №2.2.:**

Във връзка със спецификацията на Набор за флуоресцентно белязване на генома ДНК (отново и в обособена позиция №57), ще бъдат ли допуснати оферти на разфасовки с по-голям от посочения брой реакции, но достатъчен за изработка на опаковки от 4 микроарея?

**Отговор на въпрос №2.2.:**

Относно спецификацията на Набор за флуоресцентно белязване на геномна ДНК във връзка с обособена позиция № 57, ще бъдат допуснати оферти на индивидуални разфасовки с по-голям от посочения брой реакции, стига общият брой на реакциите, доставени с 5 опаковки да бъде не по-малък от 160 броя.

Същото се отнася и за обособена позиция № 53. Ще бъдат допуснати и оферти за индивидуални разфасовки с по-голям от посочения брой реакции, стига общият брой на реакциите доставени с 4 опаковки да не бъде по-малък от 128 броя.

Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ  
министър на здравеопазването

