



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на здравеопазването

---

Изх. № 26-08-59/29.11. 2016 год.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки по открита обществена поръчка с предмет: *„Доставка на диагностикуми и консумативи за СПИН, вирусни хепатити В и С, сифилис и други сексуално предавани инфекции по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2016-2020 г. за нуждите на страната през 2016 г.“, включваща 48 обособени позиции”*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената процедура, предоставям отговор на следните зададени въпроси:

**Въпрос № 1:**

Във връзка с изискване на възложителя по обособена позиция № 20 „Набор за детекция на *C.trachomatis* чрез полимеразна верижна реакция в реално време - тестове 110 в опаковка“ и обособена позиция № 21 „Набор за детекция на *N.gonorrhoeae* чрез полимеразна верижна реакция в реално време - тестове 110 в опаковка“ ще бъдат ли допуснати до разглеждане и оценяване за диагностични тестове за детекция на *C.trachomatis* и *N.gonorrhoeae* чрез полимеразна верижна реакция в реално време - тестове 96 в опаковка *C.trachomatis*, които са типичния брой тестове за тази реакция.

**Отговор на въпрос № 1:**

Предвид обстоятелството, че крайният получател на диагностикумите и консумативите по обособени позиции № 20 и № 21 е само един, възложителят ще допусне диагностичните тестове за детекция на *Chlamydia trachomatis* и *Neisseria gonorrhoeae*, чрез верижна полимеразна реакция в реално време, да бъдат в опаковки

различни от 110 теста, при спазване на изискването на Глава II „Технически спецификации“, т. 1. „Минимални технически изисквания“, като бъдат предоставени определените в документацията за участие количества тестове.

**Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ**

министър на здравеопазването

