

УТВЪРЖДАВАМ:
Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Дата: 8. 2 2017 г.

Заличено на основание чл. 2 от
Закона за защита на личните данни.



ДО
Д-Р ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
относно резултатите от работата на комисията по отношение на
обособена позиция № 1 с предмет „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за
интензивна фототерапия (360 градуса)“ от процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект
№4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“
по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“,
осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и
Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство

Настоящия доклад се изготви на 27.01.2017 г. от комисия, назначена със Заповед №
РД-11-321/27.09.2016 г. (изм. и доп. със Заповед № РД-11-379/09.11.2016 г., изм. със Заповед
№РД-11-435/20.12.2016 г.) на д-р Петър Москов, министър на здравеопазването, за
провеждане на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество
на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за
обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов
механизъм и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.
Обществената поръчка е открита с Решение №РД-11-284/22.08.2016 г. на министъра на
здравеопазването, с 2 обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за
интензивна фототерапия (360 градуса)“;

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и
Ултразвукова апаратура 3D“.

На 17.09.2016 г. в Комисията за защита на конкуренцията е постъпила жалба по
обособена позиция № 2, част от обществената поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване
по предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика
и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“,
осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и
Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). В
жалбата е направено искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“, на

основание чл.203, ал.1 от ЗОП. До момента на провеждане на откритото заседание в Министерството на здравеопазването не е постъпила информация за постановено определение по искането за временна мярка или информация, че е образувано производство пред КЗК.

На 07.10.2016 г. комисията констатира, че КЗК е образувала производство № КЗК/714/2016/06.10.2016 г. по жалба от „С&Т България“ ЕООД, срещу Решение № РД-11-284/22.08.2016 г., за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на НФМ и ФМ на ЕИП“, в частта му по обособена позиция № 2 с предмет „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и Ултразвукова апаратура 3D“. С жалбата е направено и искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Съгласно чл. 203, ал. 2 от ЗОП, когато с жалбата е поискана временна мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

1. Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка или
2. Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Предвид на това, процедурата за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция № 2 спира, и съответно е спряна и работата на комисия по обособена позиция № 2. За спирането на процедурата по обособената позиция, в „Профил на купувача“ е публикувано изрично съобщение.

С Определение № 849/13.10.2016 г. по преписка №КЗК-714/06.10.2016 г., КЗК е оставила без уважение искането на "С&Т България" ЕООД за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“ за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на НФМ и ФМ на ЕИП.

С писмо с изх. №ДИИ-736-КЗК/714/2016/08.11.2016 г. на КЗК, Министерството на здравеопазването е уведомено, че до 07.11.2016 г в КЗК не е постъпвала жалба срещу посоченото определение. На официалната интернет страница на ВАС липсва информация за обжалване на постановеното Определение № 849/ 13.10.2016 г. на КЗК. Предвид гореизложеното, на 22.11.2016 г. е възобновена работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на подадените заявления за участие по обособена позиция № 2. За възобновяването на процедурата по обособената позиция, на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, в раздел „Профил на купувача“ е публикувано съобщение за възобновяване.

На 20.12.2016 г. от името на „С&Т БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е подадена нова жалба с вх.№ ВХР-2664/20.12.2016 г. на КЗК, срещу действия и бездействия на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), включваща 2 обособени позиции, в частта му относно обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и Ултразвукова апаратура 3D“.

С втората жалбата от „С&Т БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е поискано и налагане на нова временна мярка „спиране на процедурата“. Съгласно чл. 203, ал. 2 от ЗОП, когато с жалбата е поискана временна мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

1. Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
2. Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Предвид горното, процедурата за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция № 2 е спряна повторно.

С определение № 64/ 19.01.2017 г. на КЗК по преписка № КЗК-17/ 2017 г., е уважено направеното искане и е наложена временна мярка „спиране“ на процедурата за възлагане на обществената поръчка с горепосочения предмет, в частта по обособена позиция № 2. За постановеното определение, на 26.01.2017 г. е уведомено Министерството на здравеопазването.

Предприети са действия за обжалване на определение № 64/ 19.01.2017 г. на КЗК пред ВАС.

Предвид гореизложеното, настоящия доклад обхваща действия на комисията във връзка с работата ѝ относно обществената поръчка, в частта ѝ по обособена позиция № 1.

I. Състав на комисията:

Председател:

доц. Марияна Василева, държавен експерт в дирекция „ЗПА“;

Членове:

д-р Росен Радев, началник отдел „ОК“, дирекция „МД“;

Ваня Миткова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Лъчезар Лазаров, главен юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Стефка Хлебарова, юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“.

Резервен председател:

Зара Киризян, началник отдел „ПЕВ“, дирекция „МДПП“.

Резервни членове:

д-р Тодор Юнаков, главен експерт в дирекция „МД“;

Наталия Добрева, главен експерт в дирекция „ДЗК“;

Евелина Василкова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“.

II. Задачи на комисията

Комисията е назначена със Заповед № РД-11-321/27.09.2016 г. (изм. и доп. със Заповед № РД-11-379/09.11.2016 г., изм. със Заповед № РД-11-435/20.12.2016 г.) на д-р Петър Москов, министър на здравеопазването, да проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект №4 „Подобро качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и Финансовия механизъм на европейската икономическо пространство (ФМ на ЕИП), с 2 /две/ самостоятелно обособени позиции, като разгледа, оцени и класира подадените оферти. За работа на комисията са определени следните срокове: 30 /тридесет/ работни дни от датата на издаването на Заповед № РД-11-321/27.09.2016 г., 30 /тридесет/ работни дни от датата на издаването на Заповед № РД-11-379/09.11.2016 г. и 30 /тридесет/ работни дни от датата на издаването на Заповед № РД-11-435/20.12.2016 г. Всички документи, свързани с обществената поръчка, включително допълнително представените такива, се съхраняват в сградата на Министерството на здравеопазването на пл. „Света Неделя“ №5, етаж 2-ри, стая 206 до приключване на работата на комисията. Всички закрити заседания на комисията се провеждат в сградата на Министерството на здравеопазването на пл. „Света Неделя“ №5, етаж 2-ри, стая 206.

III. Описание на работния процес, свързан с действията на комисията по отваряне, разглеждане и оценяване на всяка оферта за участие. В изпълнение на възложените задачи, комисията проведе:

1. Публично заседание на 27.09.2016 г. в състав:

Председател:

доц. Марияна Василева, държавен експерт в дирекция „ЗПА“;

Членове:

д-р Росен Радев, началник отдел „ОК“, дирекция „МД“;

Ваня Миткова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;
Лъчезар Лазаров, главен юриконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;
Стефка Хлебарова, юриконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“.

Резервен председател:

Зара Киризян, началник отдел „ПЕВ“, дирекция „МДПП“

Резервни членове:

д-р Тодор Юнаков, главен експерт в дирекция „МД“;
Наталия Добрева, главен експерт в дирекция „ДЗК“;
Евелина Василкова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“.

На откритото заседание на комисията взеха участие всички редовни членове на комисията, с изключение на д-р Росен Радев, началник отдел „ОК“, дирекция „МД“, поради ползване на отпуск. Същият е заместен от резервния член д-р Тодор Юнаков, главен експерт в дирекция „МД“.

Преди началото на заседанието и след запознаване с списъка на постъпилите оферти, членовете на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

В определения срок е постъпило едно предложение относно обособена позиция № 1, а именно предложение с вх.№ 26-01-157/ 26.09.2016 г., подадено в 13:43 часа от „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

На основание чл.54, ал.2 от ППЗОП при публичните действия на комисията присъстваха следните представители на участниците в процедурата:

1. Владислав Георгиев - упълномощен представител на „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД;
2. Невена Гаврилова - упълномощен представител на „ЕЛПАК - ЛИЗИНГ“ ЕООД;
3. Неда Савова - упълномощен представител на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.

2. Закрити заседания, състояли се в периода 29.09.2016 г. - 07.11.2016 г., проведени от комисията в редовния и състав:

Председател:

доц. Марияна Василева, държавен експерт в дирекция „ЗПА“;

Членове:

д-р Росен Радев, началник отдел „ОК“, дирекция „МД“;
Ваня Миткова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;
Лъчезар Лазаров, главен юриконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;
Стефка Хлебарова, юриконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“.

На проведените закрити заседания, комисията разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на подаденото заявление за участие по обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса)“ от „Медицинска техника инженеринг“ ООД.

Комисията, след разглеждане и обсъждане на представения от участника ЕЕДОП, счете, че същият съдържа необходимата и изисквана от възложителя информация. Същевременно комисията счете, че за установяване на кръга на лицат по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП и съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП и констатация, дали представения към заявлението ЕЕДОП е подписан от всички лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП и съответно чл.40, ал.1 от ППЗОП, следва да изиска от участника да представи списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите които заемат.

Комисията, чрез доклад на председателя си, предложи на възложителя - министъра на здравеопазването да изиска, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, участникът да представи

списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите в които участват или длъжностите които заемат.

С писмо изх.№ 26-00-2029/ 31.10.2016 г. на министъра на здравеопазването, изпратено по електронен път на 31.10.2016 г. до „Медицинска техника инженеринг“ ООД, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗОП, е изискано, в срок до 5 /пет/ работни дни от получаването на писмото, да бъде представен списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите в които участват или длъжностите които заемат. Участникът е потвърдил получаването на исканата информация на 01.11.2016 г.

В отговор на направеното искане, в определения срок, с вх.№ 26-01-157/03.11.2016 г. на Министерството на здравеопазването, участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД е представил Списък по чл.44, ал.1 ППЗОП.

След запознаване с представения списък, в закрито заседание проведено на 07.11.2016 г. комисията установи, че участника „Медицинска техника инженеринг“ ООД е посочил в него 5 /пет/ физически лица и 1 /едно/ юридическо лице, за които чрез упълномощен представител – пълномощник на участника, е декларирано, че са задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира, че участникът е посочил в представения списък неговите управител и прокурист и трето лице – пълномощник, както и съдружниците в дружеството, съответстващи на данните от Търговския регистър. Предвид това, комисията счита, че не може да установи по безспорен начин, дали посочените съдружници попадат сред задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, поради което следва да приеме представения от участника списък и да изиска да бъде представен нов ЕЕДОП, подписан от посочените в списъка лица и техните представляващи, съгласно регистрацията им в Търговския регистър.

3. Закрити заседания, състояли се в периода 30.11.2016 г. - 14.12.2016 г., проведени от комисията състав:

Председател:

доц. Марияна Василева, държавен експерт в дирекция „ЗПА“;

Членове:

д-р Росен Радев, началник отдел „ОК“, дирекция „МД“;

Ваня Миткова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Лъчезар Лазаров, главен юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Стефка Хлебарова, юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

д-р Велимир Симов, началник на отделение за недоносени деца, Първа МБАЛ София ЕАД, гр.София;

доц. д-р Живка Карагъзова, началник отделение “Перинатална медицина”, клиника „Майчин риск”, СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, гр.София.

Преди началото на заседанието на 30.11.2016 г. и след запознаване с списъка на постъпилите оферти, д-р Велимир Симов, началник на отделение за недоносени деца, Първа МБАЛ София ЕАД, гр.София и доц. д-р Живка Карагъзова, началник отделение “Перинатална медицина”, клиника „Майчин риск”, СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, гр.София, подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На проведените закрити заседания, новоназначените със Заповед № РД-11-379/09.11.2016 г. на министър на здравеопазването членове на комисията с професионална компетентност, се запознаха с извършеното до момента и направените констатации. В качеството си на членове на комисията, същите се запознаха с подадените заявления за участие, за формиране на самостоятелно мнение относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя на подаденото заявление за участие **по обособена позиция № 1** с предмет: „Доставка на лампи за

фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса)“ от „Медицинска техника инженеринг“ ООД.

Предвид направените констатации, на основание чл.54, ал.8 и ал.9 от ППЗОП, от участника е поискано в срок от 5 работни дни от получаване на протокола с направените констатации, да представи ЕЕДОП, подписан от всички посочените в допълнително представения списъка по чл.44, ал.1 ППЗОП задължени лица, и техните представляващи, по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите които заемат.

На 14.12.2016 г. комисията (чрез своя председател) изпрати на участника Протокол № 1 с констатациите относно наличието и редовността на представените документи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от Възложителя. В същия ден Протокол № 1 е публикуван в Раздел „Профил на купувача“ на официалния сайт на Министерството на здравеопазването на следният адрес: <http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/zakupuvane-na-oborudvane-po-predvaritelno-definira/>

4. На проведените закрити заседания, проведени през периода 06.01.2017 г. – 13.01.2017 г., първото от които, състояло се 06.01.2017 г., комисия, назначена със Заповед № РД-11-321/27.09.2016 г. (изм. и доп. със Заповед №РД-11-379/09.11.2016 г. и изм. със Заповед №РД-11-435/20.12.2016 г.) на министъра на здравеопазването за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, в състав:

Председател:

доц. Марияна Василева, държавен експерт в дирекция „ЗПА“ ;

Членове:

д-р Росен Радев, началник отдел „ОК“, дирекция „МД“;

Ваня Миткова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Лъчезар Лазаров, главен юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Стефка Хлебарова, юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

д-р Велимир Симов, началник на отделение за недоносени деца, Първа МБАЛ София ЕАД, гр.София;

Евелина Василкова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“ /резервен член на комисията, взела участие на мястото на редовния член доц. д-р Живка Карагьозова, началник отделение „Перинатална медицина“, клиника „Майчин риск“, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, поради служебна ангажираност на същата/,

продължи своята работа в обществената поръчка с горесцитираният предмет, като провери съответствието на документите, включително допълнително представените за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Преди началото на заседанието и след запознаване със списъка на постъпилите оферти, както и с извършеното от комисията до момента и направените констатации отразени в Протокол №1 от 14.12.2016 г., Евелина Василкова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“ подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията, констатира следното:

1. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е представил в определения от комисията срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола) допълнителни документи и тези за отстраняване на

несъответствията, посочени в Протокол №1, които последният е депозирал в деловодството на Министерство на здравеопаването с вх. № 26-01-157/ 20.12.2016 г.

От представените от участника документи, включително и от допълнително представените е видно, че той отговаря на нормативно изискуемите и поставените от възложителя изисквания за личното състояние, както и че покрива минималните изисквания за критериите за подбор по отношение на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност и техническите и професионални способности, посочени от възложителя.

Участникът е представил:

- **Нов ЕЕДОП** за участника, подписан от посочените в списъка по чл. 54, ал. 2 от ЗОП лица и техните представляващи, съгласно регистрацията им в Търговския регистър - *1 брой (оригинал)*.

С оглед на гореизложеното Комисията допусна участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД до разглеждане на техническото предложение по обособена позиция № 1.

Комисията продължи своята работа с детайлно разглеждане на Техническото предложение на допуснатия участник „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, като извърши проверка на предложението за пълнота и за съответствие на съдържанието му с предварително обявените условия на възложителя, съдържащи се в утвърдената документация за участие и приложения към нея образец на Техническо предложение.

Комисията, констатира следното:

Техническото предложение е изготвено съобразно образца към документацията за участие в процедурата, подписано е от пълномощника на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, съгласно приложено пълномощно №187/София, 08.09.2016 г. и съдържа:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- Предложение за изпълнение на поръчката, с приложени към него документи, а именно:
 - декларация с приложени извлечения от списъка по чл.1, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;
 - документ, удостоверяващ, че предлаганото оборудване няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партии през последните две години, съгласно предоставена от ИАЛ информация;
 - оторизационни писма, издадени от производителите;
 - сертификати за управление на качеството ISO 13485:2012, издадени на името на производителите;
 - ЕО декларации за съответствие на изделията;
 - ЕО сертификати за осигуряване на качеството, съгласно Директива 93/42/ЕИО, издадени от нотифициран орган;
 - Сертификати за преминати обучения, издадени на името на сервизните инженери;
 - Каталози на офертираните изделия с ясна снимка и превод на български език;
 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
 - Декларация за срока на валидност на офертата;
 - Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

Комисията извърши проверка на предложението за изпълнение на поръчката и констатира следното:

Предлаганите от участника апарати са следните:

- 1.1. LED - Лампа за фототерапия, Модел KMF-01, фирма Istambul Medikal - Турция;
- 1.2. LED - Лампа за интензивна фототерапия (360 градуса), модел Bilicare Intensive LED Phototheerapy Unit BC 250 000, фирма Okuman Healthcare - Турция.

В Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка за обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса), са заложили и следните изисквания:

- т. 1.1.8. „Интензивна фототерапия: от 30 до 120 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ “;
- т. 1.2.7. „Мониториране и аларма със сигнализация при повишаване на температурата в кабината“.

При извършеният преглед на офертата на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по обособена позиция №1 (в частта по т. 1.1.8 и 1.2.7.); комисията не можа да намери потвърждение на посочените в Техническата спецификация от обществената поръчка изисквания за посочената по-горе обособена позиция.

В тази връзка на основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, комисията изиска с писмо изпратено на 09.01.2017 г. от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да представи разяснение, относно следното:

1. По какъв начин се покрива посоченото в Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка изискване за посочената по-горе обособена позиция (в частта LED - лампа за фототерапия), по т. 1.1.8. „Интензивна фототерапия: от 30 до 120 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ “ и как се достига светлинен интензитет до 120 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$?
2. По какъв начин се покрива посоченото в Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка изискване за посочената по-горе обособена позиция (в частта LED - Лампа за интензивна фототерапия (360 градуса)), по т. 1.2.7. „Мониториране и аларма със сигнализация при повишаване на температурата в кабината“.

В посоченият от комисията срок до 17:30 на 12.01.2017 г., участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с вх. №26-01-157/12.01.2017 г. е представил разяснение за обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса).

В представеното разяснение по т. 1.1.8. „Интензивна фототерапия: от 30 до 120 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ “, участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е посочил, че, направеното предложение покрива напълно изискването, като диапазона на интензивната фототерапия е от 0 до 130 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$, което твърди, че е видно от стр. 10 на ръководството за работа с апарата и допълнителната декларация от производителя фирма Istambul Medical – Турция. Достигането на интензитет от 120 $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ се получава при задаване на стойност Level 5 за параметъра „Интензитет на светлината“.

По отношение на параметър 1.2.7. „Мониториране и аларма със сигнализация при повишаване на температурата в кабината“, участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е посочил, че направеното предложение покрива напълно изискването, като това се постига чрез система за мониториране на температурата в кабината и кожната температура на пациента. Минималните и максималните стойности на тези параметри могат да се програмират и променят, при желание на потребителя, като тези процеси са подробно описани в приложеното ръководство за работа на стр. 22, 23, и 24. Посочил е, че при настъпване на събитие активиращо алармите (повишаване или понижаване спрямо зададените стойности за температура на въздуха в кабината или кожната температура на пациента), се появява звукова и светлинна индикация, което е видно на стр. 25 от ръководството за работа.

В подкрепа на гореизложеното, участника е представил и следните документи:

- Декларация от производителя Istanbul Medical - Турция с официален превод на български език, от която декларация е видно, че предложението апарат за фототерапия Medwarm, модел КМФ-01 по отношение на интензитета на светлината покрива изискванията на възложителя;

- Извадка от Ръководство за работа с предложената лампа за фототерапия модел КМФ-01 с официален превод на български език, която потвърждава съответствието на предложеното от участника с изискването на възложителя по отношение на интензитета на светлината на предложението апарат за фототерапия Medwarm, модел КМФ-01;

- Извадка от Ръководство за работа с предложената лампа за фототерапия модел Bilicare Intensive LED Phototherapy Unit BC 250 000, фирма Okuman Healthcare - Турция с официален превод на български език, информацията от която потвърждава съответствието на предложеното от участника с изискването на възложителя по отношение на мониторирането и алармата със сигнализация при повишаване на температурата в кабината.

Комисията разгледа така представените разяснения и прие същите. Комисията счете, че участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, което напълно съответства на изискванията на възложителя и го допусна до техническа оценка по обособена позиция №1.

След извършване на горните действия и запознаване с предложението за изпълнение на поръчката, Комисията пристъпи към оценка на предложението по показателите за оценяване, съгласно критерия за оценка на предложенията – икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерия за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение качество/цена и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, както следва:

Оценка по обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса)

Показателят К2 „Гаранционен срок“ оценява предложен от участника гаранционен срок.

Участникът посочил най-голям гаранционен срок в месеци получава 20 точки, като същият не може да бъде по-голям от 60* месеца. За всички останали участници точките се формират по следната формула:

$$K2n = \frac{ГС \text{ уч } n}{ГС \text{ max}} \times 20$$

в която: ГС max – най-голям гаранционен срок;

ГС уч n – предложен гаранционен срок от съответния участник;

K2n – оценка в брой точки за съответния участник по показателя.

Минималният* гаранционен срок на оборудването е 36* месеца след въвеждането в експлоатация.

Предложението на участника по **Показател К2 „Гаранционен срок“** е както следва:

№	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Показателят К2 „Гаранционен срок“ Точки
1.	„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	60 месеца	20

Въз основа на констатираното на етап разглеждане на техническото предложение на участника и след установяване на съответствието му с изискванията на възложителя, Комисията реши следващото открито заседание да се състои на 19.01.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа, когато ще бъде отворено и оповестено ценовото предложение на единствения допуснатия участник.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача, че отварянето на ценовото предложение на единствения участник ще се проведе на 19.01.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ №5. Съобщението за отваряне на ценовите предложения беше публикувано на 16.01.2017 г. в Раздел „Профил на купувача“ на официалния сайт на Министерството на здравеопазването на следният адрес: <http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/zakupuvane-na-oborudvane-po-predvaritelno-definira/>

На 19.01.2017 г. от 11:00 часа, комисията, назначена със Заповед № РД-11-321/27.09.2016 г. (изм. и доп. със Заповед №РД-11-379/09.11.2016 г. и изм. със Заповед №РД-11-435/20.12.2016 г.) на министъра на здравеопазването за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, в състав:

Председател:

доц. Марияна Василева, държавен експерт в дирекция „ЗПА“;

Членове:

д-р Росен Радев, началник отдел „ОК“, дирекция „МД“;

Ваня Миткова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Лъчезар Лазаров, главен юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Стефка Хлебарова, юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

д-р Велимир Симов, началник на отделение за недоносени деца, Първа МБАЛ София ЕАД, гр.София;

Евелина Василкова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“ /резервен член на комисията, взела участие на мястото на редовния член доц. д-р Живка Карагъзова, началник отделение „Перинатална медицина“, клиника „Майчин риск“, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, поради служебна ангажираност на същата,

пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на единствения участник.

На публичната част на заседанието на комисията, не присъстваха упълномощени представители на участника.

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

Предложението на участника е следното:

Ценово предложение на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса).

НАИМЕНОВАНИЕ	Мярка	Количество	Единична стойност в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. с ДДС
Лампа за фототерапия	бр.	33	2288,00	75504,00
Лампа за интензивна фототерапия (360 градуса)	бр.	7	7676,00	53732,00
<i>Обща цена на изпълнение на поръчката в лв. без ДДС</i>				129236,00
			<i>ДДС</i>	25847,20
<i>Обща цена за изпълнение на поръчката с ДДС</i>				155083,20

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. След извършване на горните действия публичната част от заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане и проверка на ценовото предложение на единствения участник.

Комисията извърши проверка за наличие на необходимата информация в съдържанието и съответствие с условията на възложителя, съгласно раздел III. Съдържание на предложението на участника (Заявление за участие и оферта) от документацията за участие и приложения към нея образец на ценово предложение.

Ценовото предложение е изготвено като е използван образца, приложен към документацията.

Участникът е заявил, че се задължава, ако офертата му бъде приета, да изпълни и предаде договорените количества, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора

Участникът е заявил, че в случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността му без ДДС.

Комисията констатира, че ценовото предложение на **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД** отговаря на условията на възложителя, съгласно раздел III. Съдържание на предложението на участника (Заявление за участие и оферта) от документацията за участие и приложения към нея образец на ценово предложение.

След запознаване с ценовото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценка на предложението по показателите за оценяване, съгласно критерия за оценка на предложенията – икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерия за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение качество/цена и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, както следва:

Показателят К1 „Цена на оборудването“, оценява ценовата оферта на участника. Участникът, предложил най-ниска цена получава 80 точки. За всички останали участници, точките се формират по следната формула:

$$K1n = \frac{\text{ПЦ min}}{\text{ПЦ уч n}} \times 80$$

в която: ПЦ min – най-ниска предложена цена на оборудване; ПЦ уч n – предложена цена на n участник; K1n – оценка в брой точки за съответния участник по показателя.

№	УЧАСТНИК	Показателят К1 „Цена на оборудването“ Точки
1.	„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	80

След извършване на горните действия, Комисията пристъпи към изчисление на комплексната оценка на участника, както следва:

Комплексна оценка на участника по обособена позиция №1

Комплексна оценка (КО) по обособената позиция за всеки от участниците, се формира по следната формула:

$$КО = К1 + К2$$

Максималният брой точки, които участник може да получи по обособената позиция е 100 точки.

Показатели за оценка на предложенията, относителна тежест и максимално възможен брой точки по всеки от тях.

Показател К1 „Цена на оборудването“ с тежест 80 %

Показател К2 „Гаранционен срок“ с тежест 20 %

№	УЧАСТНИК	К1	К2	КО
		точки	точки	точки
1.	„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	80	20	100

В резултат на работата си по разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения за участие и ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Комисията :

ПРЕДЛАГА:

Класиране на участника, както следва:

Класиране	ИМЕ НА УЧАСТНИКА	Общо точки
<i>Обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса)</i>		
1-во място	„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	100

За изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1 да бъде обявен участникът, класиран на първо място.

С извършването на горното класиране и изготвяне на настоящия доклад, работата на комисията приключи на 27.01.2017г.

Състав на комисията:

Заличено на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни.