

## ПРОТОКОЛ № 2

от заседания на комисия, назначена със Заповед № РД-11-321/ 27.09.2016 г. (изм. и доп. със Заповед № РД-11-379/ 09.11.2016 г. и изм. със Заповед № РД-11-435/ 20.12.2016 г.) на министъра на здравеопазването за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

I. На 14.12.2016 г. комисията (чрез своя Председател) изпрати на всички участници Протокол №1 с констатациите относно наличието и редовността на представените документи с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя. В същия ден Протокол № 1 е публикуван в Раздел „Профил на купувача“ на официалния сайт на Министерството на здравеопазването на следният адрес: <http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/zakupuvane-na-oborudvane-po-predvaritelno-definira/>

II. Комисията констатира, че на 20.12.2016 г. от името на „С&Т БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е подадена нова жалба с вх.№ ВХР-2664/20.12.2016 г. на КЗК, срещу действия и бездействия на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), включваща 2 обособени позиции, в частта му относно обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и Ултразвукова апаратура 3D“.

С жалбата от „С&Т БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е поискано и налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Съгласно чл. 203, ал. 2 от ЗОП, когато с жалбата е поискана временна мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

1. Определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
2. Решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Предвид горното, процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на НФМ и ФМ на ЕИП“, спира в частта ѝ по обособена позиция № 2.

Предвид спирането на обособена позиция № 2, комисията продължи работата си по обособена позиция № 1.

III. На проведените закрити заседания, първото от които, състояло се 06.01.2017 г., комисия, назначена със Заповед № РД-11-321/ 27.09.2016 г. (изм. и доп. със Заповед № РД-11-379/ 09.11.2016 г. и изм. със Заповед № РД-11-435/ 20.12.2016 г.) на министъра на здравеопазването за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, в състав:

**Председател:**

доц. Марияна Василева, държавен експерт в дирекция „ЗПА“ ;

**Членове:**

д-р Росен Радев, началник отдел „ОК“, дирекция „МД“;

Ваня Миткова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Лъчезар Лазаров, главен юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Стефка Хлебарева, юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

д-р Велимир Симов, началник на отделение за недоносени деца, Първа МБАЛ София ЕАД, гр.София;

Евелина Василкова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“ /резервен член на комисията, влезнала на мястото на редовния член доц. д-р Живка Карагьозова, началник отделение „Перинатална медицина“, клиника „Майчин риск“, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, поради служебна ангажираност на същата/

продължи своята работа в обществената поръчка с горещитираният предмет, като провери съответствието на документите, включително допълнително представените за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Преди началото на първото заседание и след запознаване с списъка на постъпилите оферти, както и с извършеното от комисията до момента и направените констатации отразени в Протокол №1 от 14.12.2016 г., Евелина Василкова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“ подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията, констатира следното:

1. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е представил в определения от комисията срок (пет работни дни, считано от датата на получаване на протокола) допълнителни документи и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в Протокол №1, които последният е депозирал в деловодството на Министерство на здравеопаването с вх. № 26-01-157/ 20.12.2016 г., 10:04 ч.

От представените от участника документи, включително и от допълнително представените е видно, че той отговаря на нормативно изискуемите и поставените от възложителя изисквания за личното състояние, както и че покрива минималните изисквания за критериите за подбор по отношение на минималните изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност и техническите и професионални способности, посочени от възложителя.

Участникът е представил:

- Нов ЕЕДОП, подписан от посочените в списъка по чл. 54, ал. 2 от ЗОП лица и техните представляващи, съгласно регистрацията им в Търговския регистър - 1 брой (оригинал).

С оглед на гореизложеното Комисията допуска участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД до разглеждане на техническото предложение по обособена позиция №1.

II. Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническото предложение на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, като извърши проверка на предложението за пълнота и за съответствие на съдържанието му с предварително обявените условия на възложителя, съдържащи се в утвърдената документация за участие и приложения към нея образец на Техническо предложение.

Комисията, констатира следното:

Техническото предложение е изготвено съобразно образца към документацията за участие в процедурата, подписано е от пълномощника на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, съгласно приложено пълномощно №187/София, 08.09.2016 г. и съдържа:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;
- Предложение за изпълнение на поръчката, с приложени към него документи, а именно:
- декларация с приложени извлечения от списъка по чл.1, т.1, буква „б“ от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат;

- документ, удостоверяващ, че предлаганото оборудване няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или изтеглени партии през последните две години, съгласно предоставена от ИАЛ информация;
- оторизационни писма, издадени от производителите;
- сертификати за управление на качеството ISO 13485:2012, издадени на името на производителите;
- ЕО декларации за съответствие на изделията;
- ЕО сертификати за осигуряване на качеството, съгласно Директива 93/42/ЕИО, издадени от нотифициран орган;
- Сертификати за преминати обучения, издадени на името на сервизните инженери;
- Каталози на оферирани изделия с ясна снимка и превод на български език;
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
- Декларация за срока на валидност на офертата;
- Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.

Комисията извърши проверка на предложението за изпълнение на поръчката и констатира следното:

Предлаганите от участника апарати са следните:

- 1.1. LED - Лампа за фототерапия, Модел KMF-01, производител Istanbul Medikal - Турция;
- 1.2. LED - Лампа за интензивна фототерапия (360 градуса), модел Bilicare Intensive LED Phototherapy Unit BC 250 000, производител Okuman Healthcare - Турция.

При извършеният преглед на предложението за изпълнение на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по обособена позиция №1, от приложените каталози комисията не можа да намери потвърждение на изисканите в Техническата спецификация от обществената поръчка данни, а именно:

В Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка за обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса), са заложили следните изисквания:

- т. 1.1.8. „Интензивна фототерапия: от 30 до 120  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ “;
- т. 1.2.7. „Мониториране и аларма със сигнализация при повишаване на температурата в кабината“.

В тази връзка на основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, комисията изиска с писмо изпратено на 09.01.2017 г. от участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД да представи разяснение, относно следното:

1. По какъв начин се покрива посоченото в Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка изискване за посочената по-горе обособена позиция (в частта LED - лампа за фототерапия), по т. 1.1.8. „Интензивна фототерапия: от 30 до 120  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ “ и как се достига светлинен интензитет до 120  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ ?

2. По какъв начин се покрива посоченото в Техническата спецификация от документацията на обществената поръчка изискване за посочената по-горе обособена позиция (в частта LED - Лампа за интензивна фототерапия (360 градуса)), по т. 1.2.7. „Мониториране и аларма със сигнализация при повишаване на температурата в кабината“?

В посоченият от комисията срок до 17:30 на 12.01.2017 г., участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД с вх. №26-01-157/12.01.2017 г. е представил разяснение за обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса)“.

В представеното разяснение по т. 1.1.8. „Интензивна фототерапия: от 30 до 120  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ “, участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е посочил, че, направеното предложение покрива напълно изискването, като диапазона на интензивната фототерапия е от 0 до 130  $\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ , което твърди, че е видно от стр. 10 на ръководството за работа с апарата и допълнителната декларация от производителя фирма Istanbul Medical –

Турция. Достигането на интензитет от  $120 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$  се получава при задаване на стойност Level 5 за параметъра „Интензитет на светлината“.

По отношение на параметър 1.2.7. „Мониториране и аларма със сигнализация при повишаване на температурата в кабината“, участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е посочил, че направеното предложение покрива напълно изискването, като това се постига чрез система за мониториране на температурата в кабината и кожната температура на пациента. Минималните и максималните стойности на тези параметри могат да се програмират и променят, при желание на потребителя, като тези процеси са подробно описани в приложеното ръководство за работа на стр. 22, 23, и 24. Посочил е, че при настъпване на събитие активиращо алармите (повишаване или понижаване спрямо зададените стойности за температура на въздуха в кабината или кожната температура на пациента), се появява звукова и светлинна индикация, което е видно на стр. 25 от ръководството за работа.

В подкрепа на гореизложеното, участника е представил и следните документи:

- Декларация от производителя Istanbul Medical - Турция с официален превод на български език, от която декларация е видно, че предложеният апарат за фототерапия Medwarm, модел КМФ-01 по отношение на интензитета на светлината покрива изискванията на възложителя;

- Извадка от Ръководство за работа с предложената лампа за фототерапия модел КМФ-01 с официален превод на български език, която потвърждава съответствието на предложеното от участника с изискването на възложителя по отношение на интензитета на светлината на предложеният апарат за фототерапия Medwarm, модел КМФ-01;

- Извадка от Ръководство за работа с предложената лампа за фототерапия модел Bilicare Intensive LED Phototherapy Unit BC 250 000, фирма Okuman Healthcare - Турция с официален превод на български език, информацията от която потвърждава съответствието на предложеното от участника с изискването на възложителя по отношение на мониторирането и алармата със сигнализация при повишаване на температурата в кабината.

Комисията разгледа така представените разяснения и приема същите.

Участникът е направил предложение за изпълнение на поръчката, което **напълно съответства** на изискванията на възложителя. Комисията допуска участника до техническа оценка по обособена позиция №1.

След извършване на горните действия и запознаване с предложението за изпълнение на поръчката, Комисията пристъпи към оценка на предложението по показателите за оценяване, съгласно критерия за оценка на предложенията – икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерия за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение качество/цена и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, както следва:

**Оценка по обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса)“**

**Показателят К2 „Гаранционен срок“** оценява предложен от участника гаранционен срок.

Участникът посочил най-голям гаранционен срок в месеци получава 20 точки, като същият не може да бъде по-голям от 60\* месеца. За всички останали участници точките се формират по следната формула:

ГС уч n

$K2n = \frac{\text{ГС уч n}}{\text{ГС max}} \times 20$

ГС max

в която: ГС max – най-голям гаранционен срок;

ГС уч n – предложен гаранционен срок от съответния участник;

K2n – оценка в брой точки за съответния участник по показателя.

Минималният\* гаранционен срок на оборудването е 36\* месеца след въвеждането в експлоатация.

Предложението на участника по **Показател К2 „Гаранционен срок“** е както следва:

№	УЧАСТНИК	Гаранционен срок	Показателят К2 „Гаранционен срок“ Точки
1.	„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	60 месеца	20

Въз основа на констатираното на етап разглеждане на техническото предложение на участника и след установяване на съответствието му с изискванията на възложителя, Комисията реши следващото открито заседание да се състои на 19.01.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа, когато ще бъде отворено и оповестено ценовото предложение на единствения допуснат участник.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията обяви чрез съобщение в профила на купувача, че отварянето на ценовото предложение на единствения участник ще се проведе на 19.01.2017 г. (четвъртък) от 11:00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя“ №5. Съобщението за отваряне на ценовите предложения беше публикувано на 16.01.2017 г. в Раздел „Профил на купувача“ на официалния сайт на Министерството на здравеопазването на следният адрес:

<http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/zakupuvane-na-oborudvane-po-predvaritelno-definira/>

IV. На 19.01.2017 г. от 11:00 часа, комисията, назначена със Заповед № РД-11-321/27.09.2016 г. (изм. и доп. със Заповед № РД-11-379/09.11.2016 г. и изм. със Заповед № РД-11-435/20.12.2016 г.) на министъра на здравеопазването за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, в състав:

**Председател:**

доц. Марияна Василева, държавен експерт в дирекция „ЗПА“ ;

**Членове:**

д-р Росен Радев, началник отдел „ОК“, дирекция „МД“;

Ваня Миткова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Лъчезар Лазаров, главен юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

Стефка Хлебарова, юрисконсулт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“;

д-р Велимир Симов, началник на отделение за недоносени деца, Първа МБАЛ София ЕАД, гр.София;

Евелина Василкова, държавен експерт в отдел „ОП“, дирекция „НРОПЗ“ /резервен член на комисията, взела участие в работата на комисията на мястото на редовния член доц. д-р Живка Карагьозова, началник отделение „Перинатална медицина“, клиника „Майчин риск“, СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД, гр. София, поради служебна ангажираност на същата/,

пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на единствения участник.

На публичната част на заседанието на комисията, не присъстваха упълномощени представители на участника.

На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

**Предложението на участника е следното:**

1. Ценово предложение на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД по обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса).

НАИМЕНОВАНИЕ	Марка	Количество	Единична стойност в лв. без ДДС	Обща стойност в лв. с ДДС
Лампа за фототерапия	бр.	33	2288,00	75504,00
Лампа за интензивна фототерапия (360 градуса)	бр.	7	7676,00	53732,00
Обща цена на изпълнение на поръчката в лв. без ДДС				129236,00
ДДС				25847,20
Обща цена за изпълнение на поръчката с ДДС				155083,20

Трима от членовете на комисията подписаха ценовото предложение на участника. След извършване на горните действия публичната част от заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане и проверка на ценовото предложение на единствения участник.

Комисията извърши проверка за наличие на необходимата информация в съдържанието и съответствие с условията на възложителя, съгласно раздел III. Съдържание на предложението на участника (Заявление за участие и оферта) от документацията за участие и приложения към нея образец на ценово предложение.

Ценовото предложение е изготвено като е използван образца, приложен към документацията.

Участникът е заявил, че се задължава, ако офертата му бъде приета, да изпълни и предаде договорените количества, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.

Участникът е заявил, че в случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка е съгласен да подпише и представи гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 5% от стойността му без ДДС.

Комисията констатира, че ценовото предложение на „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД отговаря на условията на възложителя, съгласно раздел III. Съдържание на предложението на участника (Заявление за участие и оферта) от документацията за участие и приложения към нея образец на ценово предложение.

След запознаване с ценовото предложение на участника, Комисията пристъпи към оценка на предложението по показателите за оценяване, съгласно критерия за оценка на предложенията – икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерия за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение качество/цена и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка, както следва:

**Показателят К1 „Цена на оборудването“**, оценява ценовата оферта на участника. Участникът, предложил най-ниска цена получава 80 точки. За всички останали участници, точките се формират по следната формула:

$$K1n = \frac{ПЦ \text{ min}}{ПЦ \text{ уч } n} \times 80$$

в която: ПЦ min – най-ниска предложена цена на оборудване; ПЦ уч n – предложена цена на n участник; K1n – оценка в брой точки за съответния участник по показателя.

№	УЧАСТНИК	Показателят К1 „Цена на оборудването“ Точки
1.	„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	80

След извършване на горните действия, Комисията пристъпи към изчисление на комплексната оценка на участника, както следва:

Комплексна оценка на участника по обособена позиция №1

Комплексна оценка (КО) по обособената позиция за всеки от участниците, се формира по следната формула:

$$КО = K1 + K2$$

Максималният брой точки, които участник може да получи по обособената позиция е 100 точки.

Показатели за оценка на предложенията, относителна тежест и максимално възможен брой точки по всеки от тях.

Показател K1 „Цена на оборудването“ с тежест 80 %

Показател K2 „Гаранционен срок“ с тежест 20 %

№	УЧАСТНИК	K1	K2	КО
		ТОЧКИ	ТОЧКИ	ТОЧКИ
1.	„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	80	20	100

В резултат на работата си по разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите предложения за участие и ценови предложения в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Комисията :

**ПРЕДЛАГА:**

Класиране на участника, както следва:

Класиране	ИМЕ НА УЧАСТНИКА	Общо точки
Обособена позиция №1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна фототерапия (360 градуса)		
1-во място	„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	100

За изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 1 да бъде обявен участникът, класиран на първо място.

С извършването на горното класиране, работата на комисията приключи на 27.01.2017г.

Състав на комисията:

Заличено на основание чл.2 от Закона за защита на личните данни.