

## Ivan Buctov

---

**From:** Lyubomir Marchev <selvit@selvitbg.eu>  
**Sent:** 14 юли 2017 г. 15:08  
**To:** Ivan Buctov  
**Subject:** Запитване относно Проект № BG05M9OP001-3.007-0001

Здравейте,

Четейки спецификацията стигаме до следния въпрос ..

В точка Номенклатурна единица 1.5: НАБОРИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА  
ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Искате ларингоскопа да бъде с 1.1. Фиброоптично осветление

Но няколко реда по долу се изисква 1.6. Резервна крушка

Моля да поясните.

С уважение,

--



**Lyubomir Marchev**

*Sales Manager*

**SELVIT BULGARIA LTD**

m: +359 878 666 240

a: Shipka 6 str. 7100 - Byala - Bulgaria

w: [www.selvitbg.eu](http://www.selvitbg.eu) e: [selvit@selvitbg.eu](mailto:selvit@selvitbg.eu)

