



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Изх. № 26-03-4/30.03.2018 год.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Искане за разяснение на основание чл.33 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка, правим следните разяснения:

Въпрос № 1:

По точка 18.4 с монтираното изкуствено осветление в санитарното отделение, ако се постига необходимата осветеност съгласно т. 4.5.6 от стандарт БДС EN 1789:2007 +A2:2014, задължително ли е над носилката да се монтира допълнителна лампа?

Отговор на въпрос № 1:

Да, задължително е.

Въпрос № 2:

По точка 19.3 ако монтираният отоплител на дизелово гориво може да функционира когато линейката не се движи и е включено захранване от електрическа мрежа - 220 V, задължително ли е да се осигури допълнително отопление от електрическа печка - 220 V с термостат (терморегулатор)?

Отговор на въпрос № 2:

Да, задължително е.


КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

