



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на здравеопазването

Изх. № 26-03-20/ 13.11. 2018 год.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл.33 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, включваща 227 обособени позиции

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка, правим следните разяснения:

- В писмения Ви отговор (Ваше писмо №26-03-20/02.11.2018г.), за поз. №177 на въпрос №2 е записано следното: „Остър връх (long shape) означава, че връхчето е с минимален диаметър на долния отвор и плавно намаляващ диаметър по цялата дължина, без коничен край на връхчето.“

За съжаление това разяснение е още по объркващо и изисква отговор на много въпроси:

**Въпрос:**

Как може връхчето да е с минимален диаметър на долния отвор и с плавно намаляващ диаметър по цялата дължина? Колко е диаметъра на долния отвор и до колко (мм.) този диаметър трябва да намалява плавно по цялата дължина на връхчето?

Какво означава „без коничен край на връхчето“, след като всички съществуващи връхчета за автоматични пипети са с конична форма“? Това е невъзможно и защото, всяко тяло с плавно намаляващ се диаметър по цялата му дължина, винаги ще има конична форма (справка от геометрията)?

**Отговор:**

Възложителят няма изискване за диаметъра на отворите на връхчетата, стига те да са съвместими с пипетите тип „Eppendorf“ и тип „Biohit“, както и да са в обема, посочен в документацията на обществената поръчка за обособена позиция №177 в Глава II: „Технически спецификации“, в т.1 „Минимални технически изисквания и количества“ и Приложение №1 към документацията.

**КИРИЛ АНАНИЕВ**

Министър на здравеопазването

