



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на здравеопазването

Изх. № 26-03-23/.....13.11..... 2018 год.

ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл.33 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по обществена поръчка с предмет: „Доставка медицински превозни средства (линейки) тип В с повишена проходимост и със задвижване 4x4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**


Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка, правим следното разяснение:


**Въпрос:**

В техническите спецификации към линейките в т.4 Резервоар посочвате, че той трябва да не е по-малък от 80 литра.

Възложителят би ли приел оферта, в която предложената линейка е оборудвана с резервоар с вместимост 75 литра при условие, че предложеният модел ще бъде нов, с оптимизиран разход на гориво, с който изминатото разстояние би се равнявало на стандартен с 80 литра ?

**Отговор:** Изискването на възложителя е резервоарът на линейките да не е по-малък от 80л. Възложителят няма да приема оферти в които са предложени линейки, чиито резервоари са с вместимост по-малка от 80л.

  
**КИРИЛ АНАНИЕВ**  
Министър на здравеопазването



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВООПАЗВАНЕТО  
2  
\* СОФИЯ \*