

Ирриповенне N. 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
СОФИЯ ФРАНС АУТО АД:

**Обособена позиция I: Линейка за спешна
медицинска помощ, тип В – 185 бр.**

VA

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД



ОБРАЗЕЦ

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“

Настоящото техническо предложение е подадено от: „СОФИЯ ФРАНС АУТО“ АД и подписано от: Надя Иванова Божкова, в качеството ѝ на Изпълнителен директор

Съдържание:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - **неприложимо**
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;
3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
4. Декларация за срока на валидност на офертата;
5. Оторизационно писмо, издадено от упълномощен представител на производителя на линейката в лицето на фирма Трансформа ЕАД, удостоверяващо права за представителство и търговия на участника София Франс Ауто АД.
6. Заверено копие на валиден сертификати за съответствие с Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на базовия автомобил с официален превод;
7. Заверено копие на сертификата от производителя на базовия автомобил за категория М1 с No P014C18 с официален превод;
8. Заверено копие на валиден сертификат за съответствие на ЕО за комплектовани превозни средства с европейско одобрение за серийно производство SC (линейка) като крайно изделие с официален превод;
9. Заверено копие на валиден сертификат за съответствие със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент, издаден на името на производителя на линейката с официален превод;
10. Придружено с превод на български език и заверено от участника:
 - а) копие на ЕС сертификат за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издаден от нотифициран орган на основната носилка;
 - б) копие на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя/ите на медицински изделия (медицинско оборудване и медицинска апаратура) или упълномощен/и негов/и/техни представител/и.
 - в) копие на декларация за съответствие с Директива 98/79/ЕЕС, издадена от производителя/ите на ин витро диагностичните медицински изделия (медицинска апаратура) или упълномощен/и негов/и/техни представител/и (представя се в приложените случаи) - **неприложимо**
10. Официални документи, описания и/или официални каталози на производителя:
 - предоставен каталог на базовия автомобил Пежо Боксер на хартиен носител
 - предоставена инструкция за експлоатация на базовия автомобил Пежо Боксер на CD



Участниците следва да могат да докажат съответствието на технически характеристики на превозните средства с изискванията на възложителя при искане от възложителя.

11. Официални документи, описания и/или официални каталози на производителя/ите на оборудването към линейките.

- предоставен каталог на окоплектован продукт линейка
- предоставен проект на стикерите, съгласно предложение за изпълнение на поръчката

12. Официални документи, описания и/или официални каталози на производителя/ите на медицинското оборудване и медицинската апаратура.

- предоставен сертификат за подово покритие на линейка с официален превод
- предоставен сертификат за облицовка на санитарното отделение с официален превод
- предоставена брошура за седалките с официален превод
- предоставен каталог на носилката и основата на носилката, придружени със сертификат, съгласно директива EN 1865-1:212 с официален превод
- предоставени брошури и декларации за съответствие за медицинско оборудване по II.2 - II.8.1 съгласно предложение за изпълнение на поръчката.

✓ ✓

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД



ОБРАЗЕЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Обособена позиция № 1: Линейка за спешна медицинска помощ, тип В – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/

Настоящото техническо предложение е подадено от: **София Франс Ауто АД** и подписано от: **Надя Иванова Божкова** в качеството му/им на: **Изпълнителен директор**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на изискванията на документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка ще доставим по горепосочената **обособена позиция 1**, 185 броя нови линейки, марка **INTEGRA**, модел **BOX/ INTEGRA JS**, производител на базовия автомобил **Automobiles Peugeot**, производител на линейката **INTEGRA Srl s** с **оторизиран представител за Република България фирма Трансформа ЕАД.**

Декларираме, че линейките ще са фабрично нови, неупотребявани, няма да са използвани за демонстрационни цели, ще са произведени не по-рано от една година от датата на доставката, ще отговарят на изискванията на Закона за движение по пътищата и ще са с характеристики, медицинско оборудване и медицинската апаратура, съответстващи или по-добри от посочените от Възложителя в документацията за участие, а именно:

Технически спецификации / Изисквания	Предложение на София Франс Ауто АД <i>подробни технически характеристики и параметри за предлаганите: линейка, оборудването към нея, медицинското оборудване и медицинска апаратура, съответния производител, модел, както и в кой официален документ на съответния производител и страница /в приложимите случаи/, може да се открие посоченото от участника съответствие.</i>
I. Линейка за спешна медицинска помощ (тип В) – 185 броя.	Линейка за спешна медицинска помощ (тип В) – 185 броя.
1. Шаси:	
1.1. Самоносеща метална конструкция	Самоносеща метална конструкция - <i>приложен каталог на линейка - приложен каталог на линейка за спешна медицинска помощ (тип В)</i>
1.1.1. Минимум 4+1 места.	4+1 места - <i>приложен сертификат за съответствие на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) с официален превод</i>



1.1.2. Максимална височина на окомплектованата линейка - до 3000 mm, измерена на ненатоварен автомобил (без водач, персонал, пациент, съпровождащи лица, антени).	Височина на окомплектованата линейка 2589 mm - измерена на ненатоварен автомобил без водач, персонал, пациент, съпровождащи лица, антени - приложен сертификат за съответствие на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) с официален превод
1.1.3. Максимална дължина до 7000 mm.	Дължина 5413 mm - приложен сертификат за съответствие на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) с официален превод
1.1.4. Максимална ширина (без страничните огледала) до 2500 mm.	Ширина (без страничните огледала) 2050 mm - приложен сертификат за съответствие на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) с официален превод
1.2. Задната част на купето да е оформена като санитарно отделение, в което да могат да се извършват основни медицински дейности.	Задната част на купето е оформена като санитарно отделение, в което да могат да се извършват основни медицински дейности - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
1.3. Пълен достъп до санитарното отделение поне от две места:	Пълен достъп до санитарното отделение поне от две места - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
1.3.1. От дясната страна на линейката през плъзгаща се врата;	От дясната страна на линейката през плъзгаща се врата - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
1.3.2. От задната страна на линейката през врата/врати, осигуряваща/и минимален светъл отвор съответстващ на изискванията на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент). При наличие на две врати същите следва да се отварят минимум на 180 градуса.	От задната страна на линейката през врати, осигуряващи минимален светъл отвор съответстващ на изискванията на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014. Наличие на две врати, като същите се отварят на 180 градуса - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
1.4. Основен цвят: бял.	Основен цвят: бял - приложен сертификат за съответствие на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) с официален превод
1.5. Допълнителен цвят: оранжев.	Допълнителен цвят: оранжев - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
2. Специфични опознавателни знаци:	Специфични опознавателни знаци
2.1. Оранжева, светлоотразяваща лента с 30 cm ширина, чийто горен ръб е на височината на дръжките на страничните врати и опасваща целия автомобил.	Оранжева, светлоотразяваща лента с 30 cm ширина, чийто горен ръб е на височината на дръжките на страничните врати и опасваща целия автомобил - приложени проект на стикерите и каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
2.2. Стикер с изобразена телефонна слушалка по образец съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, разположен върху задната половина на санитарната	Стикер с изобразена телефонна слушалка по образец съгласно Закона за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, разположен върху задната половина на



част, симетрично от двете страни.	санитарната част, симетрично от двете страни - приложени проект на стикерите и каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
2.3. От двете страни на автомобила надпис с главни букви в черен цвят (с височина 20 cm и дебелина на линията 2 cm) „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“.	От двете страни на автомобила надпис с главни букви в черен цвят (с височина 20 cm и дебелина на линията 2 cm) „СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ - приложени проект на стикерите и каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
2.4. Огледално обърнат надпис в черен цвят „ЛИНЕЙКА“ върху предния капак.	Огледално обърнат надпис в черен цвят „ЛИНЕЙКА“ върху предния капак - приложени проект на стикерите и каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
3. Двигател:	Двигател
3.1. Четиритактов дизелов двигател, използващ като система за управление на впръскването на горивото акумулиращата горивна система с високо налягане (горивна система с хидроакумулатор за високо налягане) или бензинов двигател.	Четиритактов дизелов двигател, използващ като система за управление на впръскването на горивото акумулиращата горивна система с високо налягане. – приложен сертификат за съответствие на базов автомобил с официален превод
3.2. Мощност: осигуряваща ускорение на линейката, натоварена до максималната разрешена пълна маса в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент), но не по-малка от 95 KW.	Мощност: осигуряваща ускорение на линейката, натоварена до максималната разрешена пълна маса в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 - 96 KW - приложен сертификат за съответствие на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) с официален превод
3.3. Да отговаря на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за Евро 6	Отговаря на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за Евро 6 - приложен сертификат за съответствие на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) с официален превод
3.4. Разходът на гориво да бъде посочен в l/100 km за автомобил, като данните са съобразно данните за разход на гориво: - посочени в сертификата за съответствие на базовия автомобил; при максимално разрешена маса на линейката.	Разходът на гориво е посочен в l/100 km за автомобил, като данните са съобразно данните за разход на гориво: - посочени в сертификата за съответствие на базовия автомобил – 6.2 l / 100km - приложен сертификат за съответствие на базовия автомобил с официален превод - при максимално разрешена маса на линейката – 6.2 l / 100km. приложен сертификат за съответствие на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) с официален превод
4. Резервоар: не по-малък от 80 l.	Резервоар 90 l –приложен електронен носител с ръководство за експлоатация BU. 17BOX.0840 Резервоар за гориво и линк http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/modeles/boxer/eGuide_boxer_boxer_ed01-17/pdfs/9999_9999_150_bg-BG.pdf
5. Охладителната система да осигурява:	Охладителната система осигурява
5.1. Нормална и непрекъсната работа на двигателя	Нормална и непрекъсната работа на двигателя при



при температура на въздуха (околната среда) от -20 до +40 °С.	температура на въздуха (околната среда) от -20 до +40 °С. - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
5.2. Отопление на шофьорската кабина и регулиране на температурата и количеството на влизания въздух.	Отопление на шофьорската кабина и регулиране на температурата и количеството на влизания въздух - Отопление/климатик с ръчно управление - приложен електронен носител с ръководство за експлоатация ВU. 17ВОХ.0840 и линк http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/modeles/boxer/eGuide_boxer_boxer_ed01-17/pdfs/9999_9999_150_bg-BG.pdf
6. Волан (кормило):	Волан
6.1. Да е разположен от лявата страна на автомобила и да е със сервоусилвател.	Разположен от лявата страна на автомобила и е със сервоусилвател с променливо усилие - приложен каталог на базовия автомобил и линк http://media.peugeot.bg/file/34/7/brochure-boxer.117347.pdf
6.2. Да е самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер.	Самоблокиращ се при изваждане на контактния ключ с вграден имобилайзер - приложен електронен носител с ръководство за експлоатация ВU. 17ВОХ.0840 и линк http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/modeles/boxer/eGuide_boxer_boxer_ed01-17/pdfs/9999_9999_150_bg-BG.pdf
6.3. Наличие на енергопоглъщаща структура.	Наличие на енергопоглъщаща структура - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
6.4. Регулируема подвижна кормилна колона.	Регулируема подвижна кормилна колона - приложен електронен носител с ръководство за експлоатация ВU. 17ВОХ.0840 и линк http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/modeles/boxer/eGuide_boxer_boxer_ed01-17/pdfs/9999_9999_150_bg-BG.pdf
7. Колесна формула: 4x2 предно/задно предаване.	4x2 предно - приложен сертификат за съответствие на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) с официален превод
8. Предавателна (скоростна) кутия: механична минимум 5-степенна (5+1 задна скорост)/автоматична.	Механична 6-степенна (6+1 задна скорост) приложен каталог на базов автомобил и линк http://media.peugeot.bg/file/34/7/brochure-boxer.117347.pdf
9. Гуми:	Гуми
9.1. Радиални, безкамерни – с размер на джантите не по-малък от 15 цола. Точният размер на гумите, трябва да бъде в съответствие със спецификацията на производителя.	Радиални, безкамерни – с размер на джантите 15 цола. Точният размер на гумите е в съответствие със спецификацията на производителя – посочен в приложен сертификат за съответствие на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) с официален превод
10. Предни фарове против мъгла – 2 броя.	Предни фарове против мъгла – 2 броя - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)



11. Окачването да бъде от следния вид:	Окачването е от следния вид
11.1. Предно, независимо, с газови или комбинирани амортизори.	Предно независимо с комбинирани амортизори - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
11.2. Задно, стандартно монтирано от производителя, съобразено за превоз на пътници и отговарящо на категория М1.	Задно, стандартно монтирано от производителя, съобразено за превоз на пътници и отговарящо на категория М1 – приложен сертификат от производителя на базовия автомобил No P014C18 с официален превод
12. Спирачната уредба (система) да бъде:	Спирачната уредба (система):
12.1. Независима двукръгова, със сервоусилвател.	Независима двукръгова, със сервоусилвател – приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
12.2. С предни дискови и задни дискови или барабанни спирачки.	С предни дискови /вентилирани/ и задни дискови спирачки - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
12.3. Да разполага с ABS (антиблокиращата система).	Разполага с ABS (антиблокиращата система) – приложени каталог на базов автомобил и линк http://media.peugeot.bg/file/34/7/brochure-boxer.117347.pdf и каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
12.4. Да разполага с ESP (система за контрол на стабилността) или еквивалент.	Разполага с ESP (система за контрол на стабилността) – приложени каталог на базов автомобил и линк http://media.peugeot.bg/file/34/7/brochure-boxer.117347.pdf и каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13. Електрическа инсталация - да съответства на изискванията на IEC 60364-7-708 (или еквивалент), които са приложими за линейки (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към електрическата уредба (система) на базовия автомобил от одобрен тип, покрита от неговото типово одобрение) и да е:	Електрическа инсталация - съответства на изискванията на IEC 60364-7-708 (или еквивалент), които са приложими за линейки (Позоваването на IEC 60364-7-708 не е приложимо към електрическата уредба (система) на базовия автомобил от одобрен тип, покрита от неговото типово одобрение) и е:
13.1. 12V с минус на обща маса.	12V с минус на обща маса - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13.2. С минимум два броя акумулатори (един от които за санитарното отделение) и алтернатор, които да отговарят на изискванията на т. 4.3.3 от БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент) за линейка тип В.	С два броя акумулатори (един от които за санитарното отделение) и алтернатор, които отговарят на изискванията на т. 4.3.3 от БДС EN 1789:2007+A2:2014 за линейка тип В - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13.3. Допълнителната електрическа система, приспособена към базовия модел да е отделна от базовата електросистема и корпуса на шасито (купето) да не се използва за заземяване на допълнителните инсталации.	Допълнителната електрическа система, приспособена към базовия модел е отделна от базовата електросистема и корпуса на шасито (купето) и не се използва за заземяване на допълнителните инсталации - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13.4. Всички електрически вериги да са добре определени с ясно маркирани кабели и щепселните	Всички електрически вериги са добре определени с ясно маркирани кабели и щепселните кутии на



кутии на електрозахранващите системи с различно напрежение да не са взаимозаменяеми.	електрозахранващите системи с различно напрежение не са взаимозаменяеми - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13.5. Всички електрически вериги в допълнителната електрическа система да имат отделен предпазител за претоварване.	Всички електрически вериги в допълнителната електрическа система имат отделен предпазител за претоварване - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13.6. Предпазителите за електрическата система на линейката и за допълнително монтираното оборудване трябва да са групирани в едно табло.	Предпазителите за електрическата система на линейката и за допълнително монтираното оборудване са групирани в едно табло - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13.7. Допълнителната електрическа система да бъде така конструирана и монтирана, че да компенсират прекъсване на електрическото захранване и да подават приоритетно захранване за осветлението и медицинската апаратура.	Допълнителната електрическа система е така конструирана и монтирана, че компенсират прекъсване на електрическото захранване и подават приоритетно захранване за осветлението и медицинската апаратура - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13.8. Да се предвиди допълнителен ключ маса, който да е монтиран в близост до мястото на шофьора.	Допълнителен ключ маса, който е монтиран в близост до мястото на шофьора - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13.9. Да има вградени два инвертора в медицинския отсек ~220 V/50 Hz AC (променливо напрежение) до 12 V DC (постоянно напрежение) и от 12 V DC (постоянно напрежение) до ~220 V/50 Hz AC (променливо напрежение), всеки с мощност по 1000 W.	Има вградени два инвертора в медицинския отсек ~220 V/50 Hz AC (променливо напрежение) до 12 V DC (постоянно напрежение) и от 12 V DC (постоянно напрежение) до ~220 V/50 Hz AC (променливо напрежение), всеки с мощност по 1000 W - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13.10. Да има водоустойчив захранващ контакт ~220 V, монтиран на левият борд на автомобила, в близост до шофьорската врата, който да служи за включване на захранващо устройство към мрежата ~220 V, когато линейката не се движи и дава възможност чрез външното захранване да се извършва: - зареждане на акумулаторите; - работа на медицинските изделия; - работа на отоплителя в санитарното отделение; - работа на подгревателя на двигателя (когато такъв е наличен).	Наличие на водоустойчив захранващ контакт ~220 V, монтиран на левия борд на автомобила, в близост до шофьорската врата, който служи за включване на захранващо устройство към мрежата ~ 220 V, когато линейката не се движи и дава възможност чрез външното захранване да се извършва: - зареждане на акумулаторите; - работа на медицинските изделия; - работа на отоплителя в санитарното отделение; - работа на подгревателя на двигателя (когато такъв е наличен) - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13.11. Да има захранващо устройство, осигуряващо зареждане на акумулаторите от мрежата ~220 V при спрял автомобил. Същото да е с възможност да подава захранване за 12 V акумулатори с автоматична или ръчно регулиране на зарядния ток до 10 A.	Има захранващо устройство, осигуряващо зареждане на акумулаторите от мрежата ~220 V при спрял автомобил. Същото е с възможност да подава захранване за 12 V акумулатори с автоматична или ръчно регулиране на зарядния ток до 10 A - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)



13.12. Когато линейката е включена към мрежа ~220 V стартера да се блокира автоматично и да не е възможно потеглянето от място.	Когато линейката е включена към мрежа ~220 V стартера се блокира автоматично и не е възможно потеглянето от място - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
13. Захранването ~220 V да е защитено при ток от утечка към масата (шасито, купето) с предпазител от 30 mA, или чрез разделящ трансформатор.	Захранването ~220 V е защитено при ток от утечка към масата (шасито, купето) с предпазител от 30 mA, или чрез разделящ трансформатор - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
14. Шофьорска кабина:	Шофьорска кабина
14.1. Да е отделена от санитарното отделение, чрез твърда отвесна преграда съответстваща на изискванията определени в раздел 4.4.4. от БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент), с плъзгащ се прозорец/и, който да позволява/т пряк визуален контакт с шофьора, безопасен/и срещу самоотваряне с възможност за затъмняване.	Отделена от санитарното отделение, чрез твърда отвесна преграда съответстваща на изискванията определени в раздел 4.4.4. от БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент), с плъзгащ се прозорец, който да позволява пряк визуален контакт с шофьора, безопасен срещу самоотваряне с възможност за затъмняване - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
14.2. Седалката на шофьора плюс една двойна/две единични седалка/и отпред.	Седалката на шофьора плюс една двойна седалка отпред - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
14.2.1. Седалките да са снабдени с инерционни триточкови безопасителни колани.	Седалките са снабдени с инерционни триточкови безопасителни колани - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
14.3. Одобрено от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката на водача, да не се намаляват.	Одобрено от производителя на базовия модел автомобил ергономично пространство в шофьорската кабината и регулиране на седалката на водача не се намаляват - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
14.4. Въздушни възглавници: не по-малко от две (за шофьора и за пътниците до него).	Въздушни възглавници: две (за шофьора и за пътниците до него) - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
14.5. Електрическо задвижване на страничните стъкла на шофьорската кабина и отопляеми странични огледала.	Електрическо задвижване на страничните стъкла на шофьорската кабина и отопляеми странични огледала - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
15. Друга окомплектовка:	Друга окомплектовка
15.1. Подвижна лампа, с възможност за монтиране на стойка (поставка) пред дясната седалка с мощност на светлинния източник над 50 W, или еквивалентна и 12 V куплунг за включване на лампата.	Подвижна лампа, с възможност за монтиране на стойка (поставка) пред дясната седалка с мощност на светлинния източник над 50 W, и 12 V куплунг за включване на лампата - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
15.2. Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали.	Блок за контрол и управление на специалните звукови и светлинни сигнали - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
15.3. Пожарогасител сух тип, над 2.5 kg.	Пожарогасител сух тип, 3 kg



15.4. Климатик/климатроник в шофьорската кабина и в санитарното отделение с възможност за управление от шофьорската кабина.	Климатик в шофьорската кабина и в санитарното отделение с възможност за управление от шофьорската кабина - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
15.5. На арматурното табло трябва да има извод (+12 V и маса) за захранване директно от акумулатора на автомобила на допълнително оборудване на автомобила.	На арматурното табло има извод (+12 V и маса) за захранване директно от акумулатора на автомобила на допълнително оборудване на автомобила - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
16. Санитарно отделение:	Санитарно отделение
16.1. Да съответства на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент) за линейка тип В.	Съответства на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент) за линейка тип В - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) и сертификат за съответствие на линейката с официален превод
16.2. Линейката да е оборудвана със система за централно заключване на всички врати. Отварянето и затварянето на вратите да е възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата да се заключва и отключва отвътре без ключ. Да позволява отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. Системата за централно заключване да позволява независимо от шофьорската кабина отключване и заключване на санитарното отделение. Вратите на санитарното отделение да могат да се задържат в отворено положение. Звуков сигнал да предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила. Линейката да е окомплектована с минимум два оригинални ключа.	Линейката е оборудвана със система за централно заключване на всички врати. Отварянето и затварянето на вратите е възможно както отвътре, така и отвън. Всяка врата се заключва и отключва отвътре без ключ. Позволява отключване отвън с ключ в случай на заключена отвътре врата. Системата за централно заключване позволява независимо от шофьорската кабина отключване и заключване на санитарното отделение. Вратите на санитарното отделение могат да се задържат в отворено положение. Звуков сигнал предупреждава шофьора в случай на недобре затворена врата по време на движение на автомобила. Линейката е окомплектована с минимум два оригинални ключа - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
16.3. Санитарното отделение да е оборудвано с одобрен тип седалки и безопасителни колани поне за двама души.	Санитарното отделение е оборудвано с одобрен тип седалки и безопасителни колани поне за двама души - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) и каталог за седалки с официален превод
16.4. Седалките да са разположени по следния начин: едната откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката с възможност за движение в две положения: по посока на движението и завъртане на 90° към носилката, а другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент.	Седалките са разположени по следния начин: едната откъм страната на носилката, приблизително на 2/3 от дължината на носилката откъм краката с възможност за движение в две положения: по посока на движението и завъртане на 90° към носилката, а другата откъм главата на носилката за улесняване на манипулациите върху лежащия на носилката пациент - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)



16.5. Санитарното отделение да е тапицирано с материал, който е устойчив на механични и химични повреди и позволява лесно почистване чрез използване на течни миелци препарати.	Санитарното отделение е тапицирано с материал, който е устойчив на механични и химични повреди и позволява лесно почистване чрез използване на течни миелци препарати - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) и сертификат за облицовка на санитарното отделение с официален превод
16.6. Съгласно ISO 3795 (или еквивалент) степента на горене на всички материали от интериора при тестване да е по-малка от 100 mm/min.	Съгласно ISO 3795 (или еквивалент) степента на горене на всички материали от интериора при тестване е по-малка от 100 mm/min- приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) и сертификат с официален превод
16.7. Всички съоръжения в санитарното отделение, които се намират на височина над 700 mm трябва да са със заоблени краища.	Всички съоръжения в санитарното отделение, които се намират на височина над 700 mm са със заоблени краища - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
16.8. При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове на всички съоръжения, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. да е не по-малък от 2,5 mm, освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 mm измерено от панела. В този случай минималният радиус на извивката да не се прилага, ако ръбовете са заоблени и извивката не е по-голяма от половината от широчината ѝ. Забележка: <i>Остър външен ръб се определя като ръб от твърд материал, чийто радиус на извивка е по-малък от 2,5 mm в радиус.</i>	При нормална употреба, радиусът на извивката на външни ръбове на всички съоръжения, които могат да влязат в контакт с ръцете, краката, главата и т.н. е не по-малък от 2,5 mm, освен ако изпъкването е по-малко от 3,2 mm измерено от панела. - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
16.9. Ръбовете на тавана, вътрешните странични стени и вратите на санитарното отделение да са конструирани и/или уплътнени по начин, който не позволява инфилтриране на течности.	Ръбовете на тавана, вътрешните странични стени и вратите на санитарното отделение са конструирани и уплътнени по начин, който не позволява инфилтриране на течности - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
16.10. Подовото покритие да осигурява добро сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност. Подовото покритие да е трайно и да позволява лесно почистване. Ако подът не позволява оттичане на течности, трябва да се осигурят един или два дренажни отвора. Подовото покритие трябва да бъде постоянно и да покрива цялата дължина и ширина на помещението; то трябва да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 mm. Покритието трябва да бъде най-малко на 75 mm, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените.	Подовото покритие осигурява добро сцепление за обслужващия включително при влажна повърхност. Подовото покритие е трайно и позволява лесно почистване. Подът позволява оттичане на течности. Подовото покритие е постоянно и покрива цялата дължина и ширина на помещението; то ще да бъде без шевове, едно парче, не по-тънко 1,5 mm. Покритието ще бъде най-малко на 75 mm, като краят е антикорозионен и плътно прилепен за стените - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) и сертификат за подово покритие на линейка с официален превод
16.11. В санитарното отделение в близост до поставките за оборудване да са монтирани четири 12	В санитарното отделение в близост до поставките за оборудване са монтирани четири 12 V контакта



<p>V контакта за захранване на медицинското оборудване и още три ~220 V стенни контакта тип "Шуко". Контактите на електрическите системи с различен волтаж да са различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC (постоянно напрежение) захранващи куплунги да съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка.</p>	<p>за захранване на медицинското оборудване и още три ~220 V стенни контакта тип "Шуко". Контактите на електрическите системи с различен волтаж са различни, така че да не се допуска погрешно включване на уредите. 12V DC (постоянно напрежение) захранващи куплунги съответстват на стандарта на куплунга за захранване на електрическата запалка - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)</p>
<p>16.12. Да има две шкафчета с чекмеджета, с общ обем не по-малко от 145 литра и поставки подходящи за медицинската апаратура, медикаменти и консумативи разположени на подходящо място така, че да са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката.</p>	<p>Наличие на две шкафчета с чекмеджета, с общ обем не по-малко от 145 литра и поставки подходящи за медицинската апаратура, медикаменти и консумативи разположени на подходящо място така, че са лесно достъпни при манипулирането на пациент лежащ върху носилката. - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)</p>
<p>16.13. Шкафчета и чекмеджетата да са защитени от самоотваряне, да имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят нагоре така че да могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти да се заключва автоматично.</p>	<p>Шкафчета и чекмеджетата са защитени от самоотваряне, имат подходящи заключалки на вратите, които се отварят така че могат да се застопоряват в отворено положение. Шкафчето с медикаменти се заключва автоматично - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)</p>
<p>16.14. В санитарното отделение да има монтирани над носилката два броя поставки за закрепване на инфузионни бутилки.</p>	<p>В санитарното отделение има монтирани над носилката два броя поставки за закрепване на инфузионни бутилки. - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)</p>
<p>16.15. В санитарното отделение да има два броя дръжки, една която се намира над носилката по надлъжната ѝ ос и друга при страничната врата, която да подпомага влизането в линейката.</p>	<p>В санитарното отделение има два броя дръжки, една която се намира над носилката по надлъжната ѝ ос и друга при страничната врата, която подпомага влизането в линейката - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)</p>
<p>17. Естествено осветление:</p>	
<p>17.1. Страничните и задни прозорци да са покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината им.</p>	<p>Страничните и задни прозорци са покрити с непрозрачно фолио на две-трети от височината им - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)</p>
<p>18. Изкуствено осветление:</p>	
<p>18.1. Да осигурява достатъчна осветеност в санитарното отделение, съгласно т. 4.5.6 от стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент) за линейка тип В.</p>	<p>Осигурява достатъчна осветеност в санитарното отделение, съгласно т. 4.5.6 от стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 за линейка тип В - - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) и сертификат за съответствие на линейката с официален превод</p>
<p>18.2. Да има две различни степени на интензивност на осветлението и да се включва автоматично при отваряне на задната/ите или странична врати на санитарното отделение.</p>	<p>Наличие на две различни степени на интензивност на осветлението и се включва автоматично при отваряне на задните или странична врати на санитарното отделение - приложен каталог на</p>



	линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
18.3. Да има възможност за ръчно включване и изключване на изкуственото осветление, чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарното отделение.	Възможност за ръчно включване и изключване на изкуственото осветление, чрез превключвател, разположен на подходящо място в санитарното отделение - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
18.4. Над носилката да е монтирана лампа осигуряваща необходимата осветеност съгласно т. 4.5.6. от стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент).	Над носилката е монтирана лампа осигуряваща необходимата осветеност съгласно т. 4.5.6. от стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) и сертификат за съответствие на линейката с официален превод
19. Отопление:	Отопление:
19.1. Отоплителната система да отговаря на т. 4.5.5.1 от стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент) за линейка тип В.	Отоплителната система отговаря на т. 4.5.5.1 от стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 за линейка тип В - - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В) и сертификат за съответствие на линейката с официален превод
19.2. Да се осигурява от климатроник/климатик и автономен отоплителен източник за санитарното помещение.	Осигурява се от климатик и автономен отоплителен източник за санитарното помещение. - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
19.3. Когато линейката не се движи и е включено захранване от електрическа мрежа ~220 V, отоплението да се осигурява от електрическа печка ~220 V с термостат (терморегулатор).	Когато линейката не се движи и е включено захранване от електрическа мрежа ~220 V, отоплението се осигурява от електрическа печка ~220 V с термостат (терморегулатор). - приложен каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
19.4. Печката да е инсталирана в санитарното отделение.	Печката е инсталирана в санитарното отделение. - приложени каталог на линейката за спешна медицинска помощ (тип В)
20. Охладителна система да съответства на т. 4.5.5.2 от БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент).	Охладителна система съответства на т. 4.5.5.2 от БДС EN 1789:2007+A2:2014 - приложен сертификат за съответствие на линейката с официален превод
21. Вентилационна система да съответства на т. 4.5.4.1 БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент).	Вентилационна система съответства на т. 4.5.4.1 БДС EN 1789:2007+A2:2014 - приложен сертификат за съответствие на линейката с официален превод
21.1. Да осигурява минимум 20-кратен обмен на въздуха за час, когато линейката не е в движение.	Осигурява минимум 20-кратен обмен на въздуха за час, когато линейката не е в движение
21.2. Да бъде двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща).	Двупосочна (както нагнетателна, така и изсмукваща)
21.3. Да се управлява от превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията, които да са в едно командно табло на лесно достъпно място.	Управлява се от превключвателите за контрол на отоплението, охлаждането, осветлението, вакуумната помпа и вентилацията, които са в едно командно табло на лесно достъпно място
22. Специална сигнализация:	Специална сигнализация:
22.1. Две сини сигнални лампи излъчващи импулсна /мигаща/ светлина, поставени в предната част на покрива на линейката, симетрично на	Две сини сигнални лампи излъчващи импулсна /мигаща/ светлина, поставени в предната част на покрива на линейката, симетрично на надлъжната



надлъжната ос. Отзад на средната линия по протежение на линейката да е разположен трети светлинен източник, идентичен на първите два. Излъчваната светлина да е с достатъчна интензивност. Допуска се монтирането на двете предни сигнални лампи да е в един панел със сирената по т. 23.	ос. Отзад на средната линия по протежение на линейката е разположен трети светлинен източник, идентичен на първите два. Излъчваната светлина е с достатъчна интензивност.
22.2. Две сини допълнителни светлини да са инсталирани отпред на бронята на колата и да излъчват импулсна /мигаща/ светлина.	Две сини допълнителни светлини са инсталирани отпред на бронята на колата и излъчват импулсна /мигаща/ светлина
22.3. Две мигащи оранжеви светлини, монтирани в задната част на покрива на линейката, с функция независима от тази на сините светлини, които да се включват при отваряне на задните врати.	Две мигащи оранжеви светлини, монтирани в задната част на покрива на линейката, с функция независима от тази на сините светлини, които се включват при отваряне на задните врати
23. Сирена:	Сирена:
23.1. Да е битонална, електромагнитна, с мощност не по-малка от 80 W, монтирана така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Силата на звука да може да се регулира от пулт монтиран в шофьорската кабина. Допуска се монтирането на сирената в един панел с двете предни сигнални лампи по т. 22.1.	Битонална, електромагнитна, с мощност 100 W, монтирана така, че издавания от нея звук да бъде насочен напред. Силата на звука може да се регулира от пулт, монтиран в шофьорската кабина.
24. Друга окомплектовка:	Друга окомплектовка
24.1. Обезопасителни триъгълници - 2 бр., апгечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата)	Обезопасителни триъгълници - 2 бр., апгечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата)
24.2. Комплект ключове, резервно колело, идентично на монтираните на автомобила, комплект инструменти за смяна на колелата и др. съгласно изискванията на производителя, като достъпа до тях е осигурен извън санитарното отделение.	Комплект ключове, резервно колело, идентично на монтираните на автомобила, комплект инструменти за смяна на колелата и др. съгласно изискванията на производителя, като достъпа до тях е осигурен извън санитарното отделение
24.3. Въже за теглене – 1бр.	Въже за теглене – 1бр
24.4. Кабел за външно захранване ~220 V-20 m.	Кабел за външно захранване ~220 V-20 m

Медицинско оборудване към линейката

II.Оборудване за пренасяне на пациент (БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент)	Оборудване за пренасяне на пациент (БДС EN 1789:2007+A2:2014
1.Основна носилка/шаси на носилка (съобразена със стандарт БДС EN 1865 или еквивалент) – 1 бр:	Основна носилка/шаси на носилка (съобразена със стандарт БДС EN 1865) – 1 бр: сертификат за съответствие със стандарт EN 1865 с официален превод
1.1. Да е с размери: дължина от 1900 mm до 1970 mm и широчина от 550 mm до 570 mm, измерени от най-външните краища.	Размери: дължина 1920 mm и широчина 570 mm, измерени от най-външните краища - приложен каталог за носилката с официален превод
1.2. Носещият капацитет на носилката трябва да бъде не по-малко от 180 kg.	Носещият капацитет на носилката е 250 kg. - приложен каталог за носилката с официален превод
1.3. Необходимо е облегалката да е регулируема от 0° до 70° или повече.	Облегалката да е регулируема от 0° до 70° - приложен каталог за носилката с официален превод
1.4. Пациентът да може да се позиционира в	Пациентът може да се позиционира в антишокова



антишокова позиция Тренделенбург.	позиция Тренделенбург. - приложен каталог за носилката с официален превод
1.5. Носилката да има четири сгъваеми колела с диаметър над 100 mm, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек.	Носилката има четири сгъваеми колела с диаметър 200 mm, които падат при изваждане на носилката от линейката и позволяват лесно боравене само с усилията на един човек. - приложен каталог за носилката с официален превод
1.6. Да има въртящи се на 360° колела откъм краката и две от колелата да са снабдени с крачна спирачка (стандарт БДС EN 1865 или еквивалент).	Има въртящи се на 360° колела откъм краката и две от колелата да са снабдени с крачна спирачка - приложен каталог за носилката с официален превод и сертификат за съответствие със стандарт EN 1865 с официален превод
1.7. От двете широки страни носилката да има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката да не е хлъзгаво и да позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати и да е устойчиво на почистване с дезинфекционни препарати;	От двете широки страни носилката има предпазни сгъваеми перила, а покритието на носилката не е хлъзгаво и позволява лесно и пълно почистване с миещи препарати и е устойчиво на почистване с дезинфекционни препарати; - приложен каталог за носилката с официален превод
1.8. Носилката не трябва да тежи повече от 45 kg (стандарт БДС EN 1865 или еквивалент).	Носилката тежи 43 kg - приложен каталог за носилката с официален превод сертификат за съответствие със стандарт EN 1865 с официален превод
1.9. Окомплектовка на носилката:	
1.9.1. Анатомичен матрак с херметичен шев, антибактериален и огнеупорен, устойчив на почистване с дезинфекционни препарати;	Анатомичен матрак с херметичен шев, антибактериален и огнеупорен, устойчив на почистване с дезинфекционни препарати; - приложен каталог за носилката с официален превод
1.9.2. Не по-малко от два броя обезопасителни колана, вкл. един гръден колан, със светлоотразително покритие.	Има два броя обезопасителни колана, вкл. един гръден колан, със светлоотразително покритие. - приложен каталог за носилката с официален превод
1.10. Носилката да е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването.	Носилката е снабдена с оригинален заключващ механизъм от производителя на оборудването
1.11. Носилката да се монтира върху електрическа/механична платформа/маса, съответстваща на изискванията на стандарт БДС EN 1865-5:2012 (или еквивалент).	Носилката се монтира върху електрическа/механична платформа/маса, съответстваща на изискванията на стандарт БДС EN 1865-5:2012 - приложен каталог за носилката с официален превод
1.12. Платформата трябва да осигурява движения в посока нагоре и надолу, да бъде от неръждаема стомана и да държи здраво най-широко разпространените модели носилки.	Платформата осигурява движения в посока нагоре и надолу, изработена е от неръждаема стомана и държи здраво предложената носилка по т. 1 - приложен каталог за носилката с официален превод
1.13. Контролните механизми на платформата да са монтирани на контролно табло или на друго подходящо за боравене място.	Контролните механизми на платформата са монтирани на контролно табло, разположено от страни на платформата - приложен каталог за носилката с официален превод




<p>1.14. При вкарване в линейката горният край на носилката трябва да е разположен на минимум 40 cm от нивото на пода и на не по-малко от 110 cm от тавана, работната височина на носилката да е съобразена със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент).</p>	<p>При вкарване в линейката горния край на носилката е разположен на над 40 cm от нивото на пода и на повече от 110 cm от тавана, работната височина на носилката да е съобразена със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 - приложен каталог за носилката с официален превод</p>
<p>2.Гръбначна носилка за пациенти с травми на гръбначния стълб тип „гръбначна“ комплект за деца и възрастни (съобразена със стандарт БДС EN 1865 (или еквивалент)) – 1 бр.</p>	<p>Гръбначна носилка за пациенти с травми на гръбначния стълб тип „гръбначна“ комплект за деца и възрастни (съобразена със стандарт БДС EN 1865) – 1 бр. Гръбначна носилка, модел B-bak PIN, Spencer Italia S.r.l. – приложена брошура от една страница за B-bak PIN</p>
<p>2.1. Да е закрепена на лесно достъпно място.</p>	<p>Ще е закрепена на лесно достъпно място</p>
<p>2.2. Да има здрава лека конструкция, проницаема за рентгенови лъчи и по-лека от водата.</p>	<p>Има здрава лека конструкция, проницаема за рентгенови лъчи и по-лека от водата: приложена брошура от една страница за B-bak PIN</p>
<p>2.3. Всяка от дългите страни на носилката да е оборудвана с не по-малко от три ръкохватки и с не по-малко от две ръкохватки откъм страната на главата и на краката.</p>	<p>Всяка от дългите страни на носилката е оборудвана с пет ръкохватки и с две ръкохватки откъм страната на главата и на краката: приложена брошура от една страница за B-bak PIN.</p>
<p>2.4. Носилката да е снабдена с минимум три броя сертифицирани обезопасителни колани.</p>	<p>Носилката е снабдена с три броя сертифицирани обезопасителни колани: приложена брошура от една страница за колани K-belt.</p>
<p>2.5. Покритието на носилката да позволява лесно и пълно почистване с течни миешки препарати и да е устойчиво на почистване с дезинфекционни препарати.</p>	<p>Покритието на носилката позволява лесно и пълно почистване с течни миешки препарати и е устойчиво на почистване с дезинфекционни препарати: приложена брошура от една страница за B-bak PIN.</p>
<p>2.6. Задължителна окомплектовка: светлоотразителна система тип „паяк“ за завързване на пациента за възрастни, педиатрична светлоотразителна система тип „паяк“ за завързване на педиатрични пациенти с цветово кодирана мерителна лента за измерване височината на детето, универсален имобилизатор за глава за деца и възрастни, монтажен комплект съобразен със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент).</p>	<p>Окомплектовка: светлоотразителна система тип „паяк“ модел Reflex Straps за завързване на пациента за възрастни, педиатрична светлоотразителна система тип „паяк“ модел RSP за завързване на педиатрични пациенти с цветово кодирана мерителна лента за измерване височината на детето, универсален имобилизатор за глава за деца и възрастни модел Super, монтажен комплект модел Fix Board съобразен със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014: брошури от една страница за Reflex Straps, RSP, Super и Fix Board, приложен сертификат на ECO Certificazioni № 714-190-08-15 от 03.08.2015г.</p>
<p>3. Сгъваема носилка тип "столче" за транспортиране на болни (съобразена със стандарт БДС EN 1865 или еквивалент) – 1 бр..</p>	<p>Сгъваема носилка тип "столче" за транспортиране на болни (съобразена със стандарт БДС EN 1865) – 1 бр. Сгъваема носилка тип "столче", модел 4BELL Stair, Spencer Italia S.r.l., приложен сертификат на ECO Certificazioni № 714-207-10-16 от 31.10.2016г.</p>
<p>3.1. Да е с четири колела, като предните две да са</p>	<p>С четири колела, като предните две са</p>



автопозициониращи се, със спирачки поне на две от колелата.	автопозициониращи се, със спирачки на две от колелата: приложена брошура от една страница за 4BELL Stair	✓
3.2. Откъм гърба на стола да има плъзгачи чрез които един оператор да може да слиза по стълби с натоварен на стола пациент.	Откъм гърба на стола има плъзгачи чрез които един оператор да може да слиза по стълби с натоварен на стола пациент: приложена брошура от една страница за 4BELL Stair	✓
3.3. По две дръжки отпред и отзад за носене на стола от двама души.	По две дръжки отпред и отзад за носене на стола от двама души: приложена брошура от една страница за 4BELL Stair	✓
3.4. Сгъваема опора за краката.	Сгъваема опора за краката: брошура от една страница за 4BELL Stair	✓
3.5. Мека облегалка за гърба	Мека облегалка за гърба: приложена брошура от една страница за 4BELL Stair	✓
3.6. Покритието да позволява лесно и пълно почистване с течни миелци препарати и да е устойчиво на почистване с дезинфекционни препарати.	Покритието позволява лесно и пълно почистване с течни миелци препарати и да е устойчиво на почистване с дезинфекционни препарати: приложена брошура от една страница за 4BELL Stair	✓
3.7. Максималното и тегло да е под 15 kg., а товароподемността над 150 kg.	Тегло 14.5 kg., а товароподемността е 180 kg: приложена брошура от една страница за 4BELL Stair	✓
3.8. Интегрирани обезопасителни колани.	Интегрирани обезопасителни колани: приложена брошура от една страница за 4BELL Stair	✓

4.Оборудване за имобилизация (БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент)	Оборудване за имобилизация (БДС EN 1789:2007+A2:2014)	
4.1. Устройство за изтегляне на хора, блокирани при катастрофи – 1 бр.	Устройство за изтегляне на хора, блокирани при катастрофи – 1 бр. модел SED Spencer Italia S.r.l.: приложена брошура от една страница за SED	✓

5. Стационарен кислород/кислородна инсталация (съобразена със стандарт БДС EN ISO 9170-1:2009 или еквивалент и глава 6.3.8 на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент)	Стационарен кислород/кислородна инсталация (съобразена със стандарт БДС EN ISO 9170-1:2009 и глава 6.3.8 на стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014) Стационарен кислород/кислородна инсталация, модел „Oxygen distribution line”, Spencer Italia S.r.l.	✓
5.1. Да разполага със закрепени към автомобила два броя бутилки за сгъстен кислород, със спирателен кран, с обем най-малко 10 литра всяка.	Разполага със закрепени към автомобила два броя бутилки за сгъстен кислород, със спирателен кран, с обем 10 литра всяка: приложена брошура от една страница за Oxygen distribution line	✓
5.2. На бутилките да са монтирани редуцир-вентили и манометри, с които да се осигурява необходимото налягане в инсталацията и следи налягането в бутилките.	На бутилките са монтирани редуцир-вентили и манометри, с които се осигурява необходимото налягане в инсталацията и следи налягането в бутилките: приложена брошура от една страница за Oxygen distribution line	✓
5.3. Бутилките трябва да са свързани към кислородната	Бутилките са свързани към кислородната	✓



инсталация на автомобила.	инсталация на автомобила: брошура от една страница за Oxygen distribution line
5.4. Два стандартни кислородни изхода, които трябва да бъдат поставени в близост до основната носилка от страната на главата.	Два стандартни DIN кислородни изхода, които ще бъдат поставени в близост до основната носилка от страната на главата: приложена брошура от една страница за Oxygen distribution line
5.5. Да има налични инструменти необходими за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород, ако за монтаж/демонтаж се изискват такива.	Има налични инструменти необходими за монтиране и демонтиране на бутилките за кислород
6. Устройство за засмукване/Аспирационна инсталация (БДС EN ISO 10079-1, БДС EN ISO 10079-3:2014 или еквивалент) – 1 бр.	Устройство за засмукване/Аспирационна инсталация (БДС EN ISO 10079-1, БДС EN ISO 10079-3:2014) – 1 бр. Устройство за засмукване/Аспирационна инсталация, модел Vacuum system with rail, Spencer Italia S.r.l.
6.1. Да осигурява вакуум с налягане над 65 кРа.	Осигурява вакуум с налягане 72 кРа: приложена брошура от една страница за Vacuum system with rail
6.2. На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата трябва да е разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем минимум един литър, клапан за плавно регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд трябва да има гъвкав маркуч с накрайник	На подходящо място, в близост до основната носилка откъм страната на главата ще бъде разположен извод за аспирация, снабден с аспирационен съд с обем един литър, клапан за плавно регулиране на налягането и манометър. Аспирационният съд ще има гъвкав маркуч с накрайник: приложена брошура от една страница за Vacuum system with rail
6.3. На подходящо място в близост до носилката, трябва да е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа.	На подходящо място в близост до носилката, ще е поставен превключвател за включване и изключване на аспирационната помпа: брошура от една страница за Vacuum system with rail
6.3.1. Мобилна електрическа аспирационна помпа:	Мобилна електрическа аспирационна помпа, модел Ambujet P 1000 R 10G, Spencer Italia S.r.l:
- Мобилна електрическа аспирационна помпа в шокоустойчив кожух.	Мобилна електрическа аспирационна помпа в шокоустойчив кожух: приложена брошура от една страница за Ambujet P 1000 R 10G
- Електрическо захранване: AC 100-240 V, DC 12 V и от вградена батерия осигуряваща минимум 60 минути автономна работа.	Електрическо захранване: AC 100-240 V, DC 12 V и от вградена батерия осигуряваща минимум 60 минути автономна работа: приложена брошура от една страница за Ambujet P 1000 R 10G
- Регулиране на силата на вакуума в минимален обхват от 50 до 550 mmHg.	Регулиране на силата на вакуума в обхват от 50 до 550 mmHg: приложена брошура от една страница за Ambujet P 1000 R 10G
- Електронен индикатор за силата на вакуума.	Електронен индикатор за силата на вакуума: приложена брошура от една страница за Ambujet P 1000 R 10G
- Ниво на шум: макс. 70 dB.	Ниво на шум: 70 dB: приложена брошура от



	една страница за Ambujet P 1000 R 10G
- Автоклавируем събирателен съд с вместимост мин. 1 литър.	Автоклавируем събирателен съд с вместимост 1 литър: брошура от една страница за Ambujet P 1000 R 10G
- Директна връзка между вакуум устройството и събирателния съд.	Директна връзка между вакуум устройството и събирателния съд: приложена брошура от една страница за Ambujet P 1000 R 10G
- Тегло макс. 3 кг.	Тегло 2,4 кг ± 0,1 кг: брошура от една страница за Ambujet P 1000 R 10G
- Монтажен комплект, позволяващ закрепване на устройството в съответствие със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент.	Монтажен комплект, позволяващ закрепване на устройството в съответствие със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014: приложена брошура от една страница за Ambujet P 1000 R 10G, приложен сертификат на ESO Certificazioni № 714-189-08-15 от 03.08.2015г.
6.4. Транспортен респиратор	Транспортен респиратор, модел Охутаг, Magnamed с небулизатор Micro Mist, кат.№ 41892, Teleflex Medical
- Минимално изискуеми режими на вентилация: командна вентилация с контрол по налягане, командна вентилация с контрол по обем, командно-асистирана вентилация и вентилация тригерирана от пациента, CPAP, инхалация..	Притежава минимално изискуемите режими на вентилация: командна вентилация с контрол по налягане (PCV), командна вентилация с контрол по обем (VCV), командно-асистирана вентилация и вентилация тригерирана от пациента (VCV-AC, PCV-AC), CPAP, инхалация чрез небулизатор Micro Mist приложим и за апаратна вентилация (допустимо еквивалентно техническо решение, съгласно Отговор на въпрос №7 в Разяснение №4 на възложителя с изх.№ 26-03-4 от 10.04.2018г.: приложени брошура за Охутаг, стр.2, брошура от една страница за Micro Mist, приложен снимков материал от реална работа на респиратор Охутаг с небулизатор Micro Mist
- Минутен обем в минимален обхват от 2 до 20 л/мин.	Минутен обем в обхват от 0,1 до 50 л/мин и повече (еднократен дихателен обем 10 мл x дихателна честота 1 bpm = 0,1 л/мин; еднократен дихателен обем 2500 мл x дихателна честота 20 bpm = 50 л/мин): приложена брошура за Охутаг, стр.2
- Дихателна честота в минимален обхват от 5-40 bpm.	Дихателна честота в обхват от 0-150 bpm: приложена брошура за Охутаг, стр.2
- Регулиране на маскимальното налягане в дихателните пътища в минимален обхват: 20 до 60 см H2O.	Регулиране на маскимальното налягане в дихателните пътища в обхват: 1 до 60 см H2O: приложена брошура за Охутаг, стр.2
- Кислородна концентрация в инспираторния газ: 100% или 60%.	Кислородна концентрация в инспираторния газ: регулируема в обхват 35% до 100%: приложена брошура за Охутаг, стр.2
- Апаратът трябва да позволява спонтанно дишане на пациента в случай на отпадане на електрическото и	Апаратът позволява спонтанно дишане на пациента в случай на отпадане на



пневматично захранване.	електрическото и пневматично захранване: изявление на производителя от 10.07.2018г.
- Мониториране на налягането в дихателните пътища и индикатори за инспираторната и експираторна фази.	Мониториране на наляганията в дихателните пътища и индикатори за инспираторната и експираторна фази чрез изобразяване в реално време вълновите криви на налягането, потока и обема и чрез допълнителен барграф за налягането в дихателните пътища, изобразява и числови стойности за инспираторното и експираторното време: приложена брошура за Охутаг, стр.2
- Вградена акумулаторна батерия за минимум 3 часа автономна работа.	Вградена акумулаторна батерия за 6,5 часа автономна работа: приложена брошура за Охутаг, стр.2
- Защита от проникване на течност и твърди частици: минимум клас IP24, съгласно IP кодовата международна маркировка за ниво на защита от проникване на стандарт IEC 60529.	Защита от проникване на течност и твърди частици: клас IP24, съгласно IP кодовата международна маркировка за ниво на защита от проникване на стандарт IEC 60529: изявление на производителя от 10.07.2018г
- Тегло: под 5 кг.	Тегло: 3 кг.: приложена брошура за Охутаг, стр.2
- Задължителна окомплектовка: пациентен шланг за многократна употреба, три размера маски за многократна употреба за деца и възрастни, захранващият маркуч за съгъстен кислород с DIN конектор, монтажен комплект, позволяващ закрепване на устройството в съответствие със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент.	Включена окомплектовка: пациентен шланг за многократна употреба, три размера маски за многократна употреба за деца и възрастни, захранващият маркуч за съгъстен кислород с DIN конектор, монтажен комплект, позволяващ закрепване на устройството в съответствие със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (приложен сертификат на DNV GL №177482-2015-CE-BRA)

Медицинска апаратура

7.Оборудване за инфузии (БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент)	Оборудване за инфузии (БДС EN 1789:2007+A2:2014)
7.1. Спринцовкова инфузионна помпа:	Спринцовкова инфузионна помпа, модел BeneFusion SP3, Mindray:
Съвместима за работа със спринцовки минимум 10, 20, 30, 50 и 60 мл. Автоматично разпознаване на големината на спринцовката. Минимално изискуеми режими на инфузия: по зададена скорост, по зададено време, по зададено тегло на пациента. Минимално изискуем обхват за регулиране на скоростта на инфузия: от 0,1 до 1300 мл/час. Обхват на задаван и акумулиран обем на инфузия: мин. 0,1 – 9999 мл. Възможност за мануална болус инфузия. Функции „отворена вена“ (KVO) Наличие на различни нива на чувствителност на	Съвместима за работа със спринцовки 5, 10, 20, 30, 50 и 60 мл.: брошура за BeneFusion SP3, стр.2. Автоматично разпознаване на големината на спринцовката: приложена брошура за BeneFusion SP3, стр.2. Режими на инфузия: по зададена скорост, по зададено време, по зададено тегло на пациента: брошура за BeneFusion SP3, стр.2. Обхват за регулиране на скоростта на инфузия: от 0,1 до 1500 мл/час: приложена брошура за BeneFusion SP3, стр.2. Обхват на задаван и акумулиран обем на инфузия: мин. 0,1 – 9999 мл: приложена

(Handwritten signatures and date)
20/27



<p>оклузията. Да има вградена библиотека за медикаменти. Да има памет за параметрите на последната проведената инфузия. Дисплей с подсветка. Електрическо захранване от DC 12V и от вградено акумулаторно за минимум 4 часа автономна работа. Тегло: не повече от 2,5 кг. Защита от проникване на течност и твърди частици: минимум клас IP24, съгласно IP кодовата международна маркировка за ниво на защита от проникване на стандарт IEC 60529. Монтажен комплект, позволяващ закрепване на устройството в съответствие със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент.</p>	<p>брошура за BeneFusion SP3, стр.2. Възможност за мануална болус инфузия: приложена брошура за BeneFusion SP3, стр.2. Функции „отворена вена” (KVO): приложена брошура за BeneFusion SP3, стр.2. Наличие на три нива на чувствителност на оклузията: приложена брошура за BeneFusion SP3, стр.2. Има вградена библиотека за 200 медикаменти: приложена брошура за BeneFusion SP3, стр.2. Има памет за параметрите на последната проведената инфузия: приложена брошура за BeneFusion SP3, стр.2</p>
<p>7.2. Стойка за инфузия – 2 бр.</p>	<p>Стойка за инфузия – 2 бр. Модел Track 11, Spencer Italia S.r.l.: приложена брошура от една страница за Track 11.</p>

8.Оборудване за мениджмънт на животозастрашаващи състояния (БДС EN 1789:2007+A2:2014) (или еквивалент)	Оборудване за мениджмънт на животозастрашаващи състояния (БДС EN 1789:2007+A2:2014)
<p>8.1. Комбиниран дефибрилатор-монитор, позволяващ запис на ритъма и данни за пациента (БДС EN 60601-2-4:2011) (или еквивалент)– 1 бр.</p>	<p>Комбиниран дефибрилатор-монитор, позволяващ запис на ритъма и данни за пациента (БДС EN 60601-2-4:2011)– 1 бр. Комбиниран дефибрилатор-монитор, модел BeneHeart D6, Mindray</p>
<p>Асинхронна и синхронизирана мануална дефибрилация. Автоматична външна дефибрилация (AED) с текстови и гласови подсказки на български език. Външен пейсинг. Пациентен мониторинг. 12 канално диагностично ЕКГ</p>	<p>Асинхронна и синхронизирана мануална дефибрилация Автоматична външна дефибрилация (AED) с текстови и гласови подсказки на български език. Външен пейсинг. Пациентен мониторинг. 12 канално диагностично ЕКГ брошура №1 за BeneHeart D6, стр.2, 3, и 5; брошура №2 за BeneHeart D6, стр.2 брошура №3 за BeneHeart D6, стр.5</p>
<p>Дефибрилациите да се извършват чрез бифазна технология с автоматична компенсация на импеданса.</p>	<p>Дефибрилациите се извършват чрез бифазна технология с автоматична компенсация на импеданса: брошура №1 за BeneHeart D6, стр.2</p>
<p>Да осигурява възможност за дефибрилаторни шокове с максимална енергия 200 или повече Джаула.</p>	<p>Осигурява възможност за дефибрилаторни шокове с максимална енергия 360 Джаула: брошура №1 за BeneHeart D6, стр.2</p>
<p>Времето за зареждане на апарата с енергия 200 Джаула да е не по-голямо от 6 секунди,</p>	<p>Времето за зареждане на апарата, както между отделните разрези, така и времето от включването до зареждането на апарата с енергия 200 Джаула е под 5 секунди (под 2 секунди за включване и под 3 секунди за зареждането на апарата с енергия 200 Джаула)</p>



	брошура №1 за BeneHeart D6, стр.2; брошура №2 за BeneHeart D6, стр.3
Вградената презареждаща се батерия да може да осигури мин. 100 разряда при максимална енергия. да позволява минимум 8 часа непрекъсната работа с апарата при отсъствие на външно захранване	Вградената презареждаща се батерия може да осигури 400 разряда при максимална енергия от 360 Джаула и позволява 12 часа непрекъсната работа с апарата при отсъствие на външно захранване: приложена брошура №1 за BeneHeart D6, стр.2
Неинвазивен пейсинг с режими „поиск“ и „фиксиран“.	Неинвазивен пейсинг с режими „поиск“ и „фиксиран“: приложена брошура №1 за BeneHeart D6, стр.3
Индикатор за качеството на контакт между дефибрилаторните лъжици и гръдния кош.	Цветово кодиран индикатор за качеството на контакт между дефибрилаторните лъжици и гръдния кош с изобразяване на реалната стойност на контактния импеданс: приложена брошура №2 за BeneHeart D6, стр.3
Цветен дисплей с диагонал на екрана мин. 7“ с дневен и нощен режим..	TFT цветен LCD дисплей с диагонал на екрана 8,4“ с дневен режим с висока контрастност, осигуряващ видимост дори при екстремни условия на осветеност (например директна слънчева светлина) и нощен режим (ползва се нормалния дисплеен режим с регулиране на яркостта): брошура №1 за BeneHeart D6, стр.2 брошура №3 за BeneHeart D6, стр.5 извадка от ръководство за работа, стр.34
Мониторирани параметри: 12 канално ЕКГ, сърдечна честота, пулсова оксиметрия (сатурация, периферен пулс, плетизмограма), неинвазивно кръвно налягане.	Мониторирани параметри: 12 канално ЕКГ, сърдечна честота, пулсова оксиметрия (сатурация, периферен пулс, плетизмограма), неинвазивно кръвно налягане: приложена брошура №1 за BeneHeart D6, стр.3 и 4.
Вградена памет за запис, съхранение и последващо възпроизвеждане на всички мониторирувани параметри, име и данни на пациента, диагностични ЕКГ записи, аларми.	Вградена памет за запис, съхранение и последващо възпроизвеждане на всички мониторирувани параметри, име и данни на пациента, диагностични ЕКГ записи, аларми: приложена брошура №1 за BeneHeart D6, стр.2
Вграден термопринтер за печат на вълнови графики в реално време, стопирани (замразени) графики и тренд записи, който да осигурява възможност за автоматичен печат	Вграден четириканален термопринтер за печат на вълнови графики в реално време, стопирани (замразени) графики и тренд записи, който осигурява възможност за автоматичен печат: приложена брошура №1 за BeneHeart D6, стр.2
Защита от проникване на течност и твърди частици: минимум клас IP44, съгласно IP кодовата международна маркировка за ниво на защита от проникване на стандарт IEC 60529	Защита от проникване на течност и твърди частици: минимум клас IP44, съгласно IP кодовата международна маркировка за ниво на защита от проникване на стандарт IEC 60529: приложена брошура №1 за BeneHeart D6, стр.1
Работа както на батерия, така и на захранване 12V DC.	Работа както на батерия, така и на захранване



<p>Следва да бъде осигурено и захранване от мрежа 220V AC, посредством вградено в апарата или допълнително устройство. Батерията/ите и всички принадлежности необходими за пълното функциониране на апарата следва да бъдат доставени с него.</p>	<p>12V DC. Ще бъде осигурено и захранване от мрежа 220V AC, посредством допълнително устройство (DC/AC конвертор). Батериите и всички принадлежности необходими за пълното функциониране на апарата ще бъдат доставени с него: приложена брошура №1 за BeneHeart D6, стр.1 и 2.</p>
<p>Задължителна окомплектовка: многократни дефибрилаторни лъжици за деца и възрастни, аксесоари за неинвазивен пейсинг, аксесоари за всички мониториращи параметри за деца и възрастни, чанта за съхранение и пренос на апарата, комбинирана монтажна зареждаща стойка (докинг станция) с функция за бързо фиксиране и освобождаване на апарата без инструменти съгласно БДС EN 1789:2007+A2:2014, меню на български език.</p>	<p>Включена окомплектовка: многократни дефибрилаторни лъжици за деца и възрастни, аксесоари за неинвазивен пейсинг, аксесоари за всички мониториращи параметри за деца и възрастни, чанта за съхранение и пренос на апарата, комбинирана монтажна зареждаща стойка (докинг станция) с функция за бързо фиксиране и освобождаване на апарата без инструменти съгласно БДС EN 1789:2007+A2:2014, меню на български език: брошура №1 за BeneHeart D6, стр.5, брошура №2 за BeneHeart D6, стр.3 и 4, брошура №3 за BeneHeart D6, стр.7, презентация на производителя за докинг станция за BeneHeart D6, приложен сертификат от SGS № MED GZME1610000845ME/A1 от 31.05.2018г.</p>

9. Комуникация (БДС EN 1789:2007+A2:2014) (или еквивалент)

<p>9.1. Интерком между шофьора и санитарното отделение – 1 бр.</p>	<p>Интерком между шофьора и санитарното отделение – 1 бр.</p>
--	---

<p>Допълнително оборудване или апаратура, извън минимално изискуемото в техническата спецификация на възложителя.</p>	
<p>Подробни технически характеристики и параметри, съответния производител, модел и др.</p>	<p>В кой официален документ на съответния производител и страница /в приложимите случаи/, може да се открие посоченото от участника.</p>
<p> </p>	<p> </p>
<p> </p>	<p> </p>

(създават се толкова реда, колкото е необходимо)

Важно! Оферирането на допълнително оборудване и апаратура не е изискване към участниците, поставено от възложителя. В случай, че участникът прецени че предлаганата от него линейка следва да бъде оборудвана над минимално изискуемото от възложителя, то допълнително оферираното се описва в графа „Допълнително оборудване или апаратура, извън минимално изискуемото в техническата спецификация на възложителя“, като в този случай, същото няма да бъде разглеждано при оценка на техническото предложение, както и няма да бъде проверявано неговото съответствие с предварително обявените условия.

- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.



- Декларираме, че линейките ще са категория M1 и ще отговарят на изискванията на действащия в момента стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент);

- Декларираме, че медицинското оборудване и медицинската апаратура в линейките, ще отговарят на Закона за медицинските изделия.

- Декларираме, че медицинската апаратура ще бъде фабрично нова, ще е без дефекти, ще е произведена не по-рано от една година от датата на доставката, както и няма да е ползвана за демонстрационни цели, не е рециклирана и не е демо апаратура.

- Декларираме, че медицинското оборудване в линейките ще бъде фабрично ново, ще е без дефекти, както и няма да е ползвано за демонстрационни цели, не е рециклирано и не е демо оборудване.

- Декларираме, че изделията ще са конструирани за използване в мобилни ситуации и при полеви условия.

- Декларираме, че при доставката на линейките, всяка една от тях ще бъде придружена/окомплектована с следното:

- с обезопасителни триъгълници - 2 бр., аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (съгласно Закона за движение по пътищата);

- с комплект ключове, резервна гума, комплект инструменти за смяна на гуми и др. съгласно изискванията на производителя;

- документ за извършен предпродажбен сервиз;

- заредена с всички необходими за експлоатацията й течности и материали;

- с необходимите за регистрацията им документи, включително документи за платени данъци, мита, такси, фактури и приемо-предавателни протоколи;

- оригинал на сертификат за съответствие с Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на базовия автомобил, оригинал на сертификат за съответствие на ЕО за комплектовани превозни средства с европейско одобрение за серийно производство SC (линейка) като крайно изделие и сертификат за съответствие със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 (или еквивалент);

- гаранционна и сервизна книжка, паспорти или други документи от производителите, съдържащи технически данни и характеристики на линейката и оборудването към нея;

- гаранционна и/или сервизна книжка и/или паспорти или други документи от производителите, съдържащи технически данни и характеристики както на медицинското оборудване, така и на медицинската апаратура;

- с инструкция за експлоатация на български език, както и друга документация за правилна експлоатация както на линейката, така и на оборудването към нея;

- ръководство за употреба и/или инструкция за експлоатация на български език, както и друга документация съдържаща ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, както на медицинското оборудване, така и на медицинската апаратура;

- сертификат/и за кислородните бутилки;

- списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на линейките, оборудването и апаратурата, които съответстват на фабричните изисквания на производителите;

- медицинското оборудване и медицинската апаратура, предмет на доставката ще бъдат окомплектовани с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи;

- Декларираме, че при доставката за всяка линейка ще бъдат осигурени: 3 стикера, залепени от двете страни и на задната врата на линейката, както и стикери за всяко медицинско оборудване и медицинска апаратура, налична в медицинските превозни средства (линейки), в съответствие с „Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация



2014 – 2020 г., като преди изработването им, дизайнът, размерът и мястото на поставянето на стикерите ще се съгласува с възложителя.

- Декларираме, че гаранционното сервизно обслужване на медицинското оборудване и медицинската апаратура ще бъдат извършвани от оторизирани сервиси на производителите на медицинското оборудване, съответно медицинската апаратура или от упълномощени техни представители при максимално време на реакция - до 4 часа (7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието) от съобщаване на проблема, като ще изпратим съобщение с имената на квалифицирани представители за констатиране и идентифициране на повредата. В срок до 2 (два) работни дни от получаване на съобщението на възложителя, ще бъдат изпратени квалифицираните представители на място за констатиране и идентифициране на повредата. Декларираме, че по време на гаранционния срок, медицинското оборудване и медицинската апаратура, ще бъдат поддържани, като не само се отстраняват възникналите повреди и неизправности, но ще бъде извършвана профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя/ите, за наша сметка. Гаранционното обслужване ще включва и задължителните актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка на приложимия и операционния софтуер (в приложимите случаи) за наша сметка. По време на гаранционния срок, максималната продължителност на прекратяване на работа на медицинското оборудване и медицинската апаратура поради повреди или профилактика, ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че това време превиши 240 часа, се задължаваме да удължим гаранционния срок с толкова дни, колкото часа над определените 240 часа оборудването или апаратурата не са били на разположение на Възложителя.

- Декларираме, че гаранционният срок на всяка оборудвана линейка е: 60 месеца (*не по-малък от шестдесет месеца*) без ограничение в пробега, като същият започва да тече за всяка конкретна линейка от датата на предаването на владението на линейката на възложителя;

- Декларираме, че срокът за гаранцията против корозия на каросерията на линейките е: 120 месеца (*не по-малък от сто и двадесет месеца*) без ограничение в пробега, считано от предаване на владението на всяка конкретна линейка на възложителя, като същият не е по-кратък от обявения от производителя.

- Декларираме, че срокът за гаранцията на лаковото покритие е: 120 месеца (*не по-малък от сто и двадесет месеца*) без ограничение в пробега, считано от предаване на владението на всяка конкретна линейка на възложителя, като същият не е по-кратък от обявения от производителя.

- Декларираме, че гаранционният срок на медицинското оборудване и медицинската апаратура е: 60 месеца (*не по-малък от шестдесет месеца*), като същият започва да тече от датата на предаването на владението на конкретната линейка на възложителя;

- Декларираме, че възложителят не дължи лицензионни такси за предложените софтуери, както и че доставеното медицинско оборудване и медицинска апаратура ще включват инсталирани всички необходими софтуери, които са с неограничена във времето валидност.

- Задължаваме се да отстраним настъпила повреда и/или несъответствие на линейка в срок от 72 (седемдесет и два) часа или по-кратък, считано от датата и часа на констатирането ѝ от нас. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или несъответствие в срок от 72 (седемдесет и два) часа, декларираме, че ще удължим гаранционния срок и срокът на сервизно обслужване на линейката, в процес на поправяне, с толкова дни, колкото часа над определените 72 (седемдесет и два) часа линейката не е била на разположение на Възложителя.

- Декларираме, че гаранционното сервизно обслужване на линейките ще включва: гаранционно обслужване при условията на фабрична гаранция на всяка линейка, включително и гаранция против корозия на каросерията на линейките и гаранцията на лаковото покритие, съгласно изискванията, дефинирани в техническата спецификация по съответната обособена позиция, както



и ПАКЕТ ЗА ПЪЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ на предлаганата линейка, който да включва всички разходи за плановата сервизна поддръжка през периода и пробегата, като: смени на масло за двигател, филтри (маслен, горивен, въздушен, прахов, на климатичната система), спирачна течност, ангренажен комплект, подгревни свеци за старт, трансмисионно масло, диференциално масло и филтри, антифриз, чистачки предни, накладки спирачни (предни и задни) спирачни дискове или спирачни барабани (предни и задни), съединител комплект, ремъци, ролки и други: както и труда за сервизните инспекции, които линейката трябва да премине в указаната от производителя периодичност, през периода и пробегата.

- Декларираме, че срокът за извършване на доставката на първата заявена по договора линейка, оборудвана с предвиденото към нея оборудване, медицинско оборудване и медицинска апаратура ще бъде до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на направената от Възложителя заявка;

- Декларираме, че срокът за извършване на следващите доставки на линейки по договора, оборудвани с предвиденото към тях оборудване, медицинско оборудване и медицинска апаратура ще бъде до 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на направената от Възложителя индивидуална заявка;

- Декларираме, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, ще предоставим пълен списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на линейките, медицинското оборудване и медицинската апаратура и съответстващи на фабричните изисквания на производителите.

- Декларираме, че медицинските изделия, означени като „преносими“ (с изключение на съоръжението за натоварване на пациенти), ще съответстват на EN 60601-1 или еквивалент и ще може да се носи от едно лице, да има вградено собствено захранване с енергия (когато е подходящо) и ще може да се използва извън линейката.

- Декларираме, че всички изделия ще отговарят на посочените в БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент изисквания за работа при температурни интервали, влажност и проникване на течности, механична якост.

- Декларираме, че всички медицински изделия в линейката (медицинското оборудване и медицинската апаратура) ще се придържат с помощта на система за закрепване, отговарящи на посочените в стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент.

- Декларираме, че системата/ите за закрепване, поддържане и съхранение ще задържат изделията при ускорения или закъснения със стойност 10 g в надлъжна, напречна и вертикална посока (БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент).

- Декларираме, че масата, включваща резерва от маса, необходим за медицинските, санитарните и техническите изделия е: 2700 кг.

Предоставяме връзка/и (link) към официалния/ите интернет сайт/ове на производителя/ите с публикуваните технически данни (посочва се в случай на наличие на такава възможност) за базовото шаси, линейката, оборудването към нея, медицинско оборудване и медицинска апаратура:

<http://peugeot.bg>

<http://transforma.bg>

(повтаря се, колкото пъти е необходимо с пояснение за кое от изброените по-горе се отнася)



Приложения:

1. Оторизационно писмо, издаден от упълномощен представител на производителя на базовото шаси, удостоверяващо права за сервиз;
2. 10 броя ЕЕДОП за трети лица и 10 броя декларации по чл. 65 от ЗОИ,

ДАТА: 09.08.2018 г.

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата

Долуподписаната: Надя Иванова Божкова, в качеството си на Изпълнителен директор на София Франс Ауто АД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, по обособена позиция: 1. Линейка за спешна медицинска помощ, тип В – 185 бр.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Срокът на валидност на настоящата оферта е 5 (пет) месеца, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите в обявлението за поръчката и представлява времето, през което сме обвързани с условията на представеното от нас предложение.

ДАТА: 10.08.2018г.

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД



ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаната: Надя Иванова Божкова, в качеството си на Изпълнителен директор на София Франс Ауто АД - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“, по обособена позиция: 1. Линейка за спешна медицинска помощ, тип В – 185 бр.**

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора с предмет: **„Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“** и приемам условията в него.

ДАТА: 10.08.2018г.

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.