



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на здравеопазването

РЕШЕНИЕ

№ РД-11-81 / 28.03 .....2019г.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 106, ал. 6 и чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) (редакция, действаща до 01.03.2019г., съгласно § 131, ал. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби (ПЗР) към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018г.)) и във връзка с Решение № РД-11-394/09.10.2018г. за откриване на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на медицински превозни средства (линейки) тип В с повишена проходимост и със задвижване 4x4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“** (изменено с Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация № РД-11-413/25.10.2018г. на възложителя) и след като утвърдих Доклад от 11.02.2019г., за резултатите от работата на комисия, назначена със Заповед № РД-11-446/05.12.2018г. (изменена със Заповед № РД-11-9/14.01.2019г.) на министъра, в който е предложено класиране на участниците в процедурата и към който са приложени изготвените в хода на работата на комисията Протокол № 1 от 28.01.2019г. и Протокол № 2 от 11.02.2019г.,

РЕШИХ:

**I. ОБЯВЯВАМ** класирането в обществена поръчка с предмет: **„Доставка на медицински превозни средства (линейки) тип В с повишена проходимост и със задвижване 4x4 с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“**, въз основа на икономически най-изгодната оферта, въз основа на определения критерий – „Най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, както следва:

Обособена позиция № 2 „Линейка за спешна медицинска помощ, тип В със задвижване 4x4 – Линейка, конструирана и оборудвана за превоз, първоначално лечение и мониторинг /наблюдение на пациенти/“.

**I-во място** - „Автомотор Корпорация“ АД с предложена единична стойност в лева без ДДС в размер на 123 900.00 лева и единична стойност в лева с ДДС в размер на 148 680.00 лева.

**II. ОПРЕДЕЛЯМ** за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 2 участника „Автомотор Корпорация“ АД класиран на първо място.

### **III. ОТСТРАНЯВАМ** от процедурата:

1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП (редакция, действаща до 01.03.2019г., съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018г.)) участника „Медсис“ ЕООД по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Мотиви:** Участникът не е представил в офертата си заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на линейката като крайно изделие; участникът не е представил заверено копие на валиден сертификат за съответствие със стандарт БДС EN 1789:2007+A2:2014 или еквивалент, издаден на името на производителя на линейките; участникът не е представил към техническото си предложение копия на официални документи, описания и/или официални каталози на производителя на „стационарен кислород/кислородна инсталация“.

2. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП (редакция, действаща до 01.03.2019г., съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018г.)) участника „Автомотор Корпорация“ АД по обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Мотиви:** Участникът е предложил линейка за обособена позиция № 1, която не отговаря на изискването на възложителя да е с повишена проходимост, тъй като за нея не се изпълняват най-малко пет от шест от изискванията, посочени в т. 1.2.4. от Техническата спецификация, Приложение №1 от документацията за обществената поръчка и съответно не отговаря на изискванията: предният ъгъл на проходимост да е най-малко 25 градуса и ъгълът на надлъжна проходимост да е най-малко 20 градуса.

3. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП (редакция, действаща до 01.03.2019г., съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018г.)) участника Обединение „Медик инженеринг и сървисиз“ ДЗЗД по обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Мотиви:** По отношение на превозните средства от тип 906M1 и 906M2 в предложението на участника липсва заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на базовия автомобил. За превозните средства от тип 906M1 и 906M2 от представените ЕО сертификат за съответствие на напълно комплектувани превозни средства (M1), издаден от производителя на линейката и ЕО сертификат за съответствие на напълно комплектувани превозни средства (M2), издаден от производителя на линейката е видно, че по отношение на екологичните показатели на превозните средства, същите съответстват на нормативен акт Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент

и на Съвета. От същите два сертификата е видно, че одобрените превозни средства са с една задвижваща се задна ос, както и че първият е за напълно комплектувани превозни средства (M1), а вторият е за напълно комплектувани превозни средства (M2). По отношение на превозното средство от тип 906BB35/4x4 в предложението на участника липсва заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на линейката като крайно изделие. За превозното средство от тип 906BB35/4x4 от приложеното удостоверение за индивидуално одобрение на ново превозно средство, издадено от ИААА, същото е за автомобил с изпълнение 4x4, за превозно средство от категория M1G, което от своя страна не отговаря на изискването за брой места за седане, като същото е за автомобил с 3+1 места и освен това, нивото на емисии на отработили газове, съгласно същия документ е Евро 5. По отношение на приложения от участника сертификат за съответствие със стандарт PN-EN 1789+A2:2015 издаден на Autoform Sp.zo.o.i, същият е за линейка **тип С**. По отношение на медицинското оборудване „Стационарен кислород/кислородна инсталация в представеното предложение за изпълнение липсва информация за: съответния производител, модел, както и в кой официален документ на съответния производител и страница /в приложимите случаи/, може да се открие посоченото от участника съответствие. За същото оборудване липсват копия на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя на медицинското изделие, както и копия на официални документи, описания и/или официални каталози на производителя. По отношение на предложението от участника гръбначен имобилизатор модел „MED“, продуктов номер 889, за същият е представена невалидна декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС. По отношение на медицинското оборудване „Мобилна електрическа аспирационна помпа“, участникът е приложил декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за модел Ambujet P1000 R 20G и извадка от каталог/брошура за преносимо аспириращо устройство модел Ambujet P1000 R 10G.

4. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП (редакция, действаща до 01.03.2019г., съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018г.)) участника **Обединение „Медик инженеринг и сървисиз“ ДЗЗД** по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Мотиви:** по отношение на превозните средства от тип 906M1 и 906M2 в предложението на участника липсва заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на базовия автомобил. За превозните средства от тип 906M1 и 906M2 от представените ЕО сертификат за съответствие на напълно комплектувани превозни средства (M1), издаден от производителя на линейката и ЕО сертификат за съответствие на напълно комплектувани превозни средства (M2), издаден от производителя на линейката е видно, че по отношение на екологичните показатели на превозните средства, същите съответстват на нормативен акт Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета. От същите два сертификата е видно, че одобрените превозни средства са с една задвижваща се задна ос, както и че първият е за напълно комплектувани превозни средства (M1), а вторият е за напълно комплектувани превозни средства (M2). По

отношение на превозното средство от тип 906BB35/4x4 в предложението на участника липсва заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на линейката като крайно изделие. За превозното средство от тип 906BB35/4x4 от приложеното удостоверение за индивидуално одобрение на ново превозно средство, издадено от ИААА, същото е за автомобил с изпълнение 4x4, за превозно средство от категория M1G, което от своя страна не отговаря на изискването за брой места за сядане, като същото е за автомобил с 3+1 места и освен това, нивото на емисии на отработили газове, съгласно същия документ е Евро 5. По отношение на приложения от участника сертификат за съответствие със стандарт PN-EN 1789+A2:2015 издаден на Autoform Sp.zo.o.i, същият е за линейка **тип С**. По отношение на медицинското оборудване „Стационарен кислород/кислородна инсталация в представеното предложение за изпълнение липсва информация за: съответния производител, модел, както и в кой официален документ на съответния производител и страница /в приложимите случаи/, може да се открие посоченото от участника съответствие. За същото оборудване липсват копия на декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС, издадена от производителя на медицинското изделие, както и копия на официални документи, описания и/или официални каталози на производителя. По отношение на предложения от участника гръбначен имобилизатор модел „MED“, продуктов номер 889, за същият е представена невалидна декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕЕС. По отношение на медицинското оборудване „Мобилна електрическа аспирационна помпа“, участникът е приложил декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО за модел Ambujet P1000 R 20G и извадка от каталог/брошура за преносимо аспириращо устройство модел Ambujet P1000 R 10G.

5. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП (редакция, действаща до 01.03.2019г., съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018г.)) участника **„Екселор холдинг груп“ ЕООД** по обособена позиция №1, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Мотиви:** Участникът не е представил заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на линейката като крайно изделие. От представената от участника ЕС декларация за съответствие за напълно комплектовани автомобили е видно, че същият е с **една** задвижваща се ос. Приложеният от участника сертификат за съответствие за съвместимост на линейка (TS EN 1789/EK-C) издаден на „Ambulans İlk yardım ve Hastahane Cihazları ve Tesisleri Sanayi Tic. A.S.“, е за линейка, Спринтер **315 CDI тип А1**.

6. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП (редакция, действаща до 01.03.2019г., съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018г.)) участника **„Екселор холдинг груп“ ЕООД** по обособена позиция №2, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**Мотиви:** Участникът не е представил заверено копие на валиден сертификат за съответствие по Директива 2007/46/ЕО, издаден от производителя на линейката като крайно изделие. Участникът е представил копие на оригинал на ЕС декларация за съответствие за напълно комплектовани автомобили на турски език, като за същият не

е приложен превод на български език. Приложеният от участника сертификат за съответствие за съвместимост на линейка (TS EN 1789/EK-C) издаден на „Ambulans İlk yardım ve Hastahane Cihazları ve Tesisleri Sanayi Tic. A.S“, е за линейка, Спринтер **315 CDI тип A1**.

**IV.** На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП (редакция, действаща до 01.11.2019г., съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018г.)) настоящото решение да бъде изпратено на участниците в тридневен срок от издаването му. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (редакция, действаща до 01.11.2019г., съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018г.)) и чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (редакция, действаща до 01.03.2019г., съгласно § 131, ал. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗОП (обн. ДВ, бр. 86 от 2018г.)), същото да бъде публикувано в електронната преписка на обществената поръчка в раздел „Профил на купувач“ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването на следния адрес: <https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/dostavka-medicinski-prevozni-sredstva-linejki-tip-/>, в деня на изпращането му.

**V.** Копие от настоящото решение да се връчи по компетентност на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

**VI.** Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10 /десет/ дневен срок, считано от датата на получаването му, пред Комисията за защита на конкуренцията.

Заличена информация  
на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**КИРИЛ АНАНИЕВ**

**МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**

