



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Изх. № 26.03.8 | 2503 2019 год.

ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ

ОТНОСНО: Искане за разяснение по обществена поръчка с предмет:
„Закупуване на медицинско оборудване и медицинска апаратура в изпълнение на
проект „Подкрепа за развитие на системата за специална медицинска помощ“ по
ОПРР 2014-2020“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка, правим следното разяснение:

Въпрос № 1

Изискването на процедурата е „Обльчването да се извършва чрез 2 бр. открыти бактериацидни лампи (253,7 нанометра) с мощност не по-малка от 2x75 W“ – подточка 1.3.3. от подпозиция 1.3. Моля да потвърдите, че обльчването може да се извършва с повече от 2 бр. лампи /тела, обльчватели, крушки, бренери/, монтирани в едно тяло, при съблудаване на изискването за минимум 150 W мощност. Такова техническо решение не само не променя функционалните качества на изделието, но и я подобрява: при изгаряне на една от лампите и достатъчна мощност на останалите, обльчването се осъществява успешно до подмяната на дефектириалния компонент.

Отговор на въпрос № 1:

Участниците следва да съобразят своите технически предложения с изискванията, поставени от възложителя в техническата спецификация. Съгласно Глава II „Технически спецификации“, т. 1 „Количество по обособени позиции и номенклатури, и минимални технически изисквания“, изрично е посочено, че: „*Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент“.* В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната

процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат е Техническото си предложение оборудване, апаратура с еквивалентни технически характеристики." В тази връзка, по отношение на изискването, заложено в подточка 1.3.3. от подпозиция 1.3, от обособена позиция 1, възложителят ще приеме за еквивалентни тези технически решения, които осигуряват постигането на заложеното минимално изискване за мощност на облъчването от мин. 150 W, като в този случай и в съответствие с чл. 50, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), участникът следва да докаже в своята оферта с подходящи средства, включително чрез доказателствата по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите решения/предлаганото решение удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническите спецификации.

Валидно на
основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

София *
Министър на здравеопазването