



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Изх. № 91-00-54 | 28.08.2019 год.

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Министерството на здравеопазването подготвя условия и изисквания за обществена поръчка с предмет: "Доставка на кувьози за нуждите на детското здравеопазване".

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗОП, Министерството на здравеопазването отправя покана за представяне на индикативна ценова оферта за 40 броя кувьози за специални грижи на новородени, съгласно техническа спецификация, както следва:

1. Осигуряване на оптимален микроклимат за новородени деца, включително такива с ниско тегло
2. Двойни стени
3. Отваряеми преден и заден панели
4. Сервоконтрол на температурата на въздуха от 20°C до 39°C
5. Настройката на температурата в границите 37° С - 39° С в режим Въздушна температура да бъде защитена чрез допълнително потвърждаване
6. Сервоконтрол на кожна температура от 34°C до 38°C
7. Настройката на температурата в границите 37° С - 38° С в режим Кожна температура да бъде защитена чрез допълнително потвърждаване
8. Сервоконтрол на относителната влажност в интервала от 30% до 95%, в зависимост от зададената температура с разделителна способност от 1%
9. Капацитет на овлажнятелната камера не по – малко от 1 000 мл
10. Работа на овлажнятелната камера без презареждане при относителна влажност 85% и температура 36°C - не по-малко от 24 часа
11. Размери на таблата за матрака не по – малки от 40 x 80 см /ш/д/
12. Скорост на въздушния поток над матрака по-ниска от 10 cm/sec
13. Стерилно овлажняване с бактерицидно действие
14. Филтър за входящият въздух с капацитет за улавяне на частици 0.5 микрона или по – малки и ефективност над 99%.
15. Плавно (безстепенно) променяща се позиция на пациентното легло в интервала от ± 12°, и възможност за изтеглянето му извън инкубатора
16. Време за загряване на инкубатора от околната температура /студен старт/ до зададената такава – не по-бавно от 35 мин.
17. Страницни дръжки за по-лесно придвижване на инкубатора
18. Ниво на шум в инкубатора не-повече от 49 dB
19. Лесен достъп до пациента чрез отвори, защитени от топлинна загуба – по 2 отпред и отзад, и по един отстрани – общо 6

20. Многофункционален и компактен контролен панел с LCD дисплей с контрол на яркостта
21. Наличие на аларми за: висока/ниска температура на въздуха, проблем в сензора за въздушна температура, разкачен кожен темпратурен сензор, ниска влажност, проблем с мотора или нагревателя.
22. 24-часови трендове за въздушна температура, кожна температура, относителна влажност
23. Разстояние от матрака до най-високата част на капака не по-малко от 41 см.
24. Наличие на поне 10 странични отвора за допълнителна апаратура.
25. Автоматично заключване на клавиатурата на дисплея за по-голяма сигурност.
26. Наличие на шкаф с обем поне 75 л. и две вратички с ъгъл на отваряне по-голям от 90°
27. Височина на инкубатора не по-малка от 135 см.
28. Тегло на инкубатора не повече от 100 кг.
29. Инструкция за употреба на български език в оригинал от производителя.

Индикативните ценови предложения следва да съдържат единична цена без ДДС за 1 бр. ковъз с включени всички разходи за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала.

Моля да из pratите своите предложения до 17.30 часа на 05.09.2019 г. на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5 на вниманието на г-жа Жени Начева, заместник-министър на МЗ или в електронен формат на електронна поща: aretmov@mh.govtment.bg

За допълнителна информация и контакт: Атанас Немов, директор на дирекция „Стопански дейности“ в МЗ.

Важно!

Подаването на индикативна оферта НЕ ангажира по никакъв начин бенефициента с избор на конкретен изпълнител, нито може да послужи на потенциални кандидати за получаване на конкурентни предимства в хода на процедурите за избор на изпълнител!

Заличено на основание чл.
36а, ал. 3 от ЗОП

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

