



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на здравеопазването

Изх. № 26-03-73/07.11. 2019 год.

**ДО
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

ОТНОСНО: Искане за разяснение на основание чл.33 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „*Доставка на апарати за дихателна реанимация и кувьози за нуждите на детското здравеопазване в страната*“ по две обособени позиции

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка, правим следните разяснения по поставените въпроси:

„*В документацията за участие се включват следните гаранционни задължения на изпълнителя:*

„*Гаранционните задължения на изпълнителя включват извършване на безплатна за възложителя текуща профилактика, подмяна на съответните модули и/или детайли, консумативи, актуализиране на софтуера, съгласно предписанията на производителя. В случай, че за конкретния апарат няма такива предписания на производителя, изпълнителят се задължава да извърши безплатна за възложителя текуща профилактика, подмяна на съответните модули и/или детайли, актуализиране на софтуера на всяко тримесечие след въвеждането на апаратурата в експлоатация, за срока на гаранционна поддръжка*“

Въпрос № 1:

Съгласно изискването по-горе следва ли да разбираме, че под консумативи възложителят има предвид консумативи за профилактика на медицинското оборудване?

Отговор на въпрос № 1:

Съгласно поставените изисквания за гаранционните задължения на изпълнителя в документацията за участие в горепосочената обществена поръчка под консумативи следва да се разбира необходимите консумативи за профилактика на медицинското оборудване.

Въпрос № 2:

Моля да разяснете изискването „В случай, че за конкретния апарат няма такива предписания на производителя, изпълнителя се задължава да извърши безплатна за

възложителя текуша профилактика, подмяна на съответните модули и/или детайли, актуализиране на софтуера на всяко тримесечие след въвеждането в експлоатация“, а именно:

Въпрос № 2.1:

Производителите поставят определени предписания за профилактика на медицинското оборудване, когато такива са налични, съгласно които медицинското оборудване подлежи или не подлежи на профилактика през определен период от време. Стриктното спазване на тези изисквания е условие за валидност на гаранционния срок, както и гарантира здравето и безопасността на пациентите. Следователно да разбираме ли, че когато производителят е предписал профилактика на различен период от време (т.е. различен от тримесечен), то изпълнителят следва да извърши профилактиката само съгласно тези предписания?

Отговор на въпрос № 2.1:

Възложителят е поставил изискване по отношение на гаранционните задължения на изпълнителя, които включват извършване на безплатна за възложителя текуща профилактика, подмяна на съответните модули и/или детайли, консумативи, актуализиране на софтуера, съгласно предписанията на производителя. Следователно, когато производителят е предписал профилактика на определен период от време, изпълнителят следва да извърши профилактиката само съгласно тези предписания.

Въпрос № 2.2:

Дали подмяна на съответните модули и/или детайли се извършива само при неизправност на същите?

Отговор на въпрос № 2.2:

Подмяна на съответните модули и/или детайли се извършива при неизправност на същите или когато това се изисква съгласно предписанията на производителя.

Въпрос № 2.3:

В случай, че се очаква изпълнителя да подменя функциониращи части и модули, моля да уточните на какъв принцип да бъдат определяни те в случай, че производителите не са дали такива указания?

Отговор на въпрос № 2.3:

Възложителят не очаква да бъдат подменяни функциониращи части и модули в случай, че производителите не са дали такива указания и/или не са налични показания за възникване на предстояща повреда.

Въпрос № 2.4:

Дали актуализиране на софтуера на всяко тримесечие след въвеждането в експлоатация се извършива само при наличие на нови версии на същия?

Отговор на въпрос № 2.4:

Актуализирането на софтуера на всяко тримесечие след въвеждането в експлоатация се извършива само при наличие на нови версии на същия.

Въпрос № 2.5:

Дали всички тези дейности следва да се извършват в случай, че конкретните апарати не са изправни?

Отговор на въпрос № 2.5:

Профилактика следва да се извърши съгласно предписанията на производителя, а ако липсват такива на всяко тримесечие след въвеждането на медицинското оборудване в експлоатация. Подмяна на съответните модули и/или детайли се извърши при неизправност на същите или когато това се изисква съгласно предписанията на производителя. Актуализирането на софтуера на всяко тримесечие след въвеждането в експлоатация се извърши само при наличие на нови версии на същия.

Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

КИРИЛ АНАНИЕВ

Министър на здравеопазването

